

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 29-01-2015r.

Znak sprawy: DAZ.26.001.2015

L.dz.258/15

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników, testów paskowych, kontroli, części zużywalnych do analizatorów będących własnością Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/ na poniższe pytania:

Dotyczy części nr 1:

Pytanie 1: Formularz asortymentowo-cenowy: Na ilu poziomach będą wykonywane kontrole?

Odpowiedź: W części Nr 1 kontrole będą wykonywane codziennie na jednym poziomie, ale każdego dnia inny poziom (np. poniedziałek - norma, wtorek - kwasica, środa - zasadowica).

Pytanie 2: Tabela nr 3 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający możliwość wpisania 14 znaków identyfikujących pacjenta, w których można zapisać jego dane demograficzne i 14 znaków identyfikujących operatora zamiast wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Tabela nr 3 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści analizator z odczynnikami w jednym pojemniku?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Tabela nr 3 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści analizator bez zabezpieczenia torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W przypadku zaferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w swojej ofercie tj. w tabeli 3 dla części Nr 1.

Niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska–Pankiewicz