

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 28-02-2013r.

**Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/008/448/13**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz zestawu, pożywki, odczynników, sprzętu jednorazowego użytku z dzierżawą aparatu do szybkiej diagnostyki prątków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ(1)**

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3, Tabela 3 (Parametry i funkcje graniczne), pkt 5 dopuści analizatora, którego elektrody pO<sub>2</sub> i pCO<sub>2</sub> posiadają wymienne nakładki zabezpieczające przed uszkodzeniem elektrod?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3, Tabela 3 (Parametry i funkcje graniczne), pkt 10 dopuści analizator, który pracuje w oparciu o paki odczynnikowe, ponieważ takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu i szybką wymianę odczynników?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3, Tabela 3 (Parametry i funkcje graniczne) wyrazi zgodę na zmianę treści punktu 22 "Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) maksymalnie 24h od zgłoszenia (w dni robocze) naprawa max. do 2 dni roboczych" na **Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) maksymalnie 48h od zgłoszenia (w dni robocze) naprawa max. do 2 dni roboczych?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
Kazimierz Pankiewicz