

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118  
tel. i faks: 34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 1 grudnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: **P-8/089/2764/11**

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.**

### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

#### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia części nr 3 – fotela ginekologicznego, z 14 grudnia 2011 do 30 grudnia 2011 ? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę ?

#### **Odpowiedz:**

**NIE, ze względu na obiektywne, niezależne od Zamawiającego warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej na sfinansowanie zamówienia dotacji. Nietrzymanie wymaganego terminu realizacji zamówienia i jego rozliczenia skutkować będzie utratą środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia i niemożnością jego realizacji.**

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należywym wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 0,5% na 0,1% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 1 do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin ? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

**Odpowiedz: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1.**

#### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiednie wydłużenie terminu realizacji zamówienia, pod uwagę należy wziąć fakt, że termin realizacji wyznaczono na dzień 14.12.2011 r., a termin składania ofert upływa 02.12.2011 r., czas niezbędny na wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie z nim umowy to przedział od kilku do kilkunastu dni, w związku z powyższym termin dostawy zostaje krytycznie ograniczony nawet do kilku dni, co może skutkować niewywiązaniem się w terminie z zobowiązań określonych przysłą umową. Łóżka szpitalne w większości są produkowane na odpowiednie zamówienie i nie są magazynowane, a czas ich wykonania waha się w granicach paru tygodni. W związku z tym czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na termin realizacji do 30.12.2011 r.?

**Odpowiedz: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1.**

#### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie bardzo wygórowanych kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §5 ust. 4 wzoru umowy z 1,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto na 0,5% za każdy dzień zwłoki?

Pakiet Nr 2 – parametry techniczne – łóżka proste szt. 26

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 7** – (parametry techniczne – łóżka proste szt. 26):

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm ? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

**Odpowiedz: Dopuści.**

#### **Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże na wysokości 500 mm ? Oferowana wysokość znacznie ułatwia pacjentom wchodzenie do łóżka jak i jego upuszczenie.

**Odpowiedz: Dopuści.**

#### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty metalowe lakierowane z wypełnieniem z płyty HPL odpornej na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, wysoką temperaturę oraz szpitalne środki dezynfekcyjne?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej z wypełnieniem z płyty HPL odpornej na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, wysoką temperaturę oraz szpitalne środki dezynfekcyjne?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 11** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 99 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedz: Dopuści.**

#### **Pytanie Nr 12** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 88 cm i długości 200 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedz: Dopuści.**

**Pytanie Nr 13** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, co przy proponowanym łóżku jest zbędne, gdyż ma ograniczoną ilość kabli do minimum i nie musi niczego zasłaniać?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 14** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją 80 mm?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 15** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego (dostępny dla pacjenta i personelu) oraz panelu centralnego?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 16** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez możliwości programowania dwóch funkcji? Istnieje możliwość programowania funkcji na panelu centralnym.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 17** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 18** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 19** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi bez sprężyny gazowej?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 20** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi bez wskaźnika kąta nachylenia?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 21** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 22** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez segmentu pleców przeziernego dla RTG?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 23**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością montażu wyposażenia dodatkowego w alternatywny sposób jak euro listwa?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 24** - (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści 4 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedz: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1.**

**Pytania Nr 25**

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie materiałów firmowych dystrybutora producenta wraz z oświadczeniem iż zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedz: Dopusći.**

### **Pytania Nr 26**

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedz: Dopusći.**

### **Pytanie Nr 27** - (dot. Pakietu Nr 1- łóżka do intensywnej terapii – szt. 7):

1) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2250 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

**Odpowiedz: Dopusći.**

2) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

3) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długość leża 2000 mm ?

**Odpowiedz: Dopusći.**

4) Szerokość mamy 870 mm czyli się zgadza ok.

**Odpowiedz: Dopusći.**

5) Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 220 kg ?

**Odpowiedz: Dopusći.**

6) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z sterowaniem za pomocą pilota dla pacjenta na giętkim ramieniu oraz panelu centralnego dla personelu ?

**Odpowiedz: Dopusći.**

7) Łóżko waży 148 kg ok.

**Odpowiedz: Dopusći.**

8) Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywową osłoną umieszczoną w zakończeniu podwozia, pozostała część nie posiada osłony gdyż nie posiada trudnodostępnych miejsc, wymagających osłony ?

**Odpowiedz: Dopusći.**

9) Czy Zamawiający dopuści łóżko jedynie z autoregresją oparcia pleców o wartości zapewniającej pacjentowi poprawną, wygodną i bezpieczną pozycję?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

10) Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją pozycji szokowej regulowanej za pomocą dwóch przycisków, oznaczonych czytelnymi piktogramami?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

11) Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją krzesła kardiologicznego regulowaną za pomocą dwóch przycisków?

**Odpowiedz: Dopusći.**

12) Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją Fowlera regulowaną za pomocą dwóch przycisków?

**Odpowiedz: Dopusći.**

- 13) Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem dla pacjenta bez dwóch zaprogramowanych pozycji? Tego rodzaju funkcje nie powinny być dostępne dla pacjenta ze względu na jego bezpieczeństwa.  
**Odpowiedz: Dopusći.**
- 14) Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem dla personelu bez zaprogramowanych funkcji ale z czytelnie oznaczonymi podstawowymi funkcjami ?  
**Odpowiedz: Dopuszcza.**
- 15) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP ?  
**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**
- 16) Czy Zamawiającymi dopuści łóżko bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji ?  
**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**
- 17) Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania funkcji CPR za pomocą czytelnie oznaczonych przycisków na panelu centralnym ?  
**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 28** – (dot. pakietu nr 2 – łóżka proste):

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z rur stalowych chromowanych z wypełnieniem z płyty tworzywowej HPL w 4 kolorach do wyboru ?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 29** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko od długości całkowitej 2180 mm, co nieznacznie różni się od wymaganego ?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 30** (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1020 mm z barierkami podniesionymi jak i opuszczonymi ?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ**

**Pytanie Nr 31:** (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowej długości leża 2000 mm, pasującej pod większość materacy szpitalnych?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 32** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220kg?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 33** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści sterowanie łóżkiem za pomocą panelu umieszczonego na elastycznym ramieniu z jednej strony mający funkcje sterowania dla personelu, a z drugiej dla pacjenta?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 34** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego podwozie nie zabezpieczone jest tworzywową osłoną? Konstrukcja proponowana nie wymaga takiego rozwiązania, ponieważ nie ma w niej powierzchni, które trzeba chronić.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 35** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji oparcia segmentu pleców 0-66°? Rozwiązanie takie nie wpłynie na wartość użytkową łóżka..

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 36** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu uda względem ramy łóżka wynoszącym 0-28°?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 37** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji uda, ale z autoregresją segmentu pleców, która wynosi 120 mm?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 38** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wstecznego, teleskopowego ruchu oparcia pleców?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 39** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym pozycja Fowlera uzyskiwana jest przy użyciu dwóch przycisków?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 40** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterownikiem dla personelu umieszczonego na elastycznym ramieniu dostępnego przy górnym szczycie łóżka z możliwością regulacji: oparcia pleców, nóg, jednoczesnego unoszenia pleców i nóg (autocontur), wysokości leża, oraz zaprogramowanymi pozycjami – Krzesła Kardiologicznego, Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz pozycji reanimacyjne, ale bez oddzielnie oznaczonej pozycji Fowlera? Sterownik wyposażony w selektywną blokadę wybranych funkcji.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 41** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko, bez przycisku Stop, który jest charakterystyczny tylko dla jednej firmy? Łóżko przestaje pracować w momencie w którym przestaje się naciskać wybrany przycisk, dodatkowo można blokować wybrane segmenty łóżka.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 42** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi pojedynczymi, podwójnie blokowanymi, zapewniającymi ochronę na ok. 75% długości leża, z możliwością złożenia za pomocą jednej ręki, wyposażone w kolorowe odbojniki, zabezpieczające w przypadku uderzenia podczas transportu, nie wyposażone w sprężynę gazową o wadze powyżej 3kg, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45°? Wskaźniki widoczne w każdej pozycji barierki zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych, zgodnymi z normą EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych.

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 43** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko, bez eurolistwy umieszczonej pod górnym szczytem łóżka? Łóżko posiada listwy na akcesoria po obu stronach łóżka, dodatkowo w każdym z narożników znajduje się otwór na dodatkowe akcesoria np. uchwyt dla pacjenta, statyw infuzyjny, półka na monitor itp.

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 44** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z obustronnymi listwami na akcesoria – każda z dwoma haczykami?

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 45** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w przezierność segmentu oparcia?

Odpowiedz: **NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 46** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko od długości całkowitej 2180 mm, co nieznacznie różni się od wymaganego?

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 47** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowej długości leża 2000 mm, pasującej pod większość materacy szpitalnych?

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 48** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220 kg?

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 49** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości wynoszącej 433 mm co nieznacznie różni się od wymaganego?

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 50** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja oparta jest na kolumnach wznoszących o podstawie prostokąta, co zapewnia stabilną podstawę łóżka?

Odpowiedz: **NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 51** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji oparcia segmentu pleców 0-66<sup>0</sup>? Rozwiązanie takie nie wpłynie na wartość użytkową łóżka.

**Odpowiedz: Dopuszcza.**

**Pytanie Nr 52** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego autoregresja segmentu oparcia i pleców łącznie wynosi 143 mm?

Odpowiedz: **NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 53** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterownikiem dla personelu montowanym na dolnym szczycie łóżka z możliwością regulacji: oparcia pleców, nóg, jednoczesnego unoszenia pleców i nóg (autocontur), wysokości leża, oraz zaprogramowanymi pozycjami – Krzesła Kardiologicznego, Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz pozycji reanimacyjne, ale bez oddzielnie oznaczonej pozycji Fowlera? Sterownik wyposażony w selektywną blokadę wybranych funkcji.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 54** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, poruszającymi się wraz z segmentami leża, zapewniającymi ochronę na ok. 75% długości leża, nie wyposażone w sprężynę gazową o wadze powyżej 3kg, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii złożeniowej? Wskaźniki widoczne w każdej pozycji barierek zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych, zgodnymi z normą EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych.

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 55** – (dot. pakietu nr 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy max. do 75 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 56** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości całkowitej w pozycji poziomej z segmentem podudzia 195 cm?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 57** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez przedłużenia segmentu podudzia?

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.**

**Pytanie Nr 58** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości 65-95 cm?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 59** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości 67-97 cm?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 60** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją kąta pochylenia siedziska: - 10° do 40°?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 61** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją kąta pochylenia siedziska: - 10° do 10°?

**Odpowiedz: Dopusći.**

**Pytanie Nr 62** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie - 10° do 10°?

**Odpowiedz: Dopusći.**



**Pytanie Nr 63** – (dot. pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści fotel którego funkcje: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska oraz przechyłów wzdłużnych uzyskiwana jest za pomocą sterowników elektrycznych? Rozwiązanie to jest lepsze od wymaganego.

**Odpowiedz: Dopusći.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a oraz 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyznacza nowy termin składania ofert:

**Termin składania ofert: 5 grudnia 2011 r. godz. 10.00.**

**Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2011 r. godz. 10.15.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
mgr inż. Małgorzata Witkowska