

Częstochowa, dn. 19.03.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów medycznych.

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/011/ 567 /12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zamawiający dodaje następujący zapis do § 15 pkt.6 (Aukcja Elektroniczna) SIWZ, o brzmieniu: W terminie do 3 dni po przeprowadzonej aukcji Wykonawca prześle Zamawiającemu „poprawioną” w wyniku udziału w aukcji ofertę/formularz asortymentowo-cenowy.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępni się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 1: dot. Załącznika nr 61 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek wentylacyjnych usznych typu T-Tube, sterylnych, o wymiarach 1,14 x 9,5 x 12,0 mm?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

PYTANIE Nr 2-dot. Załącznika Nr 45

Czy Zamawiający w Zał. Nr 45 dopuszcza utworzenie dwóch oddzielnych pakietów stomijnych i urologicznych ?.

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 45 obejmuje pozycje 1- 3 - Wadium 95,00 zł.

Pakiet 45 a obejmuje pozycje 4- 6 – Wadium 15,00 zł.

PYTANIE Nr 3-Załącznik nr 45 – worki stomijne:

Poz. nr 1 i 3 – worki stomijne dla dorosłych niesterylne – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie tych produktów z zadania 45 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania w zakresie dostawy niesterylnego sprzętu stomijnego i umożliwi Państwu dokonanie wyboru rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 4- dotyczy załącznika nr 31 – Cewniki centralne 1

Z względu na fakt, iż obecna forma specyfikacji napisana jest w sposób, który ogranicza przystąpienie innym firmą do przetargu, zwracam się z prośbą o podzielenie załącznika 31 i utworzenie nowego załącznika 31a z pozycjami 3,5. Utworzenie załącznika 31a spowodowałoby znaczne poszerzenie grona oferentów oraz na pewno wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną Zamawiającego, ze względu na atrakcyjną cenę naszego produktu. Jako firma, istniejąca już od 2002 roku i działająca bardzo aktywnie na terenie całej Polski gwarantujemy produkt o najwyższej jakości oraz gwarantujemy konkurencyjne ceny w stosunku do innych firm.

Poniżej znajdują się parametry techniczne zestawów do wkluc centralnych:

Pozycja 1 -18G/7F/20 cm

Pozycja 2- 14.14Ga/7F/20cm

Pozycja 4 -16.18.18/17F/16cm

Pozycja 6 - 14.16.18.18 Ga/8.5 F/16 cm

Każdy zestaw wyposażony jest w :

1. Ostra igła wprowadzająca, cienkościenna, zakończona „Y”.
2. Rozszerzadło, ułatwiające wprowadzenie cewnika.
3. Prowadnica w osłonce z podajnikiem, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, jedna końcówka prowadnicy miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta.
4. Cewnik centralny wykonany z poliuretanu miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia.
5. Końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi.
6. Skrzydełka mocujące.
7. Strzykawka 5ml,
8. Zestaw umieszczony na tacy z wgłębieniami uniemożliwiającymi wypadanie elementów, opakowanie sterylne.
9. Skalpel

Odpowiedź: Jak w SIWZ,

Pytanie Nr 5- dot. zadania dla Chirurgii II (załącznik nr 19 do SIWZ)

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakiego drenażu przezskórnego dotyczą zestawu z w/w zadania.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 6-dot. zadania dla Chirurgii II (załącznik nr 19 do SIWZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego drenażu nerki w składzie: cewnik, igła punkcyjna, prowadnik, rozszerzadła oraz uniwersalny łącznik, rozmiary: 6F, 8F, 10,5F, 12F.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 7-dot. zadania dla Urologii II (załącznik nr 7 do SIWZ), poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z zakończeniem Nelaton wykonanego z materiału termoplastycznego, z mandrynem metalowym, rozmiary 4 oraz 5.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 8- dotyczy § 7 ust. 7. SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie w jakich dokładnie celu i na potwierdzenie jakich parametrów Zamawiający żąda załączenia do oferty próbek w Pakiecie I i II tym bardziej, że kryterium oceny ofert określono ściśle jako 100% ceny (brak oceny jakościowej) oraz na podstawie jakiego obiektywnego wzorca będzie Zamawiający oceniał załączone rękawice?

Ponieważ próbka jest dokumentem w rozumieniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817 - dalej Rozporządzenie)

prosimy o dokładne określenie jakie parametry ma potwierdzać dołączony dokument. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „ kryteria oceny ofert nie mogą być subiektywne i uznaniowe, dające zamawiającemu nieograniczoną swobodę arbitralnego wyboru oferty, lecz muszą być sformułowane obiektywnie, odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia oraz że obiektywność kryteriów wymaga, by były one sformułowane w sposób wymierny, umożliwiając wyrażenie oceny w punktach” (Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Urząd Zamówień Publicznych. Warszawa 2001, s.71).

Reasumując prosimy o wyjaśnienie i szczegółową odpowiedź na pytanie zadane w petitum oraz dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązujących standardów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w myśl § 5. ust. 1 pkt 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może żądać w szczególności, aby wykonawcy biorący udział w postępowaniu przedłożyli próbki oferowanych towarów.

Pytanie Nr 9-dotyczy załącznika 86

"Jednocześnie oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy dostarczymy dokumenty dopuszczające".

Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert.

Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego (jakie dokumenty). Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w obecnym brzmieniu alternatywnie postawienie wymogu ich złożenia wraz z ofertą lub wyraźnego zaznaczenia, iż postanowienie to dotyczy tylko okresu realizacji zobowiązania umownego.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 10- dotyczy § 4 ust. 2 i ust.7 pkt 1 wzoru umowy

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw awaryjnych tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 3 dni robocze. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 48 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliższej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współzycia społecznego.

Odpowiedź: TAK.

Wnosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §6 ust. 3 do 3 dni roboczych. Często jesteśmy uzależnieni od tzw. "siły wyższej" w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na wymogi logistyczne wnioskowany termin pozwoli z należytą starannością i na najwyższym poziomie realizować postanowienia umowne

Odpowiedź: We wzorze umowy w § 6 nie występuje ust. 3 .Wobec powyższego Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie Nr 11-dotyczy § 8 ust. 1 pkt c i pkt d wzoru umowy

Zgodnie z art. 3531 k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. Prosimy zatem o zmianę §8 ust.1 wzoru umowy na następujący:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

c) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości

3% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 3% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 12- dotyczy Załącznika Nr 53

Czy Zamawiający może określić ile zamierza Zamówić portów nisko a ile wysoko profilowych w zakresie zadania nr 53?

Odpowiedź: Łączna ilość jak w SIWZ.

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 53 dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi standardowymi o kształcie zbliżonym do okręgu o średnicy 28mm, wyposażonymi w cewnik silikonowy o średnicy 8,4F (1,6 x 2,8mm; przepływ 30ml/min) i drugą igłę prostą pakowaną w osobne sterylne opakowanie oraz portem niskoprofilowym wysokociśnieniowym o kształcie zbliżonym do delta i wymiarach 24 x 20,5mm, wyposażonym w cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu, o średnicy 6,6F (1,3 x 2,2mm; przepływ 25ml/min)) i drugą igłę prostą pakowaną w osobne sterylne opakowanie, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 13-dotyczy Załącznika Nr 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi oraz fakt, iż w przedmiotowym pakiecie wymaga przedłożenia próbek oferowanych wyrobów (co pozwoli na ocenę jakości oferowanego towaru), dopuści w zakresie pakietu nr 4 złożenie oferty z kaniulami do żył obwodowych wyposażonymi w skrzydełka oraz element ułatwiający wprowadzanie do naczynia, rozmiarze 26G – przepływ 19ml/min i 24G – przepływ 29ml/min, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy przedstawione przepływy, pozostały opis jak w SIWZ.

Pytanie Nr 14- dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13-25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w ramach powyższego pakietu pozycji nr 13 do 25 do odrębnego pakietu? Według naszej wiedzy istnieje na rynku medycznym przynajmniej kilka firm oferujących igły medyczne wysokiej jakości i w bardzo korzystnych cenach, a nie posiadających tak szerokiego asortymentu jak w opracowanym przez Państwa pakiecie.

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

Pytanie Nr 15-dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły iniekcyjnej j.u. w rozmiarze 0,45 x 16 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 16–dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka do dobowej zbiórki moczu o opisanych właściwościach lecz **sterylnego**?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 17- dotyczy § 5 ustęp 4 propozycji umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu w § 5 ustęp 4: W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw asortymentu objętego niniejszą umową, pod warunkiem, że zaległości te nie przekraczają 30 dni"?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 18-dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 53 DO SIWZ- Porty naczyniowe

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie:

Port naczyniowy standardowy i niskoprofilowy sterylny, jednokomorowy do prowadzenia długotrwałej chemioterapii z możliwością pobierania krwi, żywienia pozajelitowego i podawania leków z cewnikiem i akcesoriami wprowadzającymi:

komora tytanowa, membrana, umożliwiająca 2000 wkłuć,
wielkość portu 37,5 x 22,5 mm, cewnik silikonowy **8 F**, z oznakowaniem długości,
średnica cewnika: wew. 1,2mm i zew. 2,4 mm, igły do nakłucia
membrany portu i do nakłucia naczynia żylnego – jedna prosta
22G w zestawie, natomiast jedna zagięta ze skrzydełkami 20G/ 20mm i jedna prosta
22G dołączane oddzielnie, tunelizator podskórny, port w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi w jednym opakowaniu

Odpowiedź: NIE, zbyt duże Ø komory portu.

Pytanie Nr 19- dotyczy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 12

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 igieł lokalizacyjnych typu „Z” o długości 5cm.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 20-Dotyczy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 19 poz. 1 do 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach od 1 do 4 zestawu do drenażu w rozmiarach odpowiednio dla pozycji: 6.0, 8.5, 10.2 i 12F składające się z: igły typu trokar, kaniuli usztywniającej (poz. 2-4) i cewnika drenażowego z mechanizmem blokującym.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 21 -Dotyczy przedmiotu zamówienia – załącznika nr 53

Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na port wraz z zestawem do składający się z :

- port tytanowy jednokomorowy o średnicy 30mm z cewnikiem silikonowym o średnicy wewnętrznej 1.0mm i zewnętrznej 6.5 bez oznaczenia długości na cewniku
- zestaw wprowadzający 7F, adekwatny do średnicy cewnika, 18 g igłę wprowadzającą oraz 50cm prowadnik
- 22g 25mm igłę nietnącą
- 20cm tunelizator,
- 10 ml strzykawkę
- 22 g 25mm igłowy zestaw do bezpiecznej infuzji

Lub

1. Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na port wraz z zestawem do składający się z :

- port tytanowy jednokomorowy o średnicy 30mm z cewnikiem silikonowym o średnicy wewnętrznej 1.4mm i zewnętrznej 7.5 bez oznaczenia długości na cewniku
- zestaw wprowadzający 8F, adekwatny do średnicy cewnika, 18 g igłę wprowadzającą oraz 50cm prowadnik
- 22g 25mm igłę nietnącą
- 20cm tunelizator,
- 10 ml strzykawkę
- 22 g 25mm igłowy zestaw do bezpiecznej infuzji

Odpowiedź: Koniecznie wymagane są oznaczenia długości na cewniku. Pozostałe tak.

Pytanie Nr 22-Dotyczy pakietu 36.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych. Jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne stosowane w terapii oddechowej, takie jak łączniki (przestrzenie martwe) nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste. Wspomniane produkty spełniają wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych, posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania w placówkach świadczących usługi medyczne wymagane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych tj. Deklaracje Zgodności wystawianą przez producenta i certyfikat CE zatwierdzony przez zewnętrzny uprawniony organ certyfikujący. Są produkowane w warunkach aseptycznych i pakowane indywidualnie (folia – papier), posiadają na fabrycznym opakowaniu jednostkowym oznaczenie terminu ważności, numeru serii oraz znak CE.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 23-dotyczy Załącznika nr 18 Chirurgia I

pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga, aby dreny posiadały zewnętrzne prążkowanie, wzmacniające dren i nie powodujące załamywania się drenu?

Odpowiedź: Nie wymaga.

pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści dren 25CH, spełniający pozostałe wymagania i kompatybilny z końcówkami z pozycji 4 i 5?

Odpowiedź: TAK.

pozycja 4. Czy Zamawiający wymaga końcówki w całości przezroczystej w celu łatwiejszej identyfikacji odsysanej treści.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

pozycja 5. Czy zamawiający wymaga końcówki zagiętej czy prostej.

Odpowiedź: Kończówki prostej.

pozycja 1 – 3. Czy dreny mają być pakowane podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne-foliowe?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 24-dotyczy Załącznik 38 (rurki intubacyjne)

pozycja 1 – 9. Czy Zamawiający wymaga rurki z podwójną skalą głębokości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

pozycja 10 – 19. Czy Zamawiający wymaga, aby rurki w tych pozycjach pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Dopuszczamy , nie wymagamy.

pozycja 10 – 19. Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

pozycja 22. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy o długości 60 cm?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie Nr 25-dotyczy Załącznika nr 40 (rurki intubacyjne III).

Czy Zamawiający wymaga rurki wygiętej w łuk, z łącznikiem 15mm na trwałe połączonym z silikonowaną rurką?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga rurki z przewodnicą w środku?

Odpowiedź: TAK, wymaga.

Pytanie Nr 26-dotyczy Załącznika nr 42 (rurki tracheostomijne I)

pozycja 1-4. Prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. Rurki tracheostomijne o podanej grubości mankieta posiada w swojej ofercie tylko jedna firma. Rozbicie pakietu pozwoli na złożenie większej ilości ofert, co znacząco obniży poziom oferowanych cen.

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 42 obejmuje pozycje 1- 4 - Wadium 83,00 zł.
Pakiet 42 a obejmuje pozycje 5-17 - Wadium 236,00 zł.

Pytanie Nr27-dotyczy Załącznika nr 50 (rurki dooskrzelowe).

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały zestaw złączy?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe silikonowane?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 28-dotyczy pakietu nr 13 poz. 1 ,2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w **poz.1** filtry bez zacisku szczelinowego posiadające lepsze parametry techniczne, tzn. prędkość przepływu 1800ml/godz. oraz objętość wypełnienia 0,4ml, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: NIE.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w **poz.2** filtry bez zacisku szczelinowego z drenami o dł. 1,5-3 cm, posiadające lepsze parametry techniczne, tzn. prędkość przepływu 120ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 29-dotyczy pakietu nr 14 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz.1 filtry posiadające lepsze parametry techniczne, tzn. prędkość przepływu 6000ml/godz.?

Odpowiedź: TAK.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz.2 filtry posiadające lepsze parametry techniczne, tzn. prędkość przepływu 1200ml/min?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 30 -dotyczy pakietu nr 58

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane regulatory wyposażone były w zastawkę zwrotną?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 31-dotyczy pakietu nr 39,poz.10

Czy Zamawiający w **pozycji 10** dopuści dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkie a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm (dotatkowo w rozmiarze 10F/57cm w wersji jednoświatłowej z kanałem irygacyjnym umiejscowiony na łączniku „T”)?

Odpowiedź: Rozmiary jak w SIWZ.

Pytanie Nr 32-Dotyczy pakietu nr 66 ,poz. 1-3

Czy Zamawiający w **pozycji 1-3** dopuści rurki intubacyjne renomowanego producenta Smiths – Medical Portex w wymaganych rozmiarach posiadające mankiety Soft Seal – funkcjonalnie stożkowe, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych

wszystkich krawędziach wewnętrznych, z gładkim połączeniem mankieta z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 33-dotyczy pakietu nr 67,poz. 1,2

Czy Zamawiający w pozycji 1-2 dopuści rurki tracheotomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej renomowanego producenta Smiths – Medical Portex w wymaganych rozmiarach, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiającą założenie bądź wymianę rurki?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 34-Zadanie 1 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawk trzyczęściowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 35-Zadanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, skalowane co 0,2ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 36-Zadanie 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, skalowane co 0,5ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 37-Zadanie 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,5ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 38-Zadanie 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igły o rozmiarze 0,45 x 16, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 39-Zadanie 2 poz. 1

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przyrządy nie posiadały ftalanów. Pragnę zaznaczyć, iż w pozycjach 2 – 8 Zamawiający nie wymaga, aby w wyrobach nie znajdowały się ftalany w związku z czym czy Zamawiający zakłada, że ftalany znajdujące się w przyrządach do przetaczania płynów mogą zaszkodzić pacjentom, natomiast te które znajdują się w pozostałych przyrządach i przedłużaczach nie wpłyną negatywnie na zdrowie pacjentów? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o medyczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 40-Zadanie 2 poz. 8

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 41-Zadanie 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający w jednej z pozycji miał na myśli opaski niebieskie dla chłopców?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 42-Zadanie 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści kaniule bez zdejmowanego elementu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 43-Zadanie 4 poz. 3-4

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie Nr 44-Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga cewnika Foley dwudrożnego z przewodnicą z 100% silikonu z osobną sterylnie zapakowaną zatyczką znajdującą się wewnątrz opakowania razem z cewnikiem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 45-Zadanie 7 poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 7 obejmuje pozycje 1- 2 - Wadium 18,00 zł.

Pakiet 7 a obejmuje pozycje 3-12 - Wadium 44,00 zł.

Pytanie Nr 46-Zadanie 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worek sterylny ze względu na taką samą cenę więc nie zawyży to oferty cenowej.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 47 -Zadanie 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o rozm. 22 Gx 40mm?

Odpowiedź:

Pytanie Nr 48-Zadanie 9 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści zestawy ze strzykawką wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 49-Zadanie 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozm. 14G x 16?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 50- Zadanie 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną w poz. Nr 1- 10cm, w poz. Nr 2 – 8cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 51-Zadanie 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy z drenami o długości 10 cm przed i za filtrem , o przepływie 11, 67 ml/h, powierzchni filtrowania 2,3cm², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 52-Zadanie 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy o czasie stosowania 120 h, z drenami o długości 10 cm przed i za filtrem , o przepływie 48 ml/h, objętości wypełnienia 1,8 ml, powierzchni filtrowania 13,5cm², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 53-Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o czasie stosowania 120 h, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 54-Zadanie 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik o rozm. CH06?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 55-Zadanie 18 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 56-Zadanie 21 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 57-Zadanie 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozm. CH8?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 58-Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści dreny tylko o dł. 50 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 59-Zadanie 25 poz. 3 – 7

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści dreny o długości 80 i 170 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 60-Zadanie 25 poz. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu końcówki stożkowej i dopuści pojemnik do drenażu ran z drenem i łącznikiem schodkowym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik posiadał zastawkę przeciw zwrotną?

Odpowiedź: Nie odstępujemy. Nie wymagamy.

Pytanie Nr 61-Zadanie 25 poz. 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu końcówki stożkowej i dopuści pojemnik do drenażu ran z drenem i łącznikiem schodkowym, pojemność 500 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik posiadał zastawkę przeciw zwrotną?

Odpowiedź: Nie odstępujemy. Nie wymagamy.

Pytanie Nr 62-Zadanie 26 poz. 5 – 12

Czy Zamawiający wymaga, aby otwory boczne były usytuowane naprzemianległe?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 63-Zadanie 26 poz. 8 – 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 64-Zadanie 26 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik z kolorowym nieprzeźroczystym łącznikiem?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 65-Zadanie 26 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe dla noworodków?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 66-Zadanie 26 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 200cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 67-Zadanie 27 poz. 3, 5

Czy Zamawiający dopuści ustnik, nebulizator, dren w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 68-Zadanie 27 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji o składzie: maska, nebulizator, dren?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 69-Zadanie 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PS?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 70-Zadanie 34 poz. 6

Czy Zamawiający miał na myśli paski w opakowaniu a 5 i opakowaniu zbiorczym 50 szt a 5?

Odpowiedź: 500 szt. małych pojedynczych listków.

Pytanie Nr 71-Zadanie 34 poz. 8

Czy Zamawiający miał na myśli paski w opakowaniu a 6 i opakowaniu zbiorczym 50 szt a 6?

Odpowiedź: 200 szt. małych pojedynczych listków.

Pytanie Nr 72-Zadanie 34 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści paski o rozm. 13 x 100mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 73-Zadanie 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 74-Zadanie 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną niesterylną pakowaną a 1 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Według naszej wiedzy żadna firma na rynku nie posiada sterylnej szczoteczki z chlorcheksydyną.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie Nr 75-Zadanie 38 poz. 1 – 19

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z wysokiej jakości medycznego PCV, niesilikowane, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 76-Zadanie 40 poz. 1 – 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka intubacyjna była silikonowana?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 77-Zadanie 42 poz. 1-4

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 42 obejmuje pozycje 1- 4 - Wadium 83,00 zł.

Pakiet 42 a obejmuje pozycje 5-17 - Wadium 236,00 zł.

Pytanie Nr 78-Zadanie 55 poz. 5

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 55 obejmuje pozycje 1- 4 - Wadium 130,00 zł.

Pakiet 55 a obejmuje pozycje 5 - Wadium 98,00 zł.

Pytanie Nr 79-Zadanie 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem aerozolowym 0,1 µm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 80-Zadanie 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w podwójnym opakowaniu: zewnętrzne powlekane folią polietylenową, wewnątrz pakowane w kopertę papierową?

Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy.

Pytanie Nr 81-Zadanie 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,17mm, dłoni 0,12mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 82-Zadanie 65 poz. 1

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakiego rozmiaru folię zaoferować?

Odpowiedź: Preferowany rozmiar to 115x201cm + 2 cm

Pytanie Nr 83-Zadanie 82 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S-XL, o dł. min. 295mm, pakowane a 25 par?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 84-Zadanie 83 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 80 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 85-Zadanie 83 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 86-Zadanie 83 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaczkę bez uchwytu na łóżko?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 87-Zadanie 83 poz. 13-16

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 83 obejmuje pozycje 1- 12 - Wadium 254,00 zł.

Pakiet 83 a obejmuje pozycje 13- 16 - Wadium 50,00 zł.

Pytanie nr 88- Pakiet nr 1, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy skala na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź: JAK w SIWZ.

Pytanie nr 89- Pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę pakowanych po 80 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 90- Pakiet nr 1, poz. 7, 11-12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać nazwę własną strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu poprawnej i pełnej identyfikacji w menu pompy?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 91 -Pakiet nr 1, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę o pojemności 50 ml. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 92- Pakiet nr 1, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml luer – lock bez wycięcia na tłoku, wpisanej do oryginalnych instrukcji menu większości pomp strzykawkowych m.in. Ascor, Braun, Terumo, co zapewnia pełną kompatybilność strzykawkę z pompą i bezawaryjne, bezpieczne podawanie leku.

Odpowiedź: Wymagamy kompatybilności oferowanej strzykawki z pompami : Producent-Ascor, Arcomed, Fresenius, Medima.

Pytanie nr 93- Pakiet nr 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 94- Pakiet nr 1, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu potwierdzenia kompatybilności igieł do pena z istniejącymi na rynku różnymi typami wstrzykiwaczy, Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia do oferty stosowanego certyfikatu potwierdzającego kompatybilność, opierającego się na przeprowadzonych badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 95- Pakiet nr 1, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 96- Pakiet nr 1, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga kolorystycznego kodowania, tak jak w przypadku igieł iniekcyjnych, w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 97- Pakiet nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający używając określenia Neoflon ma na myśli kaniulę dożylną 26 i 24 G ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie wykonaną z PTFE?

Odpowiedź: JAK w SIWZ.

Pytanie nr 98 -Pakiet nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 99- Pakiet nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniul z przepływem 13ml co zapobiega przewodnieniu pacjenta, jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu?

Odpowiedź: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi ze względu na brak określenia czasu przepływu.

Pytanie nr 100 -Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik 100 % silikon ma być fabrycznie dołączona w komplecie ze strzykawką z gliceryną która jest odpowiednio przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta, nie podrażając kosztów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 101- Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foley` a 100% silikon mają być przezroczyste?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 102 -Pakiet nr 6, poz. 2-11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 103- Pakiet nr 7, poz. 3-12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 104- Pakiet nr 8, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do dobowej zbiórki sterylnych, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 105- Pakiet nr 8, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek ma posiadać białą tylną ściankę ułatwiająca prawidłowy odczyt zgromadzonego moczu?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 106- Pakiet nr 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pod pojęciem dren antyzałamaniowy zamawiający rozumie dren dwuświatłowy?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 107- Pakiet nr 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 108- Pakiet nr 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 109- Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły do znieczuleń mają być pakowane w opakowanie pakowane w opakowanie Tyvec? Opakowanie takie poprzez swoją wielowarstwową strukturę zabezpiecza przed mikrouszkodzeniami spowodowanymi zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi w trakcie użytkowania, przechowywania oraz transportu a tym samym zapobiega kontaminacji spowodowanej drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 110- Pakiet nr 9, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 igły w rozmiarze 20 G na 1,5”.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 111- Pakiet nr 9, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 igły w rozmiarze 64 mm czyli 2 ½”.

Odpowiedź: NIE dopuszczamy.

Pytanie nr 112- Pakiet nr 9, poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 14 igły w rozmiarze 24G.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 113- Pakiet nr 11, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do biopsji grubo igłowej – sterylnej w rozmiarze 14G x 16cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 114- Pakiet nr 14, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego 1,2µm do żywienia pozajelitowego o przepływie 30ml/min., objętości wypełnienia 0,6ml, powierzchni filtrowania 1,6cm², sterylizowanego tlenkiem etylenu, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zapytanie dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 –Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 115- Pakiet nr 14, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego 0,2µm do przetaczania płynów infuzyjnych o przepływie 2ml/min., objętości wypełnienia 0,6ml, powierzchni filtrowania 1,6cm², sterylizowanego tlenkiem etylenu, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zapytanie dotyczy Pakietu 13 poz. 2 – Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 116- Pakiet nr 18, poz.4-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu pakowanego podwójnie: wewnątrz w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenu etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnątrz w opakowanie foliowo-papierowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117- Pakiet nr 18, poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Poole ma posiadać 44 otwory obarczające oraz nakładkę widoczną w RTG?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 118- Pakiet nr 22, poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w skład którego wchodzi : cewnik poliuretanowy, igła punkcyjna, taśma mocująca, zacisk?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 119- Pakiet nr 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia papier tak jak dreny Khera?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 120- Pakiet nr 26, poz.5-12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pewnej identyfikacji cewnika?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 121- Pakiet nr 26, poz.8-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewniki CH12-14/ 60cm (dł. robocza 56cm), reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 122- Pakiet nr 26, poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych CH 8, dł. robocza 285mm lub 465mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 123- Pakiet nr 27, poz.4-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maska z nebulizatorem ma rozбивać cząstki nebulizowanej substancji do objętości 3-5 mikronów, co gwarantuje największą skuteczność depozycji leku w płucach?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 124- Pakiet nr 27, poz.4-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°)- posiadać antyprzelewową konstrukcję o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku) i czy ma być skalowany co 1 ml?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 125- Pakiet nr 27, poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania do pobierania wydzieliny o poj. 25 ml?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 126- Pakiet nr 34, poz.2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy poprzez stabilne mocowanie Zamawiający ma na myśli mocowanie z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 127- Pakiet nr 34, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarze 6cmx8cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy. Dopuszczamy 7cmx9cm

Pytanie nr 128- Pakiet nr 34, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarze 7cmx9cm lub 6cmx7cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy 7cm x 9cm.

Pytanie nr 129- Pakiet nr 34, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych plastrów o wymiarze 6mmx38mma6szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 130- Pakiet nr 34, poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych plastrów o wymiarze 3mmx75mma10szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 131- Pakiet nr 34, poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych plastrów o wymiarze 6mmx100mma10szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 132- Pakiet nr 34, poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych plastrów o wymiarze 12mmx100mma6szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 133- Pakiet nr 36, poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista pomyłka i zamawiający ma na myśli łączniki kątowe z portem do bronchoskopii jednorazowe, nie silikonowe? Pragniemy nadmienić iż łączniki silikonowe przeznaczone są do sterylizacji, czyli wielokrotnego użycia.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 134- Pakiet nr 36, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki karbowanej, martwej przestrzeni wykonanej z medycznego PCV, bez kapturka uszczelniającego, z zatyczką wykonaną z PCV, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 135- Pakiet nr 38, poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać znacznik głębokości intubacji w postaci zamalowanej końcówki o grubości min.1cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 136- Pakiet nr 38, poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 137- Pakiet nr 38, poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać mleczy odłączany łącznik?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 138- Pakiet nr 38, poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 139- Pakiet nr 38, poz.10-19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rurek ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego ringu?

Odpowiedź: Dopuszczamy ,nie wymagamy.

Pytanie nr 140- Pakiet nr 38, poz.10-19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 141- Pakiet nr 38, poz.10-19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać mleczny odłączany łącznik?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 142- Pakiet nr 38, poz.10-19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 143- Pakiet nr 39, poz.10

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy zamawiający będzie oczekiwał cewników w rozmiarach 5,6,7,8,10,12,14,16CH?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 144- Pakiet nr 39, poz.10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik ma być przeznaczony na min. 48 h czy 72h?

Odpowiedź: min. 48 godzin

Pytanie nr 145- Pakiet nr 39, poz.10

Z uwagi na ekonomiczny charakter modułowego systemu pozwalającego na możliwość zastosowania 1 adaptera przez okres 7 dni obsługującego 2 cewniki na 72 godziny prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania 700 adapterów i 1 400 cewników z podaniem ceny za dobę użytkowania.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 146- Pakiet nr 40

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać znacznik intubacji w postaci grubego ringu?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 147- Pakiet nr 40

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 148- Pakiet nr 40

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 149- Pakiet nr 42, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki do długotrwałej intubacji z mankietem o grubości ścianki cieńszej niż 20 mikronów.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 150- Pakiet nr 42, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurka ma posiadać ruchomą ramkę o płynnym nieskokowym przesuwie?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 151- Pakiet nr 43

prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy rurka ma posiadać mechanizm umożliwiający płynną regulację położenia uchwytu?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 152- Pakiet nr 50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek wykonanych z PCV?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 153- Pakiet nr 50

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rurka ma posiadać prowadnicę ze stoperem?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie nr 154- Pakiet nr 59

Prosimy o doprecyzowanie czy przyrząd do pobierania leków z butelek z filtrem ok. 0,2 µm do przygotowywania i dzielenia leku ma posiadać również filtr 5 µm zapewniający dokładne filtrowanie pobieranego leku/płynu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 155- Pakiet nr 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260mm w rozmiarze 6 i 6,5 zgodnie z norma EN 455-2, reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 156-Załącznik Nr 38-Rurki intubacyjne I ,poz. 1-19

Czy Zamawiający w pozycjach od 1do 19 dopuści rurki intubacyjne wiodącego producenta rurek wykonane z termoplastycznego PCV, wg wiedzy Oferenta bez względu na materiał z jakiego wykonane są rurki przed intubacją są one pokrywane żelem ?.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 157- Załącznik Nr 38 –Rurki intubacyjne II ,poz. 10 -

Czy Zamawiający w pozycji 10 wymagając System zamknięty do odsysania wymaga systemu z możliwością stosowania przez minimum 48 godz. Z obrotową zamykającą zastawką odcinającą dostęp płynu płuczącego do dróg oddechowych pacjenta, z możliwością wykonywania bronchofiberoskopii w układzie zamkniętym, pakowanego w jednym integralnym opakowaniu. W pełnym zakresie rozmiarów CH 5,6,7,8,10,12,14,16. Na takich systemach obecnie Zamawiający pracuje bez zastrzeżeń.

Odpowiedź: Powyższe pytanie dotyczy Załącznika 39 poz. 10 . TAK, Zamawiający wymaga systemu o czasie stosowania minimum 48 godz.

Pytanie Nr 158-Załącznik Nr 40 – Rurki intubacyjne II ,poz. 1-7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych w pozycjach 1-7 zbrojonych wykonanych z termoplastycznego PCV pokrytych wewnątrz tworzywem Satin Slip ułatwiającym wprowadzanie cewnika do odsysania i prowadnicy , na których Zamawiający pracował bez zastrzeżeń?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 159-Wzoru umowy do SIWZ

Paragraf 4 ustęp 7

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu braków ilościowych do 72 h.

Odpowiedź: TAK.

Paragraf 5 ustęp 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw asortymentu objętego niniejszą umową, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 30 dni.”

Odpowiedź: NIE

Paragraf 5 ustęp 9

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 7 ustęp 1 lit. d.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„dopuszczalne jest zmiana stawki podatku od towaru i usług przy zachowaniu niezmienności cen Netto „

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 7 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Jak w Pytaniu Nr 163.

Paragraf 8 ustęp 1 lit.c

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 8 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:
„Kara umowna płatna będzie w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącen kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 160-

W związku ze znacznym ryzykiem opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy następującej klauzuli:

„ Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 161-Dotyczy SIWZ.

Przedmiotowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w § 15 punkt 3 jako kryterium wyboru oferty uznaje cenę jako 100% wagi oceny, nie zawiera natomiast kryterium oceny jakości zamówienia poprzez badanie próbek. **Dostarczenie próbek przez Wykonawcę uznaje się więc za bezcelowe z punktu widzenia procedury przetargowej.** Jeśli zamawiający bezwzględnie nie zamierza odstąpić od dostarczenia próbek, zobowiązany jest – na podstawie artykułu 97 ust. 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 18 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Z 2010 Nr 113 poz. 759. ze zm) do zawarcia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował podczas wyboru oferty. Należy również wyjaśnić znaczenie wspomnianych kryteriów oraz sposób wyboru oferty. Kryteria te w odniesieniu do próbek powinny bezwzględnie dotyczyć sposobu oceny jakości dostarczonych materiałów. Ponadto zamawiający powinien określić: cel dostarczenia próbek, procedurę przeprowadzenia oceny jakości próbek w sposób nie naruszający zasad prowadzenia postępowania oraz określić sposób zapłaty za dostarczone próbki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w myśl § 5. ust. 1 pkt 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 Zamawiający w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może żądać w szczególności, aby wykonawcy biorący udział w postępowaniu przedłożyli próbki oferowanych towarów.

Zamawiający zwróci próbki wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane , na ich wniosek stosownie do art. 97 ust. 2 ustawy Pzp lub zapłaci wykonawcy za zużyte próbki na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, na podstawie cen wynikających z oferty.

Próbki zużywalne nie podlegają zwrotowi i nie będzie zwracana ich równowartość.

Próbki, które nie są zużywalne zwracane będą na pisemny wniosek Wykonawcy, z wyjątkiem próbek załączonych do ofert, które zostały uznane za najkorzystniejsze.

Pytanie Nr 162- Dot. Załącznika Nr 33 poz. 5

Czy podana ilość dotyczy sztuk czy kpl po 3 szt.?

Odpowiedź : Podana ilość dotyczy kpl. – J.M.-kpl.

Pytanie Nr 163-Dotyczy Wzoru umowy.

dotyczy § 5 pkt 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy w § 5 pkt. 4 prosimy zmienić na:

„ **6.** W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia ,Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymywania dostaw Zamawiającemu asortymentu objętego niniejszą umową, jeżeli zaległości w

zapłacone wcześniejszych należności nie przekraczają 45 dni od terminu wymagalności płatności najstarszej faktury.

Odpowiedź: NIE.

dotyczy § 7 pkt 1d wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 7 pkt 1d prosimy zmienić na:

d) dopuszczalna jest zmiana wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź : NIE.

dotyczy § 7 pkt 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 7 pkt. 3 prosimy zmienić na :

„3. Umowa oraz wszelkie jej ewentualne zmiany zostaną zawarte w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości stawienia się Wykonawcy w tym miejscu, umowa oraz wszelkie aneksy zostaną przesłane na adres Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.”

Odpowiedź : TAK.

dotyczy § 8 pkt 1a wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 8 pkt 1a prosimy zmienić na :

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust.2 , każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Nie , o tym mówi pkt.c).

Pytanie 164- dot. Załącznika Nr 58.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej o długości >200cm z precyzyjnym regulatorem przepływu pracującym w zakresie 0-250ml/godz.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 165- Dotyczy Załącznika Nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 11 poz.2 Iglę do biopsji gruboigłowej o wymaganych parametrach 14Gx16cm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 166-Dotyczy Załącznika nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 18 poz.3 Dren łączący o wymaganych parametrach długości 200cm lub 300cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy 200cm,300cm.

Pytanie 167- Dotyczy Załącznika Nr 55 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 55 poz.5 Cewniki trokar do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze Ch12-32?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 168-

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie parametrów portu w zakresie podanych wielkości (32-35 x 26,5-27,5 mm), tzn., która dana jest wysokością ewentualnie szerokością lub średnicą portu?.

Odpowiedź: Podane ilości dotyczą : średnicy lub długości i szerokości komory, bez znaczenia ,która z wartości dotyczy którego wymiaru.

Pytanie Nr169 : dotyczy Załącznika Nr 9 poz. 12 i 13.

Czy Zamawiający w Załączniku 9 pozycja 12 i 13 dopuści w zestawie strzykawkę **nie szklaną**.
Odpowiedź: Dopuszczamy nie szklaną niskooporową.

Pytanie Nr 170: dotyczy Załącznika Nr 10 poz. 1.

Czy Zamawiający w Załączniku Nr 10 pozycja 1 dopuści igłę w rozmiarze **0,8 x 85 mm**.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr171: dotyczy Załącznika Nr 13 pozycja 2.

Czy Zamawiający w Załączniku Nr 13 pozycja 2 dopuści filtr z przedłużkami i zaworem zwrotnym zamiast zacisku szczelinowego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 172: Dotyczy Załącznika Nr 30.

Czy zamawiający w Załączniku Nr 30:

Pozycja 1 dopuści cewnik o parametrach 22,22G 3F 6 cm:

Pozycja 2 dopuści cewnik o parametrach 22,22G 3F 10 cm:

Pozycja 3 dopuści cewnik o parametrach 22,22G 3F 15 cm:

Pozycja 4 dopuści cewnik o parametrach 23,23,20G 4,5 F 8 cm:

Pozycja 5 dopuści cewnik o parametrach 23,23,20G 4,5 F 12,5 cm:

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr173 : Dotyczy Załącznika nr 51:

Czy Zamawiający w Załączniku Nr51:

Pozycja 1 dopuści cewnik o parametrach **@F 15 cm**

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pozycja 4 dopuści cewnik wprowadzany przez **Neoflon 24G** zamiast rozszczepialnej igły.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 174 : Dotyczy Załącznika nr 52 poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający w Załączniku Nr 52 pozycji 1 i 2 ma na myśli cewniki z zestawem wprowadzającym czy sam cewnik.

Odpowiedź : Z zestawem wprowadzającym.

Pytanie Nr 175: Dotyczy Załącznika Nr 73 pozycja 1.

Czy Zamawiający w Załączniku Nr 73 pozycja 1 dopuści cewnik o parametrach **27G 10 cm** zamiast 12 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 176: Dotyczy Załącznika Nr 52 ,pkt 1,2

Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników o średnicy zewnętrznej 11,5 F ?. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie Nr 177 –dotyczy -Zadanie: Aparaty do przetaczania poz. 6 i 7:

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy pozbawionych ftalanów, które byłyby kompatybilne z aparatami wymienionymi w poz. 1 i 2?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 178-dotyczy- Zadanie Opaski identyfikacyjne i zaciskacze do pepowiny: pozycja 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskacza mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 179-dotyczy- Zadanie Urologia 3, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści worek z komorą 400 ml?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 180-dotyczy- Zadanie Igły specjalistyczne, pozycja 12, 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z plastikową strzykawką?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 181-dotyczy- Zadanie: Chirurgia I, pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści dren o Ch 25?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 182-dotyczy-Zadanie: Chirurgia V, pozycja 4,5:

Czy zamawiający dopuści sondę o długości 100 cm?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 183-dotyczy- Zadanie: Układ oddechowy, pozycja 13:

Czy Zamawiający dopuści cewnik z nieprzeźroczystym konektorem kontrolowanego odsysania?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 184-dotyczy- Zadanie: Układ oddechowy, pozycja 17:

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 213 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 185-dotyczy- Zadanie: Pojemniki do prób śluzu, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści korek w kolorze białym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie Nr 186-dotyczy- Zadanie: Rurki intubacyjne II, pozycja 7-9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako mankiet cienkościenny?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 187-dotyczy- Zadanie: Rurki dooskrzelowe, pozycja 1-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurek z termoplastycznego PCV silikonowanych?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr188-dotyczy- Zadanie: Aparaty do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływów, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie 0-250 ml?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr189-dotyczy-Zadanie: Przyrząd do przygotowywania leków, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1 µm i cząsteczkowym 0,5µm?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie Nr 190-Dotyczy Pakietu Nr 53

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy o okrągłej podstawie o średnicy 25 mm, z cewnikiem wykonanym ze specjalnego materiału na bazie poliuretanu (sztywnego podczas wprowadzania i miękkiego w temperaturze ciała pacjenta),o średnicy wewnętrznej 1,6 i zewnętrznej 2,6mm (parametry lepsze od opisanych w SIWZ), w zestawie z dwiema igłami 20G prostą i zakrzywioną(zamiast dwóch prostych igieł 22G0?).

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 191- Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 8,9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu pozwoli to na wystartowanie w przetargu większej ilości wykonawców a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej ceny pakietu.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 192-Dotyczy Załącznika Nr 4 pozycji 1,2,3,4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby w/w pozycje pochodziły od jednego producenta obecnie na rynku istnieje tylko jedna firma, która posiada wszystkie te produkty. Tak opisany pakiet ogranicza uczciwą konkurencję. Wnioskuje o dopuszczenie produktów pochodzących od różnych producentów w pełni ze sobą kompatybilnych.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 193-Dotyczy Załącznika nr 58 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie od 5 do 300 ml.

Odpowiedź: NIE.

Ponadto informujemy , iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 12.04.2012 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.04.2012 r. o godz. 10:15.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Kazimierz Pankiewicz

