

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
MYJNI DO BASENÓW**

W.Sz.S./DAZ/26/P-8/**008**/633/14

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, iż w wyniku w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) odrzucono ofertę Wykonawcy:

UNITECHNIKA S.A.

ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, określił postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /dalej SIWZ/, w tym wymagania techniczne przedmiotu zamówienia, zawarte w Załączniku Nr 2 do SIWZ, które Wykonawca miał potwierdzić poprzez wpisanie w Załączniku Nr 2 do SIWZ odpowiednio czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania czy też ich nie spełnia.

Wykonawca do momentu otwarcia ofert nie wniósł do nich zastrzeżeń. Wymagania te były wyrażone wprost w treści SIWZ w Załączniku Nr 2 do SIWZ i były podane Wykonawcom do publicznej wiadomości od momentu jej opublikowania, co oznacza, że były znane Wykonawcom przez ten okres.

W trakcie badania oferty Zamawiający stwierdził, że oferta Wykonawcy zawiera informacje, które wskazują na niezgodność z SIWZ. Zamawiający wymagał w pkt 19 Załącznika Nr 2 do SIWZ – „Wymagania techniczne”, urządzenia o wymiarach zewnętrznych (± 30 mm): szerokość: 500 mm, głębokość 450 mm oraz wysokość 1800 mm. Wykonawca zaoferował urządzenie o wysokości 1730 mm, co jest sprzeczne z wymaganiami Zamawiającego. Błędny parametr został również potwierdzony w Załączonych do oferty katalogach. Załącznik Nr 2 do SIWZ, o którym mowa powyżej należy traktować jako integralną część oferty i umieszczanie przez Wykonawcę parametrów niezgodnych z warunkami SIWZ nie może być uzupełniane ani wyjaśniane. Czynność taka byłaby zmianą treści złożonej oferty /wyrok KIO z dnia 28 marca 2011 r., Sygn. Akt: KIO 542/11 oraz wyrok KIO z dnia 29 lipca 2011 r. Sygn. Akt: KIO 1514/11/.

W związku z powyższym, wobec zamieszczenia w ofercie sprzecznych informacji, wskazujących na niezgodność z SIWZ, Zamawiający zobowiązany jest ofertę Wykonawcy UNITECHNIKA S.A odrzucić, ponieważ przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy ma charakter obligatoryjny i tym samym oferta sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia SIWZ podlega odrzuceniu.

2) Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: **UNITECHNIKA S.A., ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań**, która to oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W postępowaniu nie wpłynęła więc żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

JAROSŁAW MADOWICZ