

Częstochowa, dn. 29.05.2018 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENOWYCH DO TERAPII TLENOWEJ

Znak sprawy: DAZ.26.040.2018

L.dz.: 1808/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Proszę doprecyzować czy dozowniki mają być do pojemników jednorazowego użytku (typu RespiFlo) czy z butelkami wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 120 stopniach C.

Odpowiedź:

Dozowniki mają być z butelkami wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 120°C.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZIŁ:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki