

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74
e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 28 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018 r.
L. dz. 5506/2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ - 2

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, dokonuje sprostowania „Wyjaśnień treści SIWZ -2” z dnia 27 grudnia 2018 r., L. dz. 5478/2018 r.

Było:

Czy Zamawiający dopuści: Elektrode stymulującą powierzchniową z korkami filcowymi 2 x 7,5 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowy 2 m, wtyk Din?

Odpowiedz:

Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ

Powinno być:

Czy Zamawiający dopuści: Elektrode stymulującą powierzchniową z korkami filcowymi 2 x 7,5 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowy 2 m, wtyk Din?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza Elektrode stymulującą powierzchniową z korkami filcowymi 2 x 7 mm (średnicy), odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowy 2 m, wtyk Din.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert - 03.01.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 03.01.2019 r. o godz. 10:15

Miejsce składania i otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek