

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (034) 367-36-74
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 21 listopada 2014 r.

Znak sprawy: DAZ.26.100.2014

L.dz. 2726/14 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zakładu Radioterapii w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 4

Zamawiający informuje, iż w dniu **20.11.2014 r.** wpłynęło do Zamawiającego pytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Dot. punktu 152 Zał. Nr 3do SIWZ.

Aktualny opis: Dwugłowicowa strzykawka automatyczna do podawania środka cieniującego.

Czy Zamawiający dopuści oferty ze wstrzykiwaczem kontrastu CT Expres 4D, cechującym się poniższymi parametrami?

- 3-kanałowybezwkładowy iniektor do CT z wbudowanym interfejsem do komunikacji z tomografem.
- Możliwość stosowania opakowań wszystkich dostępnych jodowych środków kontrastowych.
- Pobieranie środka kontrastowego bezpośrednio z oryginalnych butelek (zakres pojemności 50 – 500 ml).
- Programowanie rodzaju, stężenia i objętości środka kontrastowego.
- Automatyczne przełączanie się kanałów dla takiego samego środka kontrastowego po całkowitym wykorzystaniu pierwszej z butelek.
- Możliwość stosowania dwóch różnych środków kontrastowych – tryb ręczny wyboru kanału.
- Możliwość mieszania środka kontrastowego w dowolnych proporcjach z solą fizjologiczną za pomocą funkcji Diluject.
- Dwa identyczne panele sterujące wstrzykiwaczem: 1 przy iniektorze , 1 w pomieszczeniu obsługi.
- Intuicyjny interfejs z funkcją pomocy głosowej i video w języku polskim.
- Wybór rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu bezpiecznego podania kontrastu.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tj. www.szpitalparkitka.com.pl .

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska Pankiewicz

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

