

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa  
ul. Bialska 104/118  
tel. i faks: (34) 367-36-74

Częstochowa, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/**057/12/1779**

## **WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.**

### **OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

**Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Wykonawcy pn:**

#### **Pakiet Nr 1**

**EMERGO Adam Parda  
ul. Ostrobramska 75c  
04-175 Warszawa**

**Cena brutto oferty: 129.770,64 zł.**

#### **Uzasadnienie wyboru:**

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium [cena] i jego wagą [100%].

Na wykonanie zamówienia złożono 1 ofertę z czego wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Punkty w kryterium cena: 100%</b>	<b>Łączna ilość zdobytych punktów</b>
<b>5.</b>	EMERGO Adam Parda 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75c	100,00 pkt	100,00 pkt

#### **Pakiet Nr 2**

**STOLTER Sp. z o.o.  
86-212 Stolno, Grubno 63**

**Cena brutto oferty: 180.729,21 zł.**

#### **Uzasadnienie wyboru:**

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium [cena] i jego wagą [100%].

Na wykonanie zamówienia złożono 1 ofertę z czego wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Punkty w kryterium cena: 100%</b>	<b>Łączna ilość zdobytych punktów</b>
3.	STOLTER Sp. z o.o. 86-212 Stolno, Grubno 63	100,00 pkt	100,00 pkt

### **Pakiet Nr 3**

**Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K.**

**ul. Bławatków 6**

**43-100 Tychy**

**Cena brutto oferty: 56.216,70 zł.**

#### **Uzasadnienie wyboru:**

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium [cena] i jego wagą [100%].

Na wykonanie zamówienia złożono 1 ofertę z czego wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Punkty w kryterium cena: 100%</b>	<b>Łączna ilość zdobytych punktów</b>
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6	100,00 pkt	100,00 pkt

### **Pakiet Nr 4**

**PRECOPTIC Co, Wojciechowscy Sp. j.**

**ul. Arkuszowa 60**

**01-934 Warszawa**

**Cena brutto oferty: 29.570,40 zł.**

#### **Uzasadnienie wyboru:**

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium [cena] i jego wagą [100%].

Na wykonanie zamówienia złożono 1 ofertę z czego wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Punkty w kryterium cena: 100%</b>	<b>Łączna ilość zdobytych punktów</b>
2.	PRECOPTIC Co, Wojciechowscy Sp. z o.o. 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 60	100,00 pkt	100,00 pkt

### **Pakiet Nr 5**

**DONSERV**

**ul. Globusowa 38**

**02-436 Warszawa**

**Cena brutto oferty: 40.589,99 zł.**

#### **Uzasadnienie wyboru:**

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium [cena] i jego wagą [100%].

Na wykonanie zamówienia złożono 2 oferty z czego wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 1 ofertę.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium cena: 100%	Łączna ilość zdobytych punktów
1.	HAKMANN s.c. Żukowska B.M. Młodzianowska E.A. 03-252 Warszawa, ul. Suwalska 38 lok. 32	Nie dotyczy oferta odrzucona	
6.	DONSERV 02-436 Warszawa, ul. Globusowa 38	100,00 pkt	100,00 pkt

**Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy.**

#### **OFERTA NR 1**

**HAKMANN s.c. Żukowska B.M. Młodzianowska E.A.  
03-252 Warszawa  
ul. Suwalska 38 lok. 32**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy z postępowania przetargowego na „Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” w zakresie Pakietu Nr 5, gdyż treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku Nr 5D „PARAMETRY TECHNICZNE/WYMAGANIA TECHNICZNE” w punkcie 10, Zamawiający wymagał, aby komora laminarna posiadała głębokość zewnętrzną nie większą niż 780 mm. Natomiast zaoferowana przez Wykonawcę komora laminarna MARS PRO 1200 której producentem jest SCANLAF, zgodnie z kartą katalogową dołączoną do oferty [str. 19 i 22 oferty] posiada głębokość 798 mm, podczas gdy w Załączniku Nr 5D w punkcie 10 Wykonawca podaje wartość 780 mm.

Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 8.08.2012 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie rozbieżności w ofercie między zapisami w tabeli parametrów technicznych [poz. 10], a kartą katalogową zamieszczoną na str. 19 i 22 oferty.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego firma HAKMANN s.c. Żukowska B.M. Młodzianowska E.A. przysłała wyjaśnienia, z których wynika, że komora laminarna w katalogu załączonym do oferty posiada wymiar głębokości zewnętrznej 798 mm.

W tej sytuacji uznać należy, że oferta Wykonawcy HAKMANN s.c. Żukowska B.M. Młodzianowska E.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwalskiej 38/32 nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**ZATWIERDZAM**

Z upoważnienia  
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Bronisław Morawiecki

Otrzymują:

1. Adresaci
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń
3. a/a.