

Częstochowa, dn.25.09..2013r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
**dostawę: Opakowań i testów do sterylizacji,
neodisherów SBK, SBR Extra oraz innych
akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej.**

W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/070/ 2569 /13

WYJAŚNIENIA treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1, dotyczy – Części Nr 1-Opakowania do sterylizacji

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji gładkich i z fałdą o folii wzmocnionej 5 warstwowej nie licząc warstwy kleju . Podkreślamy, iż obowiązujące normy europejskie EN ISO 11607-1,2 ; EN ISO 11140-1; PN EN 868-5 opisują opakowania papierowo foliowe wielowarstwowe do sterylizacji nie wymagając konieczności 8 warstw folii a jedynie wielowarstwowość opakowań. Dodatkowo podnosimy fakt iż opakowania, rękawy które oferujemy są 6 warstwowe (łącznie z warstwą kleju) i spełniają wymagania krytyczne norm EN ISO 11607-1,2, EN ISO 11140-1, PN EN-868-5, PN EN 868-3, co dla uwiarygodnienia potwierdzone jest odpowiednią deklaracją zgodności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3.Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż **7,2 kN/m zamiast 7,3 kN/m** oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niż **3,8 kN/m zamiast 4 kN/m**? Proponowane wartości nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego oraz spełniają wymagania normy PN EN 868-3 pkt. 4.4.15.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający będzie wymagał, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji?

W załączeniu przesyłamy opinię Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyjaśniającą w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umieszczenie nazwy wytwórcy na rękawie papierowo-foliowym.

6. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 100mmx40mmx100mb w miejsce rękawa 100mmx50mmx100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 100mmx40mmx100mb w miejsce rękawa 100mmx50mmx100mb .

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 200mmx50mmx100mb w miejsce rękawa 200mmx55mmx100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 200mmx50mmx100mb w miejsce rękawa 200mmx55mmx100mb.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek – po 1 sztuce rękawów papierowo-foliowych – do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 2 mb z każdej pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza ilości próbek dla rękawów papierowo-foliowych po 2 mb z minimum 5 różnych pozycji-rozmiarów (przy czym jedną z pozycji musi być rękaw papierowo-foliowy z zakładką).

Pytanie 2, dotyczy – Części Nr 3- Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej, testy skuteczności mycia i dezynfekcji.

1.Część 3 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby na wskaźniku znajdowała się barwa referencyjna? Wielu producentów, których produkty są dostępne w Polsce, stosuje takie rozwiązanie, a zdecydowanie ułatwia ono interpretację wyniku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby na wskaźniku znajdowała się barwa referencyjna.

2.Część 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd testowy posiadał jakiś przezroczysty element lub inne równoważne rozwiązanie, umożliwiające zauważyć, czy w przyrządzie jest już włożony wskaźnik bez konieczności rozkręcania/ otwierania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby przyrząd testowy posiadał jakiś przezroczysty element lub inne równoważne rozwiązanie, umożliwiające zauważyć, czy w przyrządzie jest już włożony wskaźnik bez konieczności rozkręcania/ otwierania przyrządu.

3.Część 3 poz. 2-5:

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie klasy wskaźnika było wydane przez organizację niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działającą w sposób obiektywny, posiadającą akredytację potwierdzającą kompetencje techniczne, uprawnioną do kontroli jakości i potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, jaką jest niezależna jednostka notyfikowana? Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów. Jest również zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2), jak również zgodny z Prawem Zamówień Publicznych (art. 7 i 29) ponieważ są w Polsce powszechnie dostępne i używane produkty nie tylko jednego producenta spełniające ww. wymóg.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 , dotyczy – Części Nr 1poz 3

Dotyczy Części nr 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści papier o zawartości chlorków i siarczanów poniżej 0,02%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy – Części Nr 3poz. 2-5

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, który w swej części zobowiązuje Zamawiającego między innymi do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, zatem Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyceńskich przez niezależne jednostki notyfikowane,

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy; art.7.ust.1., i art. 29. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca, zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane jest w kierunku tego jedyne Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję i skutkuje, tym że ten jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę o przymocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem.

- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert nawet do kilkudziesięciu procent niższych, co objawia się zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena.

Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;

Czy Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.4., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy – Części Nr 3 poz. 6

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment należy do grupy produktów stosowanych w systemie kontenerowym w przeciwieństwie do pozostałych pozycji na które składają się testy diagnostyczne. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr 3 poz. 6 jak poniżej:

Część Nr 3 stanowią pozycje 1-5 – Wadium 375,00 zł.

Część Nr 3a stanowią pozycja 6 - Wadium 75,00 zł.

Formularz Oferty i Formularze Asortymentowo-cenowe Część 3 i 3A w załączeniu .

Pytanie 6, dotyczy – Części Nr 7

Czy Zamawiający dopuści obcinarkę dwupoziomową o szerokości każdej z półek 555mm? Użytkownik ma możliwość korzystania z obu półek równocześnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, dotyczy – Części Nr 14

Czy Zamawiający dopuści osłonki o szerokości 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonki o szerokości 30mm.

Pytanie 8, dotyczy – Załącznika Nr 2

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dotyczy – Części Nr 1 poz. 3 i 4

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 3 arkuszy z dwóch wybranych pozycji papieru oraz po 3 mb z dwóch wybranych pozycji rękawów?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza ilości próbek :

-dla rękawów papierowo-foliowych po 2 mb z minimum 5 różnych pozycji- rozmiarów (przy czym jedną z pozycji musi być rękaw papierowo-foliowy z zakładką)

- dla papierów sterylizacyjnych po 1 szt. arkusza z każdej wielkości, ale tylko w jednym kolorze.

Pytanie 10, dotyczy – Części Nr 9 i 10

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbek dla wskazanych pakietów. Wymagana ilość stanowi znaczącą część rocznego zapotrzebowania, stąd znacznie zwiększa koszt uczestnictwa w postępowaniu.

Odpowiedź: W Części 9 Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia próbek.

W Części 10, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy – Części Nr 1 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części nr 1 poz. 1 oraz 2 do odrębnego zadania, co pozwoli nam i wielu innym oferentom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty na taśmy do sterylizacji wraz z dozownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr1 poz. 1,2 jak poniżej:

Część Nr 1 stanowią pozycje 1,2 – Wadium 20,00 zł.

Część Nr 1a stanowią pozycje 3,4 - Wadium 840,00 zł.

Formularz Oferty i Formularze Asortymentowo-cenowe Część 1 i 1A w załączeniu .

Pytanie 12, dotyczy – Części Nr 3 poz. 2,3,4

Czy w części nr 3 poz. 2, 3, 4 oraz 5 Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normami wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne.

Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie potwierdzenia zgodności produktów z normami, które zostało wydane przez producenta testu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, dotyczy – Części Nr 4 poz. 2,3

Czy w części nr 4, poz. 2 oraz 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy skuteczności mycia, na których substancja wskaźnikowa umieszczona jest metalowej płytce wraz z kompatybilnym do w/w testu przyrządem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14, dotyczy – Części Nr 14

Czy w pakiecie nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na osłonki silikonowe wielorazowego użytku, które możemy zaoferować w bardzo atrakcyjnej cenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15, dotyczy – Części Nr 3 pozycje 2-5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzeń zgodności z normami wydanych przez niezależne organizacje i wyrażenie zgody na dołączenie potwierdzeń zgodności produktów z obowiązującymi normami, które zostały wydane przez producenta wskaźników?.

Wskaźniki do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana przez żadne inne przepisy prawne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16, dotyczy – Części Nr 3 pozycje 6

Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbki i wyrazi zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej etykiety?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17, dotyczy – Części Nr 3 pozycje 6

Czy Zamawiający dopuści etykietę ze wskaźnikiem sterylizacji o wymiarach 39,5 mm x 67mm ?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etykietę ze wskaźnikiem sterylizacji o wymiarach 39,5 mm x 67mm.

Pytanie 18, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie jako próbek rękawów odcinki o dł. 5 mb z kilku dowolnie wybranych pozycji lub odcinki po 1 mb z każdej wymaganej pozycji? Rękawy ,które chcemy zaoferować pochodzą od jednego producenta i różnią się od siebie jedynie wymiarami.

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza ilości próbek dla rękawów papierowo-foliowych po 2 mb z minimum 5 różnych pozycji-rozmiarów (przy czym jedną z pozycji musi być rękaw papierowo-foliowy z zakładką).

Pytanie 19, dotyczy – Części Nr 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki bez warstwy klejącej?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźniki bez warstwy klejącej.

Pytanie 20, dotyczy – projektu umowy & 10 pkt. 1 a:

Dzielenie zamówienia umożliwia Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W praktyce dzielenie zamówienia nie leży w interesie dostawcy, gdyż ponosi dodatkowe koszty transportu, a jest w interesie Zamawiającego, bo przynajmniej częściowo zabezpiecza jego potrzeby. Wysokość kar zaproponowana przez Zamawiającego naliczana od wartości całej dostawy jest rażąco niesymetryczna szczególnie w obliczu zapisu & 7 pkt.5 wzoru umowy (za zwłokę w zapłacie za dokonane dostawy- możliwość naliczenia odsetek ustawowych). **Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki ?.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21, dotyczy – Części Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający w części 1 poz. 3 zgodzi się na zawartość chlorków nie przekraczającą 0,02%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się na pięciowarstwową folię nie licząc warstw kleju w rękawach papierowo-foliowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się aby rękawy papierowo-foliowe były nawinięte folią do wewnątrz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się na rękaw płaski o szerokości 380 mm zamiast 350mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się na rękaw płaski o szerokości 380 mm lub 420 mm zamiast 400 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się na rękaw z fałdą o szerokości 380 mm zamiast 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27, dotyczy – Części Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 zgodzi się na rękaw o rozmiarze fałdy 50 mm zamiast 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw o rozmiarze fałdy 50 mm zamiast 55 mm.

Pytanie 28, dotyczy – Umowy-wzór(zał. Nr 6 SIWZ) & 7 pkt.5

Prosimy o zmianę zapisu na :

„ W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych umową. Wykonawca nalicza odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29, dotyczy- & 8 Umowy-wzór (Zał. nr 6 SIWZ pkt. 1)

Na Materiały eksploatacyjne- np. uszczelki drzwi, filtry bakteriologiczne oraz Molykote- nie można wymagać 12 miesięcy gwarancji ze względu na ich zużycie w zależności od eksploatacji sterylizatorów. Prosimy o wykreślenie tego zapisu dla Części 16,19 oraz 21.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy & 8 lecz & 2 pkt. 3 Umowy- wzór (Zał. nr 6 do SIWZ). Minimalny okres gwarancji na materiały eksploatacyjne typu uszczelki , filtry to 3 miesiące. W przypadku pozostałego asortymentu zgodnie z SIWZ.

Zamawiający uwzględni powyższy zapis w przypadku zawarcia umowy.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, jak również zmianami dokonanyymi przez Zamawiającego, w załączeniu przedstawiamy nowy Załącznik Nr 2: Część 1, Część 1A, Część 3, Część 3A oraz Formularz Oferty stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, obowiązujące na dzień składania ofert.

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **18.10.2013r.** na godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10.15. Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz

W załączeniu :

- 1) Formularz Oferty stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
- 2) Załącznik Nr 2: Część 1, Część 1A, Część 3, Część 3A do SIWZ.

.....
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)*:

Adres*:

Telefon*:

NIP*:

.....
Faks*, na który Zamawiający ma przelać korespondencję

.....
* W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące Pełnomocnika.

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Opakowań i testów do sterylizacji, neodisherów SBK, SBR extra oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej”

1. **Oferuję/oferujemy*** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

W Załączniku Nr 2:**

CZĘŚĆ 1 *

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:.....)

c) cena netto: zł
słownie złotych:)

CZĘŚĆ 1 A*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:)

CZĘŚĆ 2*

a) cena brutto: zł

- słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto:..... zł
słownie złotych:)
- CZĘŚĆ 3***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:)
- CZĘŚĆ 3 A***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:)
- CZĘŚĆ 4***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:)
- CZĘŚĆ 5***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:.....)
- CZĘŚĆ 6***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:
- CZĘŚĆ 7***
- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 8*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 9*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 10*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 11*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 12*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:)

CZĘŚĆ 13*

a) cena brutto: zł

słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) cena netto: zł

słownie złotych:

CZĘŚĆ 14*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 15*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 16 *

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:)

CZĘŚĆ 17*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:)

CZĘŚĆ 18*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:)

CZĘŚĆ 19*

a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)

c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 20*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 21*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 22*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 23*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 24*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 25*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)
- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:

CZĘŚĆ 26*

- a) cena brutto: zł
słownie złotych:)

- b) w tym podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) cena netto: zł
słownie złotych:)

2. **Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności** – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji :
-na przedmiot zamówienia na okres (minimum 12 miesięcy)..... miesięcy od daty dostawy.
-na materiały eksploatacyjne typu uszczelki, filtry na okres (minimum 3 miesiące).....miesiące od daty dostawy.

4. **Oświadczam/my**, że oferowany asortyment

- w części poz.
.....

posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz że Wykonawca przedłoży te dokumenty na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy *- **oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych**

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części poz.
.....

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - **jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu**

5. Oświadczam/my, że spełniam/firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że złożono wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. Oświadczam/my, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach jednej z okoliczności, wyznaczonej poniżej:

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/**

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/**

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/**

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska 104/118, w Częstochowie)**.

8. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu
w formie:

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

lub na adres:

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- a) wykonanie
- b) wykonanie

11. **Wskazujemy dane niezbędne do aukcji elektronicznej** (proszę wypełnić czytelnie):

1) Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login-hasło, umożliwiający zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.

.....
.....

2) Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej za jego poufność.

.....

Nr telefonu:

3) Oświadczam, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon faks

13. Do niniejszej oferty załączamy:

- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty
- - str. oferty

14. Oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron.

.....
miejsowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
P-8/070/13**

CZĘŚĆ 1

Opakowania do sterylizacji (rękawy papierowo-foliowe i papiery sterylizacyjne), taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M.	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1	Dozownik/obcinarka do taśm.	Pasująca do n/w taśm	szt.	1					
2	Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji.	Ze wskaźnikiem do pary 18-19mm x 50mb	szt.	53					
		Bez wskaźnika służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19mm x 50mb	szt.	147					
RAZEM:							XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbkę dla poz. 2 w ilości 1 szt.

CZĘŚĆ 1 A

Opakowania do sterylizacji (rękawy papierowo-foliowe i papiery sterylizacyjne), taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M.	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1. (3)	Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m ² (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kNm, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kNm.	Papier biały 120 x 120 cm	ark.	2400					
		Papier zielony 120 x 120 cm	ark.	2400					
		Papier biały 100 x 100 cm	ark.	6000					
		Papier zielony 100 x 100 cm	ark.	4500					
		Papier biały 90 x 90 cm	ark.	3000					
		Papier zielony 90 x 90 cm	ark.	3250					
		Papier biały 60 x 60 cm	ark.	500					
		Papier zielony 60 x 60 cm	ark.	500					
2. (4)	Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5; Papier o gramaturze 70 g (PN EN - 868 - 3) - wymagana kompletna	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 50 mm X 200 mb	mb.	1000					
		Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 75 mm X 200 mb	mb.	9000					

charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 - 3; Folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868 - 5), nie licząc warstwy kleju, wymagane przez producenta folii oświadczenie (a nie dystrybutora) o zgodności z normami (PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych; Wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868 - 5 przez niezależną organizację; Folia przezroczysta bez rozwarstwień, substancji toksycznych i porów. Wykluczone umieszczanie testów między warstwami folii; Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; Wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania, umieszczony z przodu na zgrzewie fabrycznym; Wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta;	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 100 mm X 200 mb	mb.	19800					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 150 mm X 200 mb	mb.	13600					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 200 mm X 200 mb	mb.	11200					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 250 mm X 200 mb	mb.	8800					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 300 mm X 200 mb	mb.	5600					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 350 mm X 200 mb	mb.	3600					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 400 mm X 200 mb	mb.	3600					
	Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 100 mm x 50 mm x 100 mb	mb.	1000					
Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 200 mm x 55 mm x 100 mb	mb.	1400						

	<p>Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 7,3 kN/m a w kierunku poprzecznym niemniej niż 4 kN/m; Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m; Rękawy nawinięte folią na zewnątrz.</p>	<p>Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 350 mm x 80 mm x 100 mb</p>	<p>mb.</p>	<p>600</p>					
RAZEM :							<p>XXXXXXXXXXXXX</p>		<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbki:

- dla papierów sterylizacyjnych po 1 szt. arkusza z każdej wielkości, ale tylko w jednym kolorze.
- dla rękawów papierowo-foliowych po 2 mb z minimum 5 różnych pozycji- rozmiarów (przy czym jedną z pozycji musi być rękaw papierowo-foliowy z zakładką)

CZĘŚĆ 3

Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej, testy skuteczności mycia i dezynfekcji.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M.	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.	Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	3600					
2	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	26000					
3	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	9400					

4	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 134° C/ 3,5 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	1800				
5	Jednorazowy pakiet typu Bowie - Dick.	Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie - Dick'a - 134° C - 3,5 min., Wymagane potwierdzenie zgodności z ISO 11140-4 przez niezależną organizację. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	1500				
RAZEM :						XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbki dla poz. 1-5 po 1 szt.

CZĘŚĆ 3A**Etykieta kontrolna do kontenerów**

Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M .	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1. (6)	Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej.	Etykieta o wymiarach: dł. 65mm, szer. 40mm.	szt.	24000				
RAZEM :							XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbkę dla poz. 1- w ilości 1 szt.

