

Częstochowa, dn. 09.05.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

dostawa : Lampy RTG do aparatu Axiom Aristos

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/025/ 914 /12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Zapytanie 1. Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest lampa rtg, będąca komponentem specjalnym dla którego producent określa warunki gwarancji jako gwarancja pro-rata, czy Zamawiający się na zmianę zapisów dotyczących gwarancji, w miejscach gdzie występują, na zapisy pro – rata określone jak poniżej:

- wymiana na koszt Wykonawcy do 12 miesięcy od daty zainstalowania lub do 40.000 jednostek obciążeniowych* w zależności, co nastąpi wcześniej.

W przypadku zużycia się Lampy po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się złożyć ofertę zawierającą w szczególności następujące warunki:

- 70% upustu przy wymianie do 18 miesięcy od daty zainstalowania lub do 60.000 jednostek obciążeniowych* w zależności, co nastąpi wcześniej albo

- 40% upustu przy wymianie do 24 miesięcy od daty zainstalowania lub do 80.000 jednostek obciążeniowych* w zależności, co nastąpi wcześniej.

1 jednostka obciążeniowa= 1 ekspozycja; 1 sekunda ekspozycji cine, DSA, DR, DCM; 7 sekund skopii pulsacyjnej DPF

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 2. Pytanie do paragrafu 3 punkt 7 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela, a jeśli takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną opinię w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital?

Odpowiedź: Nie posiada i nie wyda pozytywnej opinii.

Zapytanie 3. Prosimy o zgodę na zmianę terminu dostarczenia wyników testów specjalistycznych z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych. Prośba wynika z procesu logistycznego, tj. wykonania testów, opracowania wyników i wysłania ich wersji papierowej.

Odpowiedź: TAK.

Zapytanie 4. Prosimy, celem doprecyzowania, o zgodę na poprzedzenie zapisów paragrafu 5 ustęp 3 zdaniem: „Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki związane z wadami tkwiącymi w urządzeniach w chwili sprzedaży.”

Odpowiedź: NIE.

Zapytanie 5. Prosimy, celem doprecyzowania, o zgodę na rozszerzenie zapisów paragrafu 5 ustęp 3 o zdanie: „Ani istotna naprawa ani wymiana przedmiotu objętego gwarancją nie powoduje wznowienia gwarancji”

Odpowiedź: NIE.

Zapytanie 6. Prosimy, celem doprecyzowania, o zgodę na zmianę brzmienia paragrafu 5 ustęp 4 w następującym zakresie:

„Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii związanych z przedmiotem umowy
....”

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 7. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu o terminie usunięciu awarii lub usterki w ciągu 5 dni roboczych na 7 dni roboczych

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 8. Prosimy, celem doprecyzowania, o zgodę na zmianę słowa „asortymentu” na „przedmiotu umowy” w paragrafie 5 ustęp 3

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 9. Prosimy o zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1,5% na zwyczajowe 0,5% w paragrafie 6 ustęp 2 lit. D

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie10. Prosimy o zgodę na usunięcie z paragrafu 5 ustępu 7.

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Odpowiedź: TAK.

Zapytanie 11- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji dotyczącej aparatu RTG AXIOM ARISTOS:

- data produkcji aparatu AXIOM ARISTOS
- typ oraz model generatora umieszczony na tabliczce znamionowej generatora
- typ oraz model zainstalowanej lampy RTG

Odpowiedź: data produkcji aparatu AXIOM ARISTOS- **2008 r.**

- typ oraz model generatora umieszczony na tabliczce znamionowej generatora –**POLYDOROS LX-80**
- typ oraz model zainstalowanej lampy RTG –**OPTITOP 150/40/80 HC-100**

Jednocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust.6 uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **18.05.2012 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na **18.05.2012 r. godz. 10:15.**

Zatwierdził :
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Kazimierz Pankiewicz