

**Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów
Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR
pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące**



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP](#)

Krajowy numer
identyfikacyjny: *(jeżeli
jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Bialska 104/118](#)

Miejscowość: [Częstochowa](#)

Kod pocztowy: [42-200](#)

Państwo: [PL](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 343673674](#)

Osoba do kontaktów: [Małgorzata Nowak](#)

E-mail: szp@data.pl

Faks: [+48 343673674](#)

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpitalparkitka.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca *(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)*

Podmiot zamawiający *(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)*

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowych do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku Nr 1 części 1,2,3

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33151400	
Dodatkowe przedmioty	24300000	

**Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów
Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR
pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące
SEKCJA IV: PROCEDURA**

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/080 /11](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES_Parkitka](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-152053](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
212-346246	04/11/2011	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[02/11/2011](#) (dd/mm/rrrr)

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
 Sprostowania
 Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
 Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
 W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
 W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
 W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
SEKCJA II .1.5)	II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowych do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjących i dezynfekujące dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku Nr 1 części 1,2,3	II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowych do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjących i dezynfekujące dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku Nr 1 części 1,2,3,4
SEKCJA II .1.8)	SEKCJA II .1.8) Części	SEKCJA II .1.8) Części

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródtkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	To zamówienie podzielone jest na części : TAK 3	To zamówienie podzielone jest na części : TAK 4
III.1.1)	III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 3920,00 PLN	III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 4720,00 PLN
SEKCJA III .1.4.)	<p>III.1.4.) Inne szczególne warunki Opis szczególnych warunków: 10.W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zamawiający wymaga dołączenia do oferty:</p> <p>1).W przypadku złożenia oferty równoważnej próbki tj. po 1 opakowaniu jednostkowym dla asortymentu określonego w załączniku Nr 1 część 2 i część 3 .</p> <p>2). Opisu przedmiotu zamówienia np. : foldery, prospekty, karty katalogowe ulotki dla asortymentu określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ części 1,2,3 z zaznaczeniem , której części dotyczą. W przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć opis w języku polskim.</p> <p>3). Wszelkie wymagane przez polskie prawo aktualne dokumenty, na podstawie których, oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - dotyczy Załącznika Nr 1 części 1,2,3.</p> <p>4). Aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r. Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie , w języku polskim – dotyczy Załącznika Nr 1 części 2,3 (dołączone do oferty oraz dostarczone wraz z pierwszą dostawą).</p> <p>5). W przypadku złożenia oferty równoważnej : Oświadczenie wykonawcy ,że pokryje</p>	<p>III.1.4.) Inne szczególne warunki Opis szczególnych warunków: 10.W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zamawiający wymaga dołączenia do oferty:</p> <p>1).W przypadku złożenia oferty równoważnej próbki tj. po 1 opakowaniu jednostkowym dla asortymentu określonego w załączniku Nr 1 część 2 i część 3 .</p> <p>2). Opisu przedmiotu zamówienia np. : folderów, prospektów, kart katalogowych ,ulotek dla asortymentu określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ części 1,2,3,4 zawierających informacje potwierdzające jednoznacznie ,że oferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć opis w języku polskim.</p> <p>3). Wszelkie wymagane przez polskie prawo aktualne dokumenty, na podstawie których, oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - dotyczy Załącznika Nr 1 części 1,2,3,4.</p> <p>4). Aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r. Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie , w języku polskim – dotyczy Załącznika Nr 1 części 2,3 (dołączone do oferty oraz dostarczone wraz z pierwszą dostawą).</p>

**Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów
Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródtkankowe do aparatu micro Selectron HDR
pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>wszelkie koszty naprawy , wynikłe na skutek stosowania zaoferowanych równoważnych środków , w myjniach ETD 3 Olympus - dotyczy Załącznika Nr 1 części 2 - oświadczenie sporządza Wykonawca . 6). W przypadku złożenia oferty równoważnej : Oświadczenie wykonawcy ,że pokryje wszelkie koszty naprawy , wynikłe na skutek stosowania zaoferowanych równoważnych środków , w myjniach typu DECO 190, TopLine , TORNADO , ATOS, TOPIC - dotyczy Załącznika Nr 1 części 3 - oświadczenie sporządza Wykonawca . 7). Oświadczenia Wykonawcy ,że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ). 11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2). Wypełnione tabele asortymentowo - cenowe załącznik Nr 1 dla części od 1 do 3 . 3) Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii). 4) Dowód wpłaty wadium.</p>	<p>5). W przypadku złożenia oferty równoważnej : Oświadczenie wykonawcy ,że pokryje wszelkie koszty naprawy , wynikłe na skutek stosowania zaoferowanych równoważnych środków , w myjniach ETD 3 Olympus - dotyczy Załącznika Nr 1 części 2 - oświadczenie sporządza Wykonawca . 6). W przypadku złożenia oferty równoważnej : Oświadczenie wykonawcy ,że pokryje wszelkie koszty naprawy , wynikłe na skutek stosowania zaoferowanych równoważnych środków , w myjniach typu DECO 190, TopLine , TORNADO , ATOS, TOPIC - dotyczy Załącznika Nr 1 części 3 - oświadczenie sporządza Wykonawca . 7). Oświadczenia Wykonawcy ,że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ). 8) w przypadku złożenia oferty równoważnej dla części 1 próbek oferowanych masek tj. 2 sztuk masek pięciopunktowych do unieruchomienia głowy z szyją oraz 2 sztuk masek trójpunktowych do unieruchomienia głowy. 9) w przypadku złożenia oferty równoważnej dla części 4 próbek oferowanych aplikatorów jednorazowych śródtkankowych w ilości 2 sztuk . 10) w przypadku złożenia oferty równoważnej dla części 1 oświadczenia ,że oferowane maski termoplastyczne są zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego stabilizatorami. Do oświadczenia wymagane jest dołączenie materiałów informacyjnych potwierdzających pełną</p>

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>kompatybilność oferowanych masek z posiadanymi przez zamawiającego stabilizatorami .</p> <p>11) w przypadku złożenia oferty równoważnej dla części 4 oświadczenia ,że oferowane aplikatory jednorazowe śródkankowe są zgodne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Micro Selectron HDR . Do oświadczenia wymagane jest dołączenie materiałów informacyjnych potwierdzających pełną kompatybilność oferowanych aplikatorów jednorazowych śródkankowych z posiadanym przez zamawiającego aparatem Micro Selectron HDR .</p> <p>11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:</p> <p>1) Wypełniony druk OFERTA Załącznik Nr 2 do SIWZ.</p> <p>2). Wypełnione tabele asortymentowo - cenowe załącznik Nr 1 dla części od 1 do 4 .</p> <p>3) Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii).</p> <p>4) Dowód wpłaty wadium.</p>
SEKCJA III.2.1)	<p>III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego i handlowego</p> <p>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów :</p> <p>1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :</p> <p>2) posiadania wiedzy i doświadczenia:</p> <p>Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat</p>	<p>III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego i handlowego</p> <p>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów :</p> <p>1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :</p> <p>2) posiadania wiedzy i doświadczenia:</p> <p>Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat</p>

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródtkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w ramach jednej umowy o wartości zależnej od tego, do której Części Wykonawca składał ofertę. Jedna zrealizowana umowa na dostawę może potwierdzić zdobyte doświadczenie dla jednej lub więcej oferowanych Części, pod warunkiem, że wartość wykonanej umowy odpowiadać będzie, co najmniej wartości wskazanych – oferowanych Części. Proszę podać numer tych Części. Dla poszczególnych Części wymagana wartość brutto przedmiotów zamówienia w ramach jednej umowy winna wynosić: część 1 - 190.000,00 zł ; część 2 - 22.000,00 zł ; część 3 - 24.000,00 zł ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od tego, do których Części Wykonawca składa ofertę. Wymagane kwoty brutto w poszczególnych Częściach przedstawiają się następująco: część 1 - 190.000,00 zł ; część 2 - 22.000,00 zł ; część 3 - 24.000,00 zł ;</p>	<p>przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w ramach jednej umowy o wartości zależnej od tego, do której Części Wykonawca składał ofertę. Jedna zrealizowana umowa na dostawę może potwierdzić zdobyte doświadczenie dla jednej lub więcej oferowanych Części, pod warunkiem, że wartość wykonanej umowy odpowiadać będzie, co najmniej wartości wskazanych – oferowanych Części. Proszę podać numer tych Części. Dla poszczególnych Części wymagana wartość brutto przedmiotów zamówienia w ramach jednej umowy winna wynosić: część 1 - 175.000,00 zł ; część 2 - 22.000,00 zł ; część 3 - 24.000,00 zł ; część 4 – 15.000,00 zł 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od tego, do których Części Wykonawca składa ofertę. Wymagane kwoty brutto w poszczególnych Częściach przedstawiają się następująco: część 1 - 175.000,00 zł ; część 2 - 22.000,00 zł ; część 3 - 24.000,00 zł ; część 4 – 15.000,00 zł</p>

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów Sinmed ; aplikatory jednorazowe śródkankowe do aparatu micro Selectron HDR pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów	29/11/2011	10:00	19/12/2011	10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :				
IV.3.8.) Warunki otwarcia ofert	29/11/2011	10:15	19/12/2011	10:15

**Maski stabilizujące do bezpiecznego leczenia promieniami do stabilizatorów
Sinmed ;aplikatory jednorazowe śródtkankowe do aparatu micro Selectron HDR
pracującego w Pracowni Brachyterapii oraz środki myjące i dezynfekujące
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Państwo: Tel.:

Punkt kontaktowy:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Zamawiający tworzy nową część Nr 4

CZĘŚĆ 4 NAZWA Załącznik Nr 1 część 4

) KRÓTKI OPIS : aplikatory jednorazowe śródtkankowe do aparatu micro Selectron

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) : 33.15.14.00

3) WIELKOŚĆ I ZAKRES : powyżej 193000 EURO

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I / LUB CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA okres w miesiącach : 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

25/11/2011 (dd/mm/rrrr)