

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATU EKG (2szt)
DLA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ**

I MYJNI DEZYNFEKTORA (1szt) DLA ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ.

Znak sprawy: DAZ.26.032.2015

L.dz. 1078 /15

WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Załącznika nr 5b do SIWZ – myjnia dezynfektor – Część 2 - (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH)

Pytanie 1

Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 niezależne od siebie czujniki, które nie są umieszczone na spodzie komory? Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Wymóg by znajdowały się one na spodzie komory jednoznacznie wskazuje na konstrukcję jednego z producentów myjni, co naraża Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

Pytanie 2

Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 14 dysz myjących, w tym 7 dysz obrotowych, 4 dysze stałe, 2 centralne dysze rotacyjne oraz ramię natryskowe do splukiwania powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów, a nie wyposażone w osobną dyszę do dystrybucji pary? Opisane w SIWZ rozwiązanie nie do końca spełnia wymagania normy PN-EN ISO 15883, ponieważ w przypadku gdy para dystrybuowana jest poprzez osobną, dedykowaną dyszę, nie następuje dezynfekcja dysz myjących co może spowodować namnażanie się patogenów.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 3

Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia wyposażone w pompę obiegową o mocy 730W i wydajności 250l/min? Moc i wydajność pompy dobierana jest indywidualnie przez producenta urządzenia w zależności od konstrukcji komory mycia tak, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 4

Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach: głębokość 475 mm, szerokość 545 mm, wysokość 1.630 mm, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

Pytanie 5

Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o max. natężeniu wytwarzanego hałasu na poziomie 51dB? Myjnie dezynfektory są zazwyczaj montowane w osobnych pomieszczeniach, brudownikach, więc minimalna różnica w głośności na poziomie 1dB nie będzie odczuwalna ani przez personel Zamawiającego ani przez Pacjentów.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 6

Ad. 25 - Ponieważ norma PN-EN 15883-1 dopuszcza dwa typy suszenia – konwekcyjne (termiczne) oraz nawiewowe (mechaniczne) i są one traktowane równoważnie, prosimy o dopuszczenie do oceny urządzeń wyposażonych w konwekcyjny system suszenia mytych naczyń. Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest równoważne z zapisami SIWZ, a jednocześnie tańsze zarówno w zakupie, jak i późniejszej eksploatacji

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

Dotyczy Załącznika nr 5a do SIWZ Część 1 – aparat EKG

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym 2 x port USB i BLUETOOTH?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy Załącznika NR 5A do SIWZ – aparat ekg – Część 1- (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH)

Zamawiający informuje, że zmienia treść odpowiedzi dotyczących pytania 3 i 6, udzielonych w WYJAŚNIENIACH nr 1 TREŚCI SIWZ, pismo L.dz.1051/15 z dnia 21.04.2015 r.,:

Pytanie 3

Pkt. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu EKG z wydrukiem w trybie 3, 6 lub 12 kanałów z rejestracją termiczną na papierze o szerokości 110 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 6

Pkt. 21. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu EKG z wyposażeniem w gniazdo Ethernet, interfejs USB 2 porty oraz gniazdo karty SD? Proponowane rozwiązanie odpowiada wymaganiom Zamawiającego co do równoczesnej komunikacji z PC, drukarka zewnętrzna oraz pamięcią zewnętrzną typu karta SD lub Pen-Drive?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 06.05.2015 r. termin składania ofert.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska - Pankiewicz

.....

podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej