

Częstochowa, dn. 06.06.2011r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa  
Tel/fax 34/367-36-74

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/025/1499/11

**Wykonawcy  
ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego **na wykonywanie usługi:**

OBSŁUGA SERWISOWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W  
ZAKŁADZIE RADIOTERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.NMP,  
WYMIENIONEGO PONIŻEJ :

- 1)PRZYSPIESZACZ WYSOKOENERGETYCZNY ELEKTA nr ser. 151784
- 2)SYSTEM ARCHIWIZACJI DICOM nr ser. 004
- 3)AUTOMATYCZNA WYCINARKA nr ser. CBC124ALI067X5627
- 4)APARATURA DOZYMETRYCZNA:
  - 4.1.analizator pola Blue Phantom nr ser. 20013632/513 ,
  - 4.2.detektor DOSE1 nr ser. 05-10090 ,
  - 4.3.fantom wodny WP1D nr ser. 9143 ,
  - 4.4.system kontroli codziennej QA Beam Checker nr ser. Z092516
- 5)SYMULATOR TERAPEUTYCZNY NUCLETRON nr ser. M05198995
- 6)SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA PLATO,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Pytanie 1

W związku z brakiem jednolitości w zapisach SIWZ, powstałym w trakcie procedury pytań-odpowiedzi, prosimy o podanie jednoznacznego brzmienia zapisów SIWZ po zmianach.

Pytanie 2

W związku z brakiem jednolitości w zapisach SIWZ, powstałym w trakcie procedury pytań-odpowiedzi, prosimy o potwierdzenie ostatecznego brzmienia:

SIWZ Zał.8, par.2 pkt.5(Projekt Umowy)

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Minimalnego Czasu Użytkowania urządzeń określonych w załączniku numer 7, pkt.1 i pkt.5, liczonego odrębnie dla każdego z urządzeń.”

**Odpowiedź ad.1 i ad.2 : Zamawiający uwzględnił wnioski o zmianę treści paragrafu 2 pkt. 5 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i ustala następujące jego brzmienie:**

**„ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia maksymalnego czasu wyłączenia z użytkowania przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy o :**

- a) 12 dni roboczych dla urządzenia wskazanego w załączniku nr 7 pkt.1 do SIWZ,
- b) 12 dni roboczych dla urządzenia wskazanego w załączniku nr 7 pkt.5 do SIWZ,
- c) po 14 dni roboczych dla pozostałych urządzeń wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ .

**Wskazane terminy nie obejmują przeglądów konserwacyjnych. ”**

W związku z powyższym modyfikujemy definicję Minimalnego Czasu Użytkowania , która otrzymuje brzmienie:

**„ Minimalny Czas Użytkowania oznacza Czas Użytkowania pomniejszony o dni robocze, w których usuwane są awarie lub wykonywane przeglądy konserwacyjne, w okresie obowiązywania umowy”.**

#### ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy Białskiej 104/118 w związku z koniecznością dokonania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie złożonych w przedmiotowym postępowaniu zapytań, **informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.**

**Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 29 czerwca 2011 r. na godz. 10:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15. w pokoju 310A , w Dziale Zamówień Publicznych.

Miejsce składania ofert określone w § 12 SIWZ, pozostaje bez zmian.

**Zatwierdził :**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Grzegorz Kupczak**