

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 29-09-2015r.

Znak sprawy: DAZ.26.088.2015

L.dz. 3268/15

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych do badań histochemicznych oraz utrwalacza cytologicznego dla Zakładu Anatomii Patologicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie Nr 1:

Czy zamawiający w części nr 1 pozycja nr 1 dopuści zaoferowanie parafiny histologicznej w formie łusek, temperatura topnienia produktu bez zmian, zgodna ze SIWZ. Forma łusek gwarantuje lepsze parametry produktu przez cały okres jego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parafinę do histopatologii w formie łusek o temperaturze topnienia 56°C - 58°C.

W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego niniejszymi wyjaśnieniami, Wykonawca winien to zaznaczyć w swojej ofercie tj. w formularzu asortymentowo-cenowym dla części Nr 1 „kolumna 2, pozycja 1” oraz potwierdzić w dokumentach wymaganych w §6 ust. 11 pkt. 1) SIWZ i Załączniku Nr 2 do SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **06.10.2015r.** termin składania ofert.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniosek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz
podpis

kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej