

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 30-01-2014r.

**Oznaczenie sprawy:**  
**W.Sz.S./DAZ/2411/P-8/002/283/14**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji oraz środków myjąco-dezynfekujących.

**SPROSTOWANIE  
DO  
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie informuje, że w piśmie Nr W.Sz.S./DAZ/2411/P-8/002/267/14 z dnia 29.01.2014r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) zaistniała omyłka pisarska polegająca na:

Jest:

Pytanie 4: Pakiet 7 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści o ph 2 +/-0,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Powinno być:**

**Pytanie 4:** Pakiet 7 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści o ph 2 +/-0,5?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza preparat o ph 2 +/-0,5.

Za zaistniałą omyłkę pisarską przepraszamy.

Zatwierdził:

**Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

**Sylwia Kudala**