



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 25.10.2013r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ
W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/074/2877/13

WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 907, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:
„dopuszcza się zmianę stawki VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, przy zachowaniu niezmienności cen Netto”

W związku z planowaną drastyczną podwyżką stawki podatku VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%, prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy rozwiązania, zgodnie z którym cena brutto asortymentu objętego niniejszym postępowaniem będzie automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych regulacji waloryzowana o odpowiedni % wynikający ze zmiany stawek podatkowych? Zgoda Zamawiającego w tym zakresie pozwoli uniknąć niepowetowanych strat i rażącego pokrzywdzenia wykonawcy oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla trwałości stosunku zobowiązaniowego, który zostanie nawiązany w wyniku niniejszego postępowania. Ponadto Zamawiający nie będzie wówczas narażony na ryzyko związanego z sądowym miarkowaniem wynagrodzenia planowanego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis §7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy o brzmieniu: „dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 2 – dotyczy §7 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 1 pkt. 2 Umowy poprzez umieszczenie zapisu:

„W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art., 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian - oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis §7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy o brzmieniu: „dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 3 – dotyczy §8 ust. 1 pkt. 1,2 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów §8 ust. 1 pkt 1, 2 obniży wysokość limitu kar umownych z 20 na 10%?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 4 – dotyczy §13 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o usunięcie zapisu w par 13 ust 2:

„ Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5 – dotyczy części 33, Załącznik Nr 3, strona 68 SIWZ

Z uwagi na fakt, że producent części zamiennych do aparatów ujętych w części 33 postępowania, w przypadku niektórych z wymienionych aparatów, nie gwarantuje dostępności części zamiennych, prosimy, tytułem doprecyzowania, o zmianę Załącznika Nr 3, strona 68 SIWZ (u dołu) w poniższym zakresie:

„W przypadku konieczności wymiany elementów, których to potrzeba została stwierdzona po wykonaniu przeglądu, zostanie przedstawiona oferta cenowa do akceptacji lub informacja o braku dostępności części zamiennych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia zapis Załącznika Nr 3 do SIWZ

o treści: „W przypadku konieczności wymiany elementów, których to potrzeba została stwierdzona po wykonaniu przeglądu, zostanie przedstawiona oferta cenowa do akceptacji”. Zapis ten otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku konieczności wymiany elementów, których to potrzeba została stwierdzona po wykonaniu przeglądu, zostanie przedstawiona oferta cenowa do akceptacji lub informacja o braku dostępności części zamiennych.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczy Załącznika Nr 7

Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 26 ust. 2 d PZP uprzejmie zwracamy uwagę, że wymagane jest złożenie listy podmiotów należących do grupy kapitałowej bez potrzeby uszczegółowienia tej listy adresami. Zwracamy uwagę, że w przypadków globalnych koncernów ten dodatkowy dopisany przez Państwa obowiązek powoduje znaczne utrudnienia, a dla Państwa znajomość tysięcy adresów de facto nic nie wnosi do sprawy. Z uwagi na powyższe proszę o usunięcie tego wymogu i pozostawienie tylko nazw tych podmiotów

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 1, punkt 5.

Prosimy o doprecyzowanie, że w trakcie przeglądu wymieniane będą części zużywalne wskazane przez producenta, jako podlegające standardowo wymianie w czasie przeglądu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany §3 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy i wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„wykonania czynności konserwacyjnych takich jak: oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła czy oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych, wymiana części zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, kable itp.) - zgodnie z zaleceniami producenta”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 8 – dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 1, punkt 6

Prosimy o usunięcie zapisu, jako niemożliwego do spełnienia – w przypadku dużych, zaawansowanych technologicznie aparatów, które składają się z wielu części nie jest możliwa ocena stopnia zużycia każdej z nich z osobna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp 6

Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:

„W przypadku wyłączenia aparatu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „aparat niesprawny - nie używać” lub „aparat przeznaczony do naprawy - nie używać” oraz odłączyć zasilanie.”

Zwracamy uwagę, że wykonawca nie ma możliwości uniemożliwić włączenia aparatu, jedyne, co może zrobić to odłączyć zasilanie.

Odpowiedź:**Zamawiający dokonuje zmiany §3 ust. 6 wzoru umowy i wprowadza nowy zapis o następującej treści:**

„W przypadku wyłączenia aparatu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „aparat niesprawny - nie używać” lub „aparat przeznaczony do naprawy - nie używać” oraz odłączyć zasilanie.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 10 – dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp 12

Prosimy o zmianę brzmienia w poniższym zakresie:

„Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności wymiany elementów, nie wymienianych w trakcie przeglądu, np. uszkodzonych, stwierdzone przy wykonaniu przeglądu, będą uzgadniane z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, określoną w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wraz z przedstawieniem przewidywanych kosztów tej wymiany lub przedstawieniem informacji o braku dostępności części zamiennych u producenta. Wykonanie ich nastąpi po uprzedniej akceptacji oferty przez Zamawiającego.”
Uzasadnienie jak w pytaniu nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, dokonuje zmiany §3 ust. 12 wzoru umowy i wprowadza następujący zapis: „Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności wymiany elementów, nie wymienianych w trakcie przeglądu, np. uszkodzonych, stwierdzone przy wykonaniu przeglądu, będą uzgadniane z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, określoną w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wraz z przedstawieniem przewidywanych kosztów tej wymiany lub przedstawieniem informacji o braku dostępności części zamiennych u producenta. Wykonanie ich nastąpi po uprzedniej akceptacji oferty przez Zamawiającego.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 11 – dotyczy wzoru umowy, § 5 – dotyczy części 33

Z uwagi na fakt, że producent aparatów ujętych w części nr 33 postępowania nie udziela gwarancji na części zużywalne wymieniane w czasie przeglądu prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 5

Prosimy, tytułem doprecyzowania, o zmianę brzmienia w poniższym zakresie

“Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, protokół po przeglądzie/ raport serwisowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia zapis §6 ust. 5 wzoru umowy. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: „Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, protokół po przeglądzie/ raport serwisowy.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 13 – dotyczy wzoru umowy, § 7 ustęp 1, punkt 2

Prosimy o zmianę ceny z „brutto” na „netto” - zapis w pierwotnym brzmieniu skutkuje tym, że Wykonawca musi niesłusznie przyjąć obciążenia wynikające z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej przez ustawodawcę, na siebie. W praktyce taka sytuacja powoduje obowiązkowe obniżenie ceny za wykonywane usługi, które nie było kalkulowane w ryzykach.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis §7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy o brzmieniu: „dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 14 – dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 1, punkt 3

Czy zamawiający przez ten zapis rozumie sytuację, w której wszystkie urządzenia objęte umową zostały usunięte z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu obowiązywania umowy nie tylko w sytuacji wycofania wszystkich urządzeń z użytkowania. Możliwe, bowiem są także takie sytuacje losowe jak kradzież, dewastacja, które uczynią realizację umowy bezprzedmiotową.

Pytanie 15 – dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 1, punkt 4

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe oznacza ograniczenie zamówienia w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakończeniu eksploatacji urządzenia objętego umową.”

Odpowiedź:

Podobnie jak w odpowiedzi na pytanie 14, z tym zastrzeżeniem, że wymienione w niej okoliczności dotyczyć będą tylko niektórych urządzeń objętych umową.

Pytanie 16 – dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 1 punkt 2

Prosimy o usunięcie.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Niezrealizowanie usługi zgodnie z zamówieniem nie stanowi zindywidualizowanej postaci nienależytego wykonania zamówienia i nie może stanowić podstawy wymierzenia kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 17 – dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 3

Prosimy o zmianę brzmienia w poniższym zakresie:

„ W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 18 – dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 4

Prosimy o usunięcie. Zwracamy uwagę, że sam Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia umowy i czasowego i przedmiotowego (§ 7 1. Pkt – 3-4) i w takich sytuacjach Wykonawcy nie przysługiwałaby przewidziane prawem roszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 19 – dotyczy wzoru umowy, § 12, ustęp 1

Prosimy o zmianę słowa „gwarantuje” na „zobowiązuje się” (w miejscu gdzie występuje).

Mając na uwadze podstawę odpowiedzialności wykonawcy – odpowiedzialność na zasadzie winy, uprzejmie prosimy o usunięcie słów „gwarantuje” charakterystycznych dla odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, która w tym przypadku nie znajduje zastosowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 20 – dotyczy wzoru umowy, § 1 ustęp 3

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie „wszystkie informacje” lub o usunięcie z umowy jako zbyt ogólnego pojęcia, którego nie da się zdefiniować

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i usuwa zapis §1 ust. 3 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 21– dotyczy wzoru umowy, § 6 punktu 7

Zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie z w/w/ punktu od zapisu:

„*W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 22– dotyczy wzoru umowy, § 7 pkt. 2

W nawiązaniu do w/w punktu, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający, miał na myśli poniższy zapis:

„*dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen netto*”

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis §7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy o brzmieniu: „*dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy.*”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Pytanie 23– dotyczy wzoru umowy, § 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skrócenie gwarancji na części zużywalne do **3 miesięcy**., ponieważ tyle wynosi gwarancja producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 24– dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do umowy następującego zapisu:

„w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością za fakturę powyżej 60 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymać świadczenie usług do momentu uregulowania zaległości przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 08.11.2013 r. termin składania ofert.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

JAROSŁAW MADOWICZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nr Inwentarzowy	Nazwa aparatury	Model / Typ	Użytkownik/Oddział	Uwagi
APARATY DO ZNIECZULANIA					
Aparaty do znieczulania Drager (Część 1)					
1.	011/802/02472	Aparat do znieczulania	Julian	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
2.	011/802/01961	Aparat do znieczulania	Titus	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
3.	011/802/02736	Aparat do znieczulania	Primus	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
4.	011/802/02737	Aparat do znieczulania	Primus	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
5.	011/802/02738	Aparat do znieczulania	Primus	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
Aparaty do znieczulania OHMEDA (Część 2)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi do respiratorów - nie należy ich dołączać do oferty					
1.	011/802/02464	Aparat do znieczulania Z przeglądem modułu gazowego w kardiomonitorze	Aspire	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
2.	011/802/02463	Aparat do znieczulania Z przeglądem modułu gazowego w kardiomonitorze	Aspire	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
3.	011/802/02461	Aparat do znieczulania Z przeglądem modułu gazowego w kardiomonitorze	Aspire	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
4.	011/802/02462	Aparat do znieczulania Z przeglądem modułu gazowego w kardiomonitorze	Aspire	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
5.	011/802/01744	Aparat do znieczulania Z przeglądem modułu gazowego w kardiomonitorze	Aspire	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
6.	011/802/01696	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
7.	011/802/00596	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
8.	011/802/00636	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
9.	011/802/00676	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
10.	011/802/00677	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
11.	011/802/00678	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
12.	011/802/00674	Aparat do znieczulania	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
13.	011/802/00675	Aparat do	Excel 210	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	

		znieczulania			
RESPIRATORY					
Respiratory NPB (Część 3)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi do respiratorów - nie należy ich dołączać do oferty					
1.	011/802/01389	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
2.	011/802/01388	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
3.	011/802/01387	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
4.	011/802/01385	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
5.	011/802/01379	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
6.	011/802/01378	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
7.	011/802/00657	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
8.	011/802/00078	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
9.	011/802/00077	Respirator	NPB 7200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
10.	011/802/01386	Respirator	NPB 740	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
11.	011/802/01380	Respirator	NPB 740	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
12.	011/802/01381	Respirator	NPB 740	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
13.	011/802/01377	Respirator	NPB 740	Neurochirurgia (ul. Bialska)	
14.	011/802/02325	Respirator	NPB 840	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
15.	011/802/02326	Respirator	NPB 840	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
16.	011/802/02327	Respirator	NPB 840	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
17.	011/802/02328	Respirator	NPB 840	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
18.	011/802/02324	Respirator	NPB 760	Neurologia (ul. PCK)	
19.	011/802/02323	Respirator	Companion	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
Respiratory MAQUET (Część 4)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi dla tego modelu respiratora - nie należy ich dołączać do oferty					
1.	011/802/02089	Respirator	SERVO i	Neurologia (ul. Bialska)	
2.	011/802/02090	Respirator	SERVO i	Neurologia (ul. Bialska)	
3.	011/802/01950	Respirator	SERVO i	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
4.	011/802/01951	Respirator	SERVO i	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
5.	011/802/02091	Respirator	SERVO i	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
6.	011/802/00652	Respirator	SERVO 900 C	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
7.	011/802/00651	Respirator	SERVO 900 C	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
8.	011/802/00650	Respirator	SERVO 900 C	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
9.	011/802/00614	Respirator	SERVO 900 C	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
10.	011/802/00613	Respirator	SERVO 900 C	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
Respiratory STEPHAN (Część 5)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi - nie należy ich dołączać do oferty					
1.	011/802/01029	Respirator	ABV Intensiv	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
2.	011/802/01024	Respirator	ABV Intensiv	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
3.	011/802/01022	Respirator	ABV Intensiv	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
4.	011/802/01030	Respirator	HF 150	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
5.	011/802/01031	Respirator	HF 150	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
6.	011/802/01140	Respirator	HF 300	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	

7.	011/802/01139	Respirator	HF 300	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
8.	011/802/01138	Respirator	HF 300	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
9.	011/802/01137	Respirator	STEPHANIA	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
Respiratory WEINMANN (Część 6)					
1.	011/802/01702	Respirator	MEDUMAT	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
2.	011/802/00742	Respirator	MEDUMAT	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
3.	011/802/01745	Respirator	MEDUMAT	SOR (ul. Bialska)	
4.	011/802/01703	Respirator	MEDUMAT	SOR (ul. Bialska)	
Respiratory AVIAN i nCPAP/SIPAP Infant Flow (Część 7)					
1	011/802/01384	Respirator	Avian	SOR (ul. Bialska)	
2	011/802/01383	Respirator	Avian	Izba Przyjęć (ul. PCK)	
3	011/802/02988	Respirator	CPAP SiPAP	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
4	011/802/02013	Respirator	INFANT FLOW SiPAP	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
5	011/802/02989	Respirator	CPAP SiPAP	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
6	011/802/01772	Respirator	INFANT FLOW ADVANCE	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
Respiratory DRAGER (Część 8)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi (nie należy ich dołączać do oferty)					
1	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
2	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
3	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
4	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
5	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
6	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
7	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
8	U.M. – użyczony	Respirator	Babylog 8000SC	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
9	011/802/00563	Respirator	Babylog 8000SC	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
10	011/802/00729	Respirator	Babylog 8000SC	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
11	011/802/00728	Respirator	Babylog 8000SC	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
12	011/802/01916	Respirator	Evita	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
13	011/802/01917	Respirator	Evita	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
14	011/802/02080	Respirator	Evita	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
15	011/802/02081	Respirator	Evita	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
16	011/802/01918	Respirator	Evita	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
17	011/802/02079	Respirator	Carina	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
Respirator PNEUPAC (Część 9)					

1	011/802/01955	Respirator	babyPAC 100	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
Aparat do leczenia tlenkiem azotu (Część 10)					
1.	U.M. – użyczony	Aparat do leczenia tlenkiem azotu	PRINTERNOX SensorMedics	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
Respirator Trylogy Philips (Część 11)					
1.	011/802/02927	Respirator	Trylogy	ZOL	
2.	011/802/02928	Respirator	Trylogy	ZOL	
3.	011/802/02929	Respirator	Trylogy	ZOL	
4.	011/802/02930	Respirator	Trylogy	ZOL	
5.	011/802/02931	Respirator	Trylogy	ZOL	
6.	011/802/02932	Respirator	Trylogy	ZOL	
7.	011/802/02933	Respirator	Trylogy	ZOL	
8.	011/802/02934	Respirator	Trylogy	ZOL	
9.	011/802/02935	Respirator	Trylogy	ZOL	
10.	011/802/02936	Respirator	Trylogy	ZOL	
11.	011/802/02937	Respirator	Trylogy	ZOL	
DEFIBRYLATORY					
Defibrylatory S&W (Część 12)					
1.	011/802/02836	Defibrylator	Mindray BeneHeart	Nefrologia (ul. Bialska)	
2.	011/802/02902	Defibrylator	CU-MEDICAL CU-ER5	ZOL	
Defibrylatory Aspel (Część 13)					
1.	011/802/01808	Defibrylator	Defi-B	Pododdział Chemioterapii Diennej	
2.	011/802/02523	Defibrylator	Defi-B	Oddział Wewnętrzny (PCK 1)	
Defibrylatory MEDTRONIC (Część 14)					
1.	011/802/00707	Defibrylator	Lifepak 10 P	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
2.	011/802/00711	Defibrylator	Lifepak 12	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
3.	011/802/01712	Defibrylator	Lifepak 12	SOR (ul. Bialska)	
4.	011/802/01713	Defibrylator	Lifepak 12	SOR (ul. Bialska)	
5.	011/802/01902	Defibrylator	Lifepak 20	SOR (ul. Bialska)	
6.	011/802/01943	Defibrylator	Lifepak 20	ZDO, Pracownia Badań Naczyniowych (ul. Bialska)	
7.	011/802/02015	Defibrylator	Lifepak 20	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. Bialska)	
8.	011/802/02533	Defibrylator	Lifepak 500	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
9.	011/802/02534	Defibrylator	Lifepak 500	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
10.	011/802/02530	Defibrylator	Lifepak 9B	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
11.	011/802/01665	Defibrylator	Lifepak 9B	Chirurgia i Traumatologia Dziecięca (ul. Bialska)	
12.	011/802/01663	Defibrylator	Lifepak 9B	Neurochirurgia (Bialska)	
13.	011/802/01666	Defibrylator	Lifepak 9B	Okulistyka (Bialska)	
14.	011/802/01661	Defibrylator	Lifepak 9B	Chirurgia Ogólna i Naczyń (ul. Bialska)	
15.	011/802/01667	Defibrylator	Lifepak 9B	Rehabilitacja (Ul. Bialska)	
16.	011/802/01664	Defibrylator	Lifepak 9B	Reumatologia (ul. PCK)	
Defibrylatory Reanibex (Część 15)					
1.	011/802/02527	Defibrylator	Reanibex 700	Wewnętrzny (PCK)	

2.	011/802/02525	Defibrylator	Reanibex 700	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
3.	011/802/02526	Defibrylator	Reanibex 200	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
4.	011/802/02524	Defibrylator	Reanibex 200	Psychiatryczny (PCK)	
5.	011/802/02528	Defibrylator	Reanibex 700	Izba Przyjęć (ul. PCK)	
Defibrylatory ZOLL (Część 16)					
1.	011/802/02535	Defibrylator	M-Series	Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK)	
INKUBATORY					
Inkubatory OHMEDA (Część 17)					
Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi - nie należy ich dołączać do oferty					
1.	011/802/01998	Inkubator	Giraffe	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
2.	011/802/01999	Inkubator	Giraffe	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
3.	011/802/01903	Inkubator	Giraffe	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
4.	011/802/01879	Inkubator	Giraffe	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
5.	011/802/01880	Inkubator	Giraffe	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
6.	011/802/01181	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
7.	011/802/01179	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
8.	011/802/01181	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
9.	011/802/01178	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
10.	011/802/01177	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
11.	011/802/01176	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
12.	011/802/01175	Inkubator	4400	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
13.	011/802/01183	Inkubator	4400	Chirurgia i Traumatologia Dziecięca (ul. Bialska)	
14.	011/802/01184	Inkubator	4400	Chirurgia i Traumatologia Dziecięca (ul. Bialska)	
15.	011/802/01182	Inkubator	4400	Pediatrici (ul. Bialska)	
16.	011/802/01033	Inkubator	4400	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
17.	011/802/01034	Inkubator	4400	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
18.	011/802/01035	Inkubator	4400	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
19.	011/802/01037	Inkubator	4400	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
20.	011/802/01036	Inkubator	4400	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
21.	011/802/01726	Inkubator	4400	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
22.	011/802/02490	Inkubator	4400	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
23.	011/802/01163	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
24.	011/802/01164	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
25.	011/802/01165	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
26.	011/802/01170	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
27.	011/802/01174	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
28.	011/802/01172	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
29.	011/802/01171	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
30.	011/802/01173	Inkubator	Care Plus	Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
31.	011/802/01039	Inkubator	Care Plus	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
32.	011/802/01038	Inkubator	Care Plus	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
33.	011/802/01040	Inkubator	Care Plus	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	

34.	011/802/01046	Inkubator	Care Plus	Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska)	
35.	011/802/01166	Inkubator	Care Plus	Pediatrica (ul. Bialska)	
36.	011/802/01167	Inkubator	Care Plus	Pediatrica (ul. Bialska)	
37.	011/802/01042	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
38.	011/802/01043	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
39.	011/802/01045	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
40.	011/802/01169	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
41.	011/802/01168	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
42.	011/802/01146	Inkubator	Care Plus	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	

Inkubatory Drager (Część 18)

Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi - nie należy ich dołączać do oferty)

1.	WOŚP	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
2.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
3.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
4.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
5.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
6.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
7.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
8.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
9.	U.M. – użyczony	Inkubator	Caleo	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
10.	011/802/02494	Inkubator	Caleo	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
11.	011/802/02495	Inkubator	Caleo	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
12.	U.M. – użyczony	Inkubator	BABYTHERM 8004	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
13.	U.M. – użyczony	Inkubator	BABYTHERM 8004	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
14.	011/802/00786	Inkubator transportowy	5400	Karetki N	

Inkubatory S&W (Część 19)

Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi - nie należy ich dołączać do oferty)

1.	011/802/02488	Inkubator	Isolette C-2000	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
2.	011/802/02489	Inkubator	Isolette C-2000	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	

Inkubatory ATOM (Część 20)

1.	011/802/02491	Inkubator	2100G	Pediatrica (ul. PCK)	
2.	011/802/02493	Inkubator	2100G	Noworodki i Wcześnieiki (ul. Bialska)	
3.	011/802/01955	Inkubator transportowy	V-808	Karetki N (ul. Bialska)	

DIATERMIE CHIRURGICZNE

Diatermie Aesculap (Część 21)

1.	011/802/00191	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
2.	011/802/00192	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
3.	011/802/00485	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
4.	011/802/01332	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	

5.	011/802/01337	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
6.	011/802/01585	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
7.	011/802/01591	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
8.	011/802/00403	Diatermia	GN 350	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
9.	011/802/00487	Diatermia	GN 060	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
10.	011/802/00588	Diatermia	GN 060	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
11.	011/802/01332	Diatermia	GN 060	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
12.	011/802/00592	Diatermia	GN 060	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
13.	011/802/00403	Diatermia	GN 060	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
14.	011/802/00643	Diatermia	GN 300	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
15.	011/802/01334 011/802/00168 011/802/00169 011/802/00649	Motor/napęd elektryczny 5szt/	Elan	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
16.	011/802/	Sternotom /2 szt/	GA641, GA642	Blok Operacyjny (ul. Bialska)	
17.	011/802/	Insuflator/ 1szt/, Pompa ssąco płucząca 1 szt/	Aesculap	Blok Operacyjny (ul. PCK)	
Diatermie ValeyLab (Część 22)					
1.	011/802/02516	Diatermia	EZ 300	Blok Operacyjny (ul. PCK)	
2.	011/802/02517	Diatermia	EZ 300	Blok Operacyjny (ul. PCK)	
Diatermie Storz (Część 23)					
1.	011/802/02515	Diatermia	Autocom	Blok Operacyjny (ul. PCK)	
KOMORY LAMINARNE (Część 24)					
1.	011/802/01883	Komora Laminarna	Safemate 1,2	Oddział Onkologii (ul. Bialska)	
2.	011/802/01858	Komora Laminarna	AC2-4S1	Pododdział Chemioterapii Diennej (ul. Bialska)	
3.	011/802/02289	Komora Laminarna	MARS 1200	Poradnia Prątka Gruźlicy (ul. PCK)	
4.	011/802/00144	Komora laminarna	KL-21	Apteka	
5.	011/802/02828	Dygestorium do cytostatyków z wyciągiem	WSC-2	Oddział Reumatologii (PCK)	
KOMORY LAMINARNE (Część 25)					
1.	011/802/02009	Komora Laminarna	MSC - Advantage	Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska)	
2.	011/802/01099	Komora Laminarna	MSC 12	Zakład Mikrobiologii Klinicznej (ul. Bialska)	
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNE (Część 26)					
1.	011/802/01956 Na wyposażeniu Rezonansu pracowni MR	Strzykawka Automatyczna	Optistar LE	Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia MR (ul. Bialska)	
2.	011/802/01946 Na wyposażeniu Tomografu pracowni TK	Strzykawka Automatyczna	Optivantage DH	Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK (u. Bialska)	
3.	011/802/01884	Strzykawka Automatyczna	Optivantage	Zakład Radioterapii (ul. Bialska)	
4.	011/802/01943 Na wyposażeniu Aparatu RTG	Strzykawka Automatyczna	Angiomat Ilumena	Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Badań Naczyniowych (u. Bialska)	

	Artis Zee Z.D.O.				
5.	011/802/01777 Na wyposażeniu aparatu RTG Allura 9C Hemodynamika	Strzykawka Automatyczna	Angiomat Ilumena	Pracownia Hemodynamiki (ul. Bialska)	
<u>Pompa do kontrapulsacji (Część 27)</u>					
1.	011/802/01775	Pompa do kontrapulsacji	IABP CS 100	Pracownia Hemodynamiki (ul. Bialska)	
<u>AUTOKLAWY</u>					
<u>Autoklaw SMS (Część 28)</u>					
Dysponujemy własnymi uszczelkami, filtrami, smarami					
1.	011/802/02361	Autoklaw	SMS 666	Centralna Sterylizatornia (PCK)	
2.	011/802/02363	Autoklaw	SMS 666	Centralna Sterylizatornia (PCK)	
<u>Autoklaw Getinge (Część 29)</u>					
1.	011/802/01532	Autoklaw parowy	Getinge	Centralna Sterylizatornia (Bialska)	
<u>Autoklaw BMT (Część 30)</u>					
1.	011/802/01923	Autoklaw parowy	BMT Sterivap	Centralna Sterylizatornia (Bialska)	
<u>Autoklaw MMM (Część 31)</u>					
1.	011/659/00046	Autoklaw parowy	MMM Securex	Centralna Sterylizatornia (Bialska)	
2.	011/659/00046	Autoklaw parowy	MMM Securex	Centralna Sterylizatornia (Bialska)	
<u>Autoklaw J&J (Część 32)</u>					
1.	011/802/02362	Autoklaw plazmowy	Sterrad	Centralna Sterylizatornia (Bialska)	
2.	011/802/01865	Bipolarny system elektrochirurgiczny	Versapoint	Trakt Operacyjny (bialska)	
<u>APARATY RTG SIEMENS (Część 33)</u>					
1.	011/802/01931	Aparat RTG cyfrowy kostno – płucny	Axiom Aristos/ Siemens	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
2.	011/802/02794	Aparat RTG analogowy kostno – płucny	Multix TOP/ Siemens	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
3.	011/802/01943	Aparat cyfrowy RTG naczyniowy	Artis Zee	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
4.	011/802/01844	Tomograf Komputerowy	Somatom Sensation Open	Zakład Radioterapii (Bialska)	
5.	011/802/01946	Tomograf Komputerowy	Somatom Sensation 40	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
6.	011/802/01709	Aparat RTG analogowy przyłóżkowy	Polymobil Plus/ Siemens	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
7.	011/802/01956	Rezonans Magnetyczny	Magnetom Avanto	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
8.	011/802/01630	Gamma Kamera	BasicCam	Pracownia Izotopowa (Bialska)	
9.	011/802/02373	Aparat RTG ramie C	Siremobil L	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
10.	011/802/02375	Aparat RTG analogowy	Polymobil Plus/ Siemens	Neurologia (PCK)	

		przyłóżkowy			
APARATY RTG Philips (Część 34)					
1.	011/802/01777	Aparat RTG Naczyniowy	Allura	Pracownia Hemodynamiki (Bialska)	
2.	011/802/01932	Aparat RTG ramię C	Pulsara	Pracownia Hemodynamiki (Bialska)	
APARATY RTG ZIEHM (Część 35)					
1.	011/802/01919	Aparat RTG ramię C	Ziehm 8000	Zakład Radioterapii (Bialska)	
2.	011/802/01941	Aparat RTG ramię C	Ziehm 8000	Blok Operacyjny (Bialska)	
APARATY RTG APELEM (Część 36)					
1.	011/802/02372	Aparat RTG analogowy Telekomando	Baccara	Zakład Diagnostyki Obrazowej (PCK)	
2.	011/802/01343	Aparat RTG analogowy przyłóżkowy	Saxo	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
APARATY RTG Mammograficzne LORAD (Część 37)					
1.	011/802/02109	Mammograf	Lorad Selenia	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
2.	011/802/02374	Mammograf	Lorad M IV	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
3.	011/802/02815	Densytometr	Discovery	Poradnia Reumatologiczna (PCK)	
APARATY RTG GE (Część 38)					
1.	011/802/01752	Aparat RTG ramię C	FlexiView 8800	Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska)	
APARATY RTG przyłóżkowy (Część 39)					
1.	011/802/02371	Aparat RTG analogowy przyłóżkowy	Movix 4	Noworodki i Wcześnieiak (Bialska)	
APARAT SHAVER ARTROSKOPOWY (Część 40)					
1.	011/802/02037 011/802/02021	Shaver artroskopowy z kamerą	Rema A500 Sopro S161D	Blok operacyjny ul. Bialska	
ZESTAWY LAPAROSKOPOWE/KRANIOTOMIJNY (Część 41)					
1.	011/802/02100	Zestaw laparoskopowy	Stryker	Blok operacyjny ul. Bialska	
2.	011/802/	Zestaw laparoskopowy	Stryker	Blok operacyjny ul. PCK	
3.	011/802/	Zestaw kraniotomijny	Stryker	Blok operacyjny ul. Bialska	
Aparat do koblacji (Część 42)					
1.	011/802/01928	Aparat do koblacji	Biomax	Blok operacyjny ul. Bialska	
Wymagania dotycząc przeglądów okresowych aparatury wyszczególnionej w tabeli powyżej					
Wykonanie przeglądów w terminie wygaśnięcia obecnie jeszcze obowiązujących , a jeżeli już wygasły w terminie ustalonym z Kierownikiem Sekcji Aparatury Medycznej i Użytkownikiem.					
Przeglądy wykonywane mają być bezpośrednio u Użytkownika, z wyjątkiem przeglądu defibrylatorów i diatermii, które mogą być wykonywane u Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu (w tym przypadku wymagane jest podstawienie aparatury zastępczej o takiej samej funkcjonalności na czas wykonywania przeglądu).					
Po zawarciu umowy na przeglądy Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów.					
Wykonanie przeglądów przez uprawnionych pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty.					
Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.					
Po wykonaniu przeglądu, zostanie wystawiony raport serwisowy oraz protokół z wynikami przeglądu (w przypadku przeglądu diatermii, defibrylatorów i komór laminarnych) oraz wynikami testów bezpieczeństwa elektrycznego. Zostanie umieszczony wpis w paszporcie					

technicznym urządzenia.

W przypadku konieczności wymiany elementów, których to potrzeba została stwierdzona po wykonaniu przeglądu, zostanie przedstawiona oferta cenowa do akceptacji lub informacja o braku dostępności części zamiennych.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

„Wzór”

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę:**

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ

w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1. **nie należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*
2. **należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp.	Nazwa podmiotu
1.	
2.	
3.	
...	

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

.....
miejsowość i data

.....
Pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

UMOWA Nr – wzór umowy

zawarta w dniu 2013 r. w, pomiędzy:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
który reprezentuje:

.....
a firmą:

REGON:, NIP:

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

którą reprezentuje:

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania **PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ**, znajdującej się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Wykaz aparatury medycznej podlegającej okresowym przeglądom oraz zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy - „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. od dnia zawarcia do dnia r.

§3

1. Usługa przeglądów okresowych aparatury medycznej winna obejmować wszystkie wymagania i czynności określone w dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi urządzenia i instrukcji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producentów aparatury i obowiązującymi przepisami prawa i normami z uwzględnieniem:

1) zebrania od obsługi Zamawiającego informacji dotyczących funkcjonowania aparatu,

2) sprawdzenie stanu technicznego,

3) sprawdzenia parametrów pracy wymaganych przez producenta przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów,

4) przeprowadzenia czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadku ich odchylenia od wartości wymaganych przez producenta,

5) wykonania czynności konserwacyjnych takich jak: oczyszczenie dróg chłodzenia

i odprowadzania ciepła czy oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych, wymiana części zużywalnych (t.j. filtry, uszczelki, kable itp.) - zgodnie z zaleceniami producenta”

6) określenie stopnia zużycia części,

7) sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego,

8) dokonania odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego (data przeglądu, ocena techniczna określająca czy aparat jest sprawny i nadający się do eksploatacji, oraz wykonanych czynności i wymienianych części, data następnego przeglądu, pieczętka i podpis Wykonawcy),

9) dokonania wszystkich innych czynności, których konieczność wykonania wynika z przepisów prawa, zaleceń producenta aparatury, z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy z ograniczeniem do czynności wskazanych w protokole przeglądowym.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:, nr telefonu

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:, nr telefonu

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sukcesywnie, w terminie wygaśnięcia obecnie jeszcze obowiązujących, a jeżeli już wygasły w terminie ustalonym z Kierownikiem Sekcji Aparatury

WZÓR UMOWY

Medycznej i Teletechniki, zgodnie z 24 miesięcznym okresem trwania niniejszej umowy i zgodnie z pisemnym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

5. Po wykonaniu usługi, będącej przedmiotem zamówienia zostanie wystawiony raport serwisowy oraz protokół z wynikami przeglądu (w przypadku przeglądu diatermii, defibrylatorów i komór laminarnych) oraz wynikami testów bezpieczeństwa elektrycznego, potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego tj. Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego.

6. W przypadku wyłączenia aparatu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „aparat niesprawny - nie używać” lub „aparat przeznaczony do naprawy - nie używać” oraz odłączyć zasilanie.”

7. W przypadku aparatury, która w wyniku przeglądu została uznana za nie nadającą się do dalszej eksploatacji Wykonawca sporządzi orzeczenie techniczne w ramach ceny za przegląd.

8. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia wartość umowy będzie pomniejszona o wartość pozostałych do wykonania przeglądów wycofanego urządzenia. Zamawiający w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji z przyczyn technicznych, zmniejszy zakres przedmiotowy zamówienia. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, natomiast Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie Wykonawcę

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania przeglądu w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu uniemożliwiającej dalszą trwałą lub czasową eksploatację aparatu, do czasu usunięcia tej awarii lub wydania orzeczenia o wycofaniu z eksploatacji, lub w przypadku konieczności jego wycofania z eksploatacji.

10. Cena jednostkowa netto za przegląd techniczny musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne i części wymagane do wykonania przeglądu, koszty transportu w sytuacji, gdy będzie istniała konieczność wykonania przeglądu w siedzibie serwisu.

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, pobranie aparatu nastąpi wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz po sporządzeniu protokołu przekazania podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

12. Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności wymiany elementów, nie wymienianych w trakcie przeglądu, np. uszkodzonych, stwierdzone przy wykonaniu przeglądu, będą uzgadniane z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, określoną w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wraz z przedstawieniem przewidywanych kosztów tej wymiany lub przedstawieniem informacji o braku dostępności części zamiennych u producenta. Wykonanie ich nastąpi po uprzedniej akceptacji oferty przez Zamawiającego.

13. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany udostępnić aparat podlegający przeglądom pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku niedopuszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO pracowników serwisu Wykonawcy w uzgodnionym terminie, Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszej umowie

§4

1. Wykonawca powierza nadzór i realizację przedmiotu zamówienia osobom uprawnionym, posiadającym udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolonym w zakresie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej, a ujętym w wykazie osób stanowiącym odpowiednio **Załącznik Nr 4** do umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części lub całości obowiązków wynikających z umowy podwykonawcom (osobom trzecim), za ich działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

3. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy oraz, tam gdzie jest to wymagane instrukcją serwisową, z użyciem specjalistycznego oprogramowania serwisowego producenta.

4. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

§5

Na wymienione podczas przeglądu okresowego części zużywalne Wykonawca udziela min. 6 - miesięcznej gwarancji.

§6

1. Wartość całości przedmiotu niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania wynosi:
.....zł brutto (słownie złotych: złote).

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie za wykonaną usługę przeglądu okresowego aparatury medycznej, obliczone wg cen podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym **Załącznik Nr 2** do niniejszej umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), który stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą, wg wzoru: cena jednostkowa jednorazowego przeglądu danego aparatu pomnożona przez ilość wykonanych przeglądów.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 7 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt dojazdu, ubezpieczenia, części zużywalne podlegające wymianie podczas przeglądu).

5. Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, protokół po przeglądzie/ raport serwisowy.

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2, nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

8. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

9. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, z uwzględnieniem § 3 ust. 8 niniejszej umowy

2) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy.

3) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

4) dopuszcza się ograniczenie zamówienia, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

5) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

6) dopuszcza się zmianę personalną osób Wykonawcy, jednak z uprawnieniami nie niższymi od uprawnień osób wyszczególnionych w **Załączniku Nr 4** do niniejszej umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

3. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

1) za zwłokę w realizacji usługi w terminach wskazanych w Załączniku Nr 3 do umowy,

WZÓR UMOWY

o którym mowa w § 3 ust. 4 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto usługi, która jest w zwłoce, jednak nie więcej niż 20 % wartości usługi, której dotyczy zwłoka,

2) za niezrealizowanie usługi zgodnie z zamówieniem – karę w wysokości 0,1% wartości netto od niezrealizowanej, a zamówionej usługi, jednak nie więcej niż 20 % wartości usługi, której dotyczy zwłoka.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o której mowa w §6 ust. 1”

§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyte wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 1.

3. W przypadku istotnej zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, mającej wpływ na realizację obowiązków umownych przez strony, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§11

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowiący Załącznik do niniejszej umowy.

§12

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela

z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy

WZÓR UMOWY

poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % brutto od wartości zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.


6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

7. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.