

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74
e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 26 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018 r.

L. dz. 5442/2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

Część nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej długości wymaga do podanego narzędzia? Czy może być to długość 350 mm lub 317 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga optyki o długości minimum 350 mm.

PYTANIE 2

Część nr 8, poz. 2: Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej długości wymaga do podanego narzędzia? Czy może być to długość 316 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga optyki o długości minimum 350 mm.

PYTANIE 3

Część nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, światłowód kompatybilny ze źródłem światła tylko od firmy AESCULAP i RICHARD WOLF, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ

PYTANIE 4

Część nr 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, retraktor laparoskopowy o średnicy 5 mm i długości 330 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wszystkim Wykonawcom zainteresowanym postępowaniem, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert. W związku z tym, anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert, a w to miejsce wprowadza następujące:

Termin składania ofert - 03 stycznia 2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 03 stycznia 2019 r. o godz. 10:15

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek