



Częstochowa, dn.⁰⁴ . 10 . 2018 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego mającego na celu „Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu dzięki działaniom profilaktycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Część I.

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

L.dz.⁴⁰⁶⁹...../18

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE Część Nr 3

Przedmiot zamówienia: Lampy doświetlające - 60 szt.

- 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze źródłem światła w postaci 1 modułu LED o mocy 3W i napięciu zasilania 3,3V, który zapewnia natężenie oświetlenia na poziomie 30 000 lx w odległości 0,5 m i 10 000 lx w odległości 1 m, które to parametry zapewniają znakomite doświetlenie pola zabiegowego?
- 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z wielkością plamki świetlnej 10 cm - przy odległości 1 m, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?
- 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z elastycznym, stabilnym ramieniem typu „gęsia szyja” o długości 100 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
- 4) Czy Zamawiający dopuszcza montaż lamp na szynie, czy będzie wymagał lamp na stabilnym, mobilnym statywie z pięcioma kołami, w tym minimum dwa koła z hamulcem?

Odpowiedź:

Ad1) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad2) Nie. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Ad3) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad4) Zamawiający wymaga lamp na stabilnym mobilnym statywie z pięcioma kołami – gęsia szyja.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 18.10.2018 r. termin składania i otwarcia ofert.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Dariusz Kaczmarek

lek. med. Dariusz Kaczmarek
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej