

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto
Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/ P-8/023/13

Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (**SIWZ**)

NA

**„ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
DLA POTRZEB
ODDZIAŁU OKULISTYKI
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY W CZĘSTOCHOWIE”**

w trybie
przetargu nieograniczonego

**o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

tryb zgodny z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

**Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ**

**UWAGA:
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ**

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. 034 367-36-74, faks: 034 367-36-74,
strona internetowa : www.szpitalparkitka.com.pl.
e-mail: szp@data.pl NIP: 573-22-99-604

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwaną dalej „Ustawą”.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**”, zwanego dalej „sprzętem”. w asortymencie, ilości i o parametrach technicznych określonych w [Załączniku Nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ](#).
2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:
 - Część 1 – Aparat do witrektomii tylnej (1 sztuka)** o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
 - Część 2 - Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym (1 sztuka)** o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 5a do SIWZ.
 - Część 3 - Przystawka do witrektomii tylnej (1 sztuka)** o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 5b do SIWZ.
 - Część 4 - Aparat USG (1 sztuka)** o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 5c do SIWZ.
3. Dostawa sprzętu obejmuje:
 - 1) Dokonanie instalacji dostarczonego sprzętu u Zamawiającego.
 - 2) Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
 - 3) Przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu.
 - 4) Dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i serwisowania w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń.
 - 5) Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury.
 - 6) Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń i kart gwarancyjnych w języku polskim.
4. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji zgodnej z tą jaką została określona w tabeli parametrów technicznych stanowiących Załącznik Nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ, liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu przez Zamawiającego. Udzielona gwarancja będzie obejmowała cały dostarczony i zainstalowany sprzęt medyczny przez Wykonawcę.
5. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01 stycznia 2013 r.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem medycznym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każda wyspecyfikowaną część (4 Części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33112200-0; 33122000-1; 33168000-5; 33162100-4.

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji:

- 1) Część 1: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
- 2) Część 2: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
- 3) Część 3: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
- 4) Część 4: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- 1) **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- 2) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

- a) **Część 1**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej **jedną dostawę aparatu do witrektomii tylniej** o wartości nie mniejszej niż **150.000,00 zł.** brutto.

- b) **Część 2**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej **jedną dostawę aparatu do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym** o wartości nie mniejszej niż **150.000,00 zł.** brutto.

- c) **Część 3**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej **jedną dostawę przystawki do witrektomii tylniej** o wartości nie mniejszej niż **35.000,00 zł.** brutto.

- d) **Część 4**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej **jedną dostawę aparatu USG** o wartości nie mniejszej niż **80.000,00 zł.** brutto.

UWAGA (dotyczy Część 1-4):

Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych).

W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość dostaw stanowi sumę dostaw ustalających dla poszczególnych części .

- 3) **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- 4) **Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1)-4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunki określone w ust. 3 i 4 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

3. **W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
4. **W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, 3 i 4 dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w § 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z późn. zm.), składając odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
8. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, 3 i 4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu, złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:
 - 1) **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym **Załącznik Nr 3 do SIWZ**.
 - 2) **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **głównych dostaw** w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt. 2), lit. a)-d) (w zależności na którą Część zamówienia Wykonawca składa ofertę) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 6 do SIWZ**.
 - a) dowodami, o których mowa powyżej są:
 - poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
 - b) W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj. od dnia 20.02.2013 r., Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a) tiret pierwsze może przekładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określonych w § 1 ust. 1 pkt. 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

- c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których mowa w lit. a).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
- 1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 4 do SIWZ**.
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) **lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 7 do SIWZ**. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument składa każdy z Wykonawców.
3. **Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej specyfikacji.**
- 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), 2) i ust. 2 pkt. 1) i 3) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa § 6 ust. 1 pkt. 2)a oraz ust. 2 pkt. 2) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 - 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentu, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców** (tzw. konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 3) SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. **Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.** Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i oświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. **przedstawić pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio współników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
 - 1) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 - 2) Dokumentu dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Deklaracji Zgodności, Certyfikat CE lub Wpis (lub zgłoszenie) do Rejestru Wytwórców Wyrobów Medycznych. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski
 - 3) Opisy np. katalogi/foldery/prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych, z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów technicznych, stanowiących Załącznik Nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 - 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 1 do SIWZ.**
 - 2) Wypełnione i podpisane formularze cenowe, stanowiące **Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ** (Wykonawca składa te załączniki na które składana jest oferta).
 - 3) Wypełnione i podpisane tabele zawierające parametry techniczne asortymentu, stanowiące **Załącznik Nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ.**

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem (034 367-36-74), z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksem.

6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
faks: 034 367-36-74
8. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
 - Olga Domańska – Kierownik Oddziału Okulistyki, tel. 34 367-36-77 lub 34 367-32-11 w godz. 09.00-13.00.
 - Andrzej Misztela – Sekcja Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego tel. 34 367-31-20, w godz. 08.00-14.00**w zakresie procedury przetargowej:**
 - Grażyna Kukuła - Dział Zamówień Publicznych, tel. i faks: 34 347-36-74 w godz. 07.00-14.35.

§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Połowa terminu składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2013 r.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, formularzy cenowych, oświadczeń, wykazu) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa oraz opisana:
„Postępowanie Nr P-8/023/13. Oferta przetargowa na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” – Część Nr ... „ (tu wymienić numer Części zamówienia, na które będzie złożona oferta).

Proszę nie otwierać przed dniem 2013 r. godz.”, (wpisuje Wykonawca).

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Nr pokoju 356, mieszczącej się w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118.
2. Termin składania ofert upływa w dnia **06 maja 2013 r. o godzinie 10:00**.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **06 maja 2013 r. o godz. 10.45** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dziale Zamówień Publicznych przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w pokoju 310.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym dla każdej Części - Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz ofertowy – Załącznik do oferty, według następujących zasad:
 - 1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,
 - 2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z **dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**,
 - 3) cena brutto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne, jeśli występują),
 - 4) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości formularza cenowego zgodnie, odpowiednio z Załącznikiem Nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ z których „wartość ogółem” należy przenieść do odpowiedniej pozycji w formularzu oferty,
 - 5) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia,
 - 6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
 - 7) przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. **Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej** będzie **cena brutto dla danej Części zamówienia – 100%**
2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych (dla danej Części) otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.

§ 16. AUKCJA ELEKTRONICZNA:

1. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny.
2. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postępień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktacja będzie przeliczana do 8 miejsca po przecinku. Oferta w toku aukcji jest składana w wartości brutto podobnie jak w fazie przed aukcją.
3. Warunki przeprowadzania aukcji zostaną przekazane w zaproszeniu zgodnie z art. 91 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
 - 1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login - hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).
 - 2) Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.
 - 3) Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
 - 4) Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.
 - 5) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego: drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w oświadczeniu rejestracyjnym).
 - 6) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń, Wykonawcy potwierdzą Zamawiającemu niezwłocznie faksem na numer: (34) 367-37-53 lub adresem e-mail: szp@data.pl .
5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą EPP.
 - a) komputer klasy PC, system operacyjny: Windows 2000/XP/VISTA/7,
 - b) stabilny dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera Proxy,
 - c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy, FireFox, Google Chrome,
 - d) zainstalowany program Java (bezpłatny,
 - e) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
 - f) wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące ww. warunków Wykonawca znajdzie na stronie www.soldea.pl w dziale „Platforma przetargowa” oraz w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do elektronicznego składania ofert.
6. **UWAGA:**

Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego. **POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM UDZIAŁU W AUKCJI.** Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego waha się w granicach 3-5 dni.
7. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją.
8. Adres strony na której będzie prowadzona aukcja: <http://www.soldea.pl> .

9. **UWAGA:**

Wykonawca którego oferta w aukcji elektronicznej będzie najkorzystniejsza (najtańsza) zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz cenowy uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w formularzu cenowym załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.

§ 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www.szpitalparkitka.com. oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 -dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

§ 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaze Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§ 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę (dla poszczególnej Części zamówienia), zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi **Załącznik Nr 8 do SIWZ**.

§ 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :
 - a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 232);
 - b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

§ 22. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia wymienione w § 3 ust. 2 niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w § 1 niniejszej specyfikacji.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach polskich.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 24. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Załącznik Nr 1 – Formularz oferty – **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 2 - Formularze cenowe (Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ) **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 3 – Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 5 – Tabele zawierające parametry techniczne asortymentu (Załącznik Nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ - **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ - **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - **do wypełnienia przez Wykonawców.**
- Załącznik Nr 8 - Wzór umowy.

Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZATWIERDZAM
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Krzysztof Kłós

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)*:

.....

Adres*:

Telefon*:

NIP*:

.....

Faks*, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

.....

* W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące Pełnomocnika.

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa,
ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**”.

1. **Oferuję/oferujemy**** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część 1* - Aparat do witrektomii tylnej (1sztuka).

- a) **Wartość brutto:** zł
słownie złotych:)
- b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) **Wartość netto:** zł
słownie złotych:)

Część 2* - Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym (1 sztuka).

- a) **Wartość brutto:** zł
słownie złotych:)
- b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) **Wartość netto:** zł
słownie złotych:)

Część 3* - Przystawka do witrektomii tylnej (1 sztuka).

- a) **Wartość brutto:** zł
słownie złotych:)
- b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) **Wartość netto:** zł
słownie złotych:)

Część 4* - Aparat USG (1 sztuka).

- a) **Wartość brutto:** zł
słownie złotych:)
- b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
- c) **Wartość netto:** zł
słownie złotych:)

***-Należy wypełnić dla Części których oferta dotyczy – w przypadku Części, na które Wykonawca nie składa oferty, należy wpisać „nie dotyczy”.)**

2. **Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności** – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczam/my, że oferuję/my asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
4. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawy spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej specyfikacji.
Wykaz tych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie, stanowią załączniki do niniejszej oferty.
5. Oświadczam/my, że spełniam/firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że złożono wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
7. Oświadczam/my, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oferta składa się kolejno ponumerowanych stron.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
 - a) wykonanie
 - b) wykonanie

11. Do niniejszej oferty załączamy:

| | | |
|-------|---|------------------|
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |
| | - | str. oferty |

12. **Wskazujemy dane niezbędne do aukcji elektronicznej (proszę wypełnić czytelnie):**

- 1) Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login-hasło, umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.

.....
.....

- 2) Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej za jego poufność.

.....
Nr telefonu:

- 3) Oświadczam, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreśli.

FORMULARZ CENOWY

Część 1 - Aparat do witrektomii tylniej.

| Lp | Przedmiot zamówienia | szt. | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 3 x 4] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] (poz. 5 x 6) | Wartość brutto [w zł] (poz. 5 + 7) | Producent |
|------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Aparat do witrektomii tylniej. | 1 | | | | | | |
| wartość ogółem: | | | | | | | | |

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Część 2 - Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym.

| Lp | Przedmiot zamówienia | szt. | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 3 x 4] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] (poz. 5 x 6) | Wartość brutto [w zł] (poz. 5 + 7) | Producent |
|------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym | 1 | | | | | | |
| wartość ogółem: | | | | | | | | |

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Część 3 – Przystawka do witrektomii tylnej.

| Lp | Przedmiot zamówienia | szt. | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 3 x 4] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] (poz. 5 x 6) | Wartość brutto [w zł] (poz. 5 + 7) | Producent |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Przystawka witrektomii tylnej. | 1 | | | | | | |
| wartość ogółem: | | | | | | | | |

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Część 4 – Aparat do USG.

| Lp | Przedmiot zamówienia | szt. | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 3 x 4] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] (poz. 5 x 6) | Wartość brutto [w zł] (poz. 5 + 7) | Producent |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Aparat do USG. | 1 | | | | | | |
| wartość ogółem: | | | | | | | | |

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Część 1

Przedmiot zamówienia: **Aparat do witrektomii tylnej.**

Ilość: **sztuk 1**

Producent

Nazwa - model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji 2013

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
|--|---|---|--|
| Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej z modułem do fotokoagulacji | | | |
| 1. | Panel irygacji/aspiracji | | |
| a) | Pompa aspiracji: perystaltyczna i Venturiego w jednym aparacie | TAK | |
| b) | Zakres przepływu aspiracyjnego co najmniej z zakresu. | 1-49 cc/min | |
| c) | Zakres uzyskiwania podciśnienia nie mniejszy niż | 0-590 mmHg | |
| d) | Reflux | Grawitacyjny | |
| e) | Stały napływ irygacyjny. | TAK | |
| f) | Dren aspiracyjny o sztywnej ścianie. | TAK | |
| g) | Możliwość stosowania różnych końcówek I/A. | Tak/opisać | |
| h) | Linearna kontrola VACCUM podczas używania pompy Venturiego. | TAK | |
| 2. | Panel fakoemulsyfikacji | | |
| a) | Fakoemulsyfikacja z pompą perystaltyczną i Venturiego. | TAK | |
| b) | Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji. | TAK | |
| c) | Kontrola mocy ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK | |
| d) | Włączanie/wyłączanie ultradźwięków w poziomej płaszczyźnie sterownika nożnego. | TAK | |
| e) | System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako. | TAK | |
| f) | Częstotliwość pracy głowicy fako 40kHz. | TAK | |
| g) | Fako pulsacyjne co najmniej z zakresu 1-115 pulsów na sekundę. | TAK | |
| h) | Technologia "cool" fako. | TAK | |
| i) | Fako burst. | TAK | |
| j) | Fako softsonic. | TAK | |
| k) | Regulacja czasu trwania impulsu w trybie pulse i softsonic. | Tak/opisać | |
| l) | Stosowanie igieł fako o różnych średnicach, co najmniej trzy rodzaje igieł o średnicy mniejszej od 1mm. | Tak/opisać | |
| m) | Stosowanie igieł fako do techniki cool fako. | TAK | |
| n) | Przeprowadzanie fakofragmentacji igłami o średnicach 0,9 mm i 0,6 mm. | TAK | |
| o) | Uniwersalna głowica do fako i fakofragmentacji. | TAK | |
| p) | Wykonywanie MICS fako przez cięcie 1,8 mm. | TAK | |
| 3. | Witrektomia | | |
| a) | Witrektomia przednia i tylna. | TAK | |
| b) | Witrektomia z pompą perystaltyczną i Venturiego. | TAK | |
| c) | Witrektom z napędem pneumatycznym. | TAK | |
| d) | Witrektomy z napędem pneumatycznym o średnicach 20G, 23G, 25G, 27G. >5900 cięć/min. | TAK | |
| e) | Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego | >5900 cięć/min | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| f) | Kontrola cięć witrektomu za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK | |
| g) | Witrektomii 3D. | TAK | |
| h) | Stosowanie mikronożyczek z napędem elektrycznym. | TAK | |
| i) | Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży >100 mmHg. | TAK | |
| j) | Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym oraz procedur łączonych. | TAK | |
| 4. | Diatermia | | |
| a) | Użycie exo i endodiametrii. | TAK | |
| b) | Stosowania linearnej kontroli diametrii. | TAK | |
| c) | Stosowania wielorazowych endodiametrii o różnych średnicach 20G, 23G, 25G, 27G. | TAK | |
| b) | Stosowania wielorazowych końcówek oraz wielorazowych przewodów diametrii. | TAK | |
| 5. | Iluminacja światłowodowa | | |
| a) | Podłączenie wielu światłowodów jednocześnie, co najmniej dwóch. | TAK | |
| b) | Podłączenie różnych typów światłowodów. | Tak/opisać | |
| c) | Stosowanie światłowodów o różnych średnicach 20G,23G,25G,27G. | TAK | |
| d) | Podłączenie światłowodów do narzędzi z oświetleniem. | TAK | |
| e) | Źródło światła LED wbudowane w moduł główny aparatu. | TAK | |
| f) | Wbudowane źródło światła o intensywności nie mniejszej niż 39 lumenów. | TAK | |
| 6. | Moduł podaży oleju silikonowego | | |
| a) | Moduł podaży oleju silikonowego z liniową regulacją podaży | TAK | |
| b) | Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego | TAK | |
| 7. | Moduł ekstrakcji płynów lepkich | | |
| a) | Liniowa kontrola odsysania i jednoczesnej podaży oleju | TAK | |
| 8. | Moduł wymiany powietrza | | |
| a) | Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży w zakresie co najmniej 10 -115mmHg. | Min. 10 | |
| b) | Ustawienie czasu podaży / czasowa tamponada | TAK | |
| 9. | Programowanie i zapamiętywanie parametrów wielu operatorów, co najmniej 15 | TAK | |
| 10. | Programowanie i zapamiętywanie wielu programów dla jednego operatora, co najmniej 15 | TAK | |
| 11. | Zasilanie: | | |
| a) | Elektryczne 220 – 240V/50Hz | TAK | |
| b) | Sprężonym powietrzem 6-8 BAR | TAK | |
| 12. | Głosowe potwierdzenie wybieranych opcji | TAK | |
| 13. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK | |
| 14. | Sterowanie parametrami poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny | TAK | |
| 15. | Moduł lasera do endofotokoagulacji | | |
| a) | Moduł lasera nie wbudowany lub wbudowany w aparat do fakowitrektomii | TAK | |
| b) | Zielony laser diodowy Nd:YVO o długość fali promieniowania 532 nm | TAK | |
| c) | Energia impulsu roboczego regulowana w zakresie 50 mW – 2 W | TAK | |
| d) | Czas trwania impulsu od 10ms do 5000 ms | TAK | |
| e) | Czas trwania przerwy pomiędzy impulsami od 10ms do 5000 ms | TAK | |
| f) | Diodowy laser celujący o długość fali w zakresie 625 – 645 mm | TAK | |
| g) | Regulacja jasności wiązki celującej | TAK | |
| h) | Pamięć co najmniej 8 użytkowników z własnymi ustawieniami | TAK | |
| i) | Zapisanie do 8 odrębnych programów dla każdego użytkownika | TAK | |
| j) | Kolorowy ekran dotykowy na stałe umieszczony na froncie urządzenia | TAK | |

| | | | |
|------------|---|-----|--|
| k) | Konsola lasera nie zintegrowana z lampą szczelinową | TAK | |
| l) | Bez głośny system chłodzenia lasera, 0 dB | TAK | |
| m) | Współpraca z filtrem aktywnym do mikroskopów Zeiss/Moller-Wedel uruchamiany tylko trakcie emisji wiązki leczniczej | TAK | |
| n) | Współpraca z filtrem pasywnym do mikroskopów Zeiss/Moller-Wedel | TAK | |
| o) | Współpraca z sondami laserowymi o rozmiarach 20G, 23G, 25G, 27G | TAK | |
| p) | Współpraca z sondami laserowymi prostymi, zagiętymi, elastycznymi, kierunkowymi. | TAK | |
| g) | Wysuwany koniec sondy kierunkowej umożliwiający płynną regulację od sondy prostej do sondy zagiętej | TAK | |
| r) | Współpraca z sondami laserowymi zintegrowanymi ze światłowodem oświetlającym | TAK | |
| s) | Podłączenia do lamp szczelinowych typu Haag-Streit BM/BQ | TAK | |
| t) | Sterownik nożny z regulacją mocy lasera | TAK | |
| u) | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 150mm x 250mm x 300mm | TAK | |
| v) | Waga całkowita aparatu nie większa niż 8 kg | TAK | |
| w) | Zasilanie: 230V 50Hz | TAK | |
| 16. | Elementy zestawu do fotokoagulacji | | |
| a) | Jednostka główna lasera 1szt. | TAK | |
| b) | Przewodowy sterownik nożny 1szt. | TAK | |
| c) | Filtr aktywny do pracy z mikroskopem 1szt. | TAK | |
| d) | Okulary ochronne 2 szt. | TAK | |
| e) | Instrukcja obsługi w języku polskim. 1szt. | TAK | |
| 17. | Elementy zestawu do witrektomii tylnej i fakofragmentacji: | | |
| a) | <p>Aparat - 1szt. Podstawa jezdna z tacą narzędziową 1szt. Wielorazowy trójnik do powietrza 1szt. Diatermia pensetkowa 1szt. Przewód do diatermii pensetkowej 1szt. Endodiatermia wielorazowego użytku -23G 1szt. Endodiatermia wielorazowego użytku- 20G 1szt. Przewód do endodiatermii 1szt. Głowica do fako i fakofragmentacji 1szt. Wielorazowa Igła do fakofragmentacji 20G 1szt. Wielorazowa Igła do fakofragmentacji 23G 1szt. Wielorazowy wgłabiacz twaródkowy typu Claes dwustronny 1szt. Wielorazowa pęsetka do wyjmowania kaniul z zaworami 23G / 0.6 mm 1szt. Wielorazowa mikropęsetka typu Eckardt Power End-gripping 23G / 0.6 mm 1szt. Wielorazowa mikropęsetka serrated Jaws (ząbkowane szczęki) 23G / 0.6 mm 1szt. Jednorazowa Igła fletowa 23G aktywna 5szt. Wielorazowe mikronożyczki poziome, podgięte 23G / 0.6mm 1szt. Wielorazowy haczyk do błon Eckardt 23G / 0.6mm 1szt. Dren do sterowania powietrzem jednorazowego użytku 5szt. Sonda kierunkowa (wysuwana) 23G / 0.6 mm do endolaseru jednorazowa 6szt. Jednorazowa kaniula 23G zakończona silikonem do podawania barwników 5 szt. Jednorazowa kaniula 23G do podawania / usuwania oleju silikonowego 5szt. Jednorazowa kaniula 23G dwudrożna do podawania dekaliny 5 szt. Zestaw do usuwania oleju silikonowego 6 szt. Tłoki do podawania oleju silikonowego ze strzykawki 5szt.</p> | TAK | |
| b) | <p>Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający (6 zestawów):</p> <ul style="list-style-type: none"> • witrektomi pneumatyczny 23G; • kasetę jednorazową; | TAK | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów z zaworami 23G i uniwersalnym drenikiem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński. • 1 x obłożenie na stół • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem • 2 x Fartuch XL z rącznikiem • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa • 2 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa • 2 x kubeczki • 1 x gazik na oko • 5 x gazik z włókniny • 10 x patyczki spongostanowe • 1 x tacka • 1 x obłożenie na stolik mayo • 1 x osłonka na oko | | |
| c) | <p>Jednorazowy zestaw do witrektomii 27G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający (1 zestaw):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x zestaw zawierający 3 trokary z silikonowymi zdejmowanymi zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym • 1 x witrektom pneumatyczny 27G • 1 x światłowód panoramiczny 27G • 1 x jednorazowa mikropęsetka Eckardt End-gripping 27G • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński. • 1 x obłożenie na stół • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem • 2 x Fartuch XL z rącznikiem • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa • 2 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa • 2 x kubeczki • 1 x gazik na oko • 5 x gazik z włókniny • 10 x patyczki spongostanowe • 1 x tacka • 1 x obłożenie na stolik mayo • 1 x osłonka na oko | TAK | |
| Pozostałe wymagania | | | |
| 18. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | PODAĆ | |
| 19. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2013 r. | TAK | |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych (jeżeli występują). | TAK | |
| 21. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK | |
| 22. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK | |
| 23. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK | |
| 24. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK | |
| 25. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK | |
| 26. | Szkolenie personelu medycznego (lekarze - 6 osób, | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | pielęgniarki – 6 osób) - w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego – 5 osób. Szkolenie w siedzibie zamawiającego. | | |
| 27. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK | |
| 28. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK | |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Część 2Przedmiot zamówienia: **Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym.**Ilość: **1 sztuka**

Producent

Nazwa - model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji 2013

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
|--|---|---|--|
| Aparat do endoskopii okulistycznej z laserem diodowym | | | |
| 1. | Konsola - z endoskopem trzyfunkcyjnym. | TAK | |
| 2. | Źródło światła ksenonowe- moc co najmniej 175 W, moc wyjściowa widzialna 2.200 lumenów. | TAK | |
| 3. | Laser operacyjny - diodowy, długość fali 810 nm, moc wyjściowa od 1,2 W, wiązka ciągła lub przerywana. | TAK | |
| 4. | Laser celujący- diodowy, długość fali 640 nm, moc wyjściowa 1,5 mW. | TAK | |
| 5. | Wideo- wiązka światłowodowa 200 µm, zakres pola widzenia 90-140 stopni | TAK | |
| 6. | Endoskopy: proste i zagięte zawierające wiązki światłowodowe pozwalające na jednoczesną transmisję oświetlenia ksenonowego, wiązki celującej, wiązki laserowej terapeutycznej oraz obrazu do kamery CCD, do wielokrotnej sterylizacji: prosty 19G - 1 szt., prosty 23G - 1 szt., zagięty 19G – 1 szt. | TAK | |
| 7. | Panel sterowania na konsoli- z regulacją parametrów działania lasera, z wyłącznikiem awaryjnym, z możliwością podłączenia nagrywarki i monitora | TAK | |
| 8. | Endoskop kompatybilny z innymi laserami 810 nm i 532 nm. | TAK | |
| 9. | Nożny pedał - sterowanie laserem i oświetleniem. | TAK | |
| 10. | Monitor klasy medycznej min. 19" | TAK | |
| 11. | Specjalistyczny wózek z jedną półką na urządzenie z osobno instalowanym ramieniem do monitora z zasięg ramienia min. 40 cm od krawędzi wózka. | TAK | |
| Pozostałe wymagania | | | |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | PODAĆ | |
| 13. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2012/2013. | TAK | |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych (jeżeli występują). | TAK | |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK | |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK | |
| 17. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK | |
| 18. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 19. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń. | TAK | |
| 20. | Szkolenie personelu medycznego (lekarze - 6 osób , pielęgniarki – 6 osób) - w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego – 5 osób Szkolenie w siedzibie zamawiającego. | TAK | |
| 21. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK | |
| 22. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK | |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Część 3Przedmiot zamówienia: **Przystawka do witrektomii tylnej.**Ilość: **1 sztuka**

Producent

Nazwa - model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji 201

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
|--|--|---|---|
| Przystawka do witrektomii tylnej do mikroskopu okulistycznego | | | |
| 1. | Oftalmoskop operacyjny dopasowany do mikroskopu Moeller Hi-R 900A. | TAK | |
| 2. | Oftalmoskop jednoczęściowy, z wbudowanym inwerterem obrazu. | TAK | |
| 3. | Wewnętrzna, płynna regulacja ostrości za pomocą dźwigni bez konieczności zmiany odległości soczewki oftalmoskopu od oka. | TAK | |
| 4. | 3 soczewki: 2x standardowa i 1x szerokokątna wielorazowe autoklawowalne (134 st.) | TAK | |
| 5. | 3. komplety obłożeń i kapturków do sterylizacji | TAK | |
| Pozostałe wymagania | | | |
| 6. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ | |
| 7. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2013 | TAK | |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych (jeżeli występują). | TAK | |
| 9. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK | |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK | |
| 11. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK | |
| 12. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK | |
| 13. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń. | TAK | |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego (lekarze - 6 osób, pielęgniarki - 6 osób) - w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego – 5 osób Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. | TAK | |
| 15. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK | |
| 16. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK | |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Część 4

Przedmiot zamówienia: **Aparat USG.**

Ilość: **1 sztuka**

Producent

Nazwa - model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji 2013

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | OPIS PARAMETRU / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
|--|---|---|--|
| Ultrasonograf okulistyczny z wyposażeniem | | | |
| 1. | Zewnętrzny monitor kolorowy min. 24 cali, rozdzielczość Full HD 1920x1200p | TAK | |
| 2. | Wbudowane min. 4 porty USB 2.0 | TAK | |
| 3. | Podłączenia jednocześnie min. 3 głowic, Możliwość podłączenia 4 głowic | TAK | |
| 4. | Pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B | TAK | |
| 5. | Wbudowany czytnik kart pamięci (różne rodzaje (MMC, SD, microSD,)) | TAK | |
| 6. | System archiwizacji oraz eksportu danych | TAK | |
| 7. | Dysk twarde w wymowanej kieszeni ułatwiający przenoszenie o pojemności min. 1Tb z systemem operacyjnym Windows XP | | |
| 8. | Zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (DVD, karty pamięci, pamięci USB) | TAK | |
| 9. | Tworzenia raportów badania | TAK | |
| Sonda B do tylnego odcinka oka | | | |
| 10. | Nakładanie skanu A na obraz trybu B | TAK | |
| 11. | Min. 4 elektroniczne linijki z regulowaną prędkością dźwięku | TAK | |
| 12. | Częstotliwość pracy sondy 10 MHz | | |
| 13. | Szybkość akwizycji sondy – min.25 ramek na sekundę | TAK | |
| 14. | Nagrywanie filmu z badania min. 10 sekund | TAK | |
| 15. | Obróbki nagranych filmów z badań | TAK | |
| 16. | Regulowane wzmocnienie sondy w zakresie 27-90 dB | | |
| 17. | Głębokość skanowania min.45 mm | TAK | |
| 18. | Kąt skanowania min.52 stopni | TAK | |
| 19. | Zakres dynamiczny regulowany: LOG,S1,S2,S3 | TAK | |
| 20. | Rozdzielczość osiowa 50 mikronów | TAK | |
| 21. | Rozdzielczość poprzeczna 100 mikronów | TAK | |
| Sonda A-skan biometryczna | | | |
| 22. | Kalkulacja soczewek IOL, 4 formuły (Holladay-I, SRKT-T, Haigis, Hoffer-Q) | TAK | |
| 23. | Szybkość akwizycji min.50 klatek na sekundę | TAK | |
| 24. | Nagrywanie filmu z badania min. 5 sekund | TAK | |
| 25. | Tryb immersyjny lub kontaktowy | TAK | |
| 26. | Głowica ze światłem fiksacyjnym | TAK | |
| 27. | Częstotliwość głowicy 10 MHz | | |
| 28. | Zakres pomiaru min. 40 mm | TAK | |
| 29. | Wbudowany system rozpoznawania echa, z automatyczną | TAK | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------|--|
| | detekcją echa twardówkowego | | |
| 30. | Statystyka: średnia i odchylenie standardowe | TAK | |
| 31. | Ilość punktów na osi X min. 2048 | TAK | |
| 32. | Dokładność pomiaru: - kliniczna: minimum 100 mikronów - elektroniczna: minimum 50 mikronów | TAK | |
| 33. | Automatyczna lub manualna rejestracja obrazu | TAK | |
| 34. | Drukarka laserowa do raportów wraz z tonerem zapasowym | TAK | |
| 35. | Wideoprinter USB wraz z min. 3 rolkami papieru | TAK | |
| 36. | Pedał nożny, klawiatura | TAK | |
| 37. | Wózek na kółkach z min. 4 półkami na monitor, aparat i urządzenia peryferyjne. | TAK | |
| | | TAK | |
| Pozostałe wymagania | | | |
| 38. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ | |
| 39. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2013 | TAK | |
| 40. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych (jeżeli występują). | TAK | |
| 41. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK | |
| 42. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK | |
| 43. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK | |
| 44. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK | |
| 45. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK | |
| 46. | Szkolenie personelu medycznego (lekarze - 12 osób) - w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego – 5 osób. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. | TAK | |
| 47. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK | |
| 48. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK | |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2)
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące dostawy odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

dotyczy Części Nr

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość brutto dostawy (PLN) | Nazwa i adres odbiorcy | Data wykonania |
|-----|-------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część – należy skopiować i wypełnić odpowiednią ilość razy zamieszczoną powyżej tabelę.

Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli dostawy zostały wykonane należycie.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1. **nie należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*
2. **należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
|-----|----------------|----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| ... | | |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

***niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.**

UMOWA Nr p-8/... /13 - wzór umowy

zawarta w dniu 2013 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

Krzysztof Kłos - Dyrektor Szpitala

a

.....
REGON:, NIP:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
którą reprezentuje:

.....
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest **„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”**, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określony został w tabeli zawierającej parametry techniczne (Załącznik Nr 5, 5a, 5b, 5c, do SIWZ), stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują).

§2

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 2) i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu,, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne, jeśli występują).
3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto PLN, (słownie złotych:
.....), brutto: PLN (słownie złotych:).

§3

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do **6** tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Szkolenie personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek) Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego sprzętu medycznego, odbędzie się w terminie nie dłuższym niż **1** miesiąc od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej odbędzie się w terminie nie dłuższym 2 miesiące od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wydać w terminie 3 dni od zakończenia szkolenia dla personelu technicznego certyfikaty do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury.

§4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych – rok produkcji 2013.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.
4. Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.
5. Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje obsługi i serwisowania w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń, założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń) zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
2. W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.
6. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest:, tel., e-mail:

§7

1. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii do podstawienia aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.
2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego.
3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.
3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailiem przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu.
9. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.
10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 10 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 umowy.
 - 3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia 5 dniowego czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.
2. Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
 - 3) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług za przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności ceny brutto oferty.
3. Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
 - 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§15

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§16


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania | |
| | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 Strona 1 i 2 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami
 - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstania,
 - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

