



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 19.10.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/092/3060/12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1: dot. Części nr 1. Czy Zamawiający dopuści jednowłóknową, syntetyczną nić wchłaniającą, z pochodnej glikolidu i kaprolaktanu, o okresie podtrzymywania tkanki w 7 dniu 70% i czasie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni, bez środka antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: dot. Części nr 3, poz. 8, 11. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: dot. Części nr 3, poz. 5, 14. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dot. Części nr 3, poz. 5, 14. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5: dot. Części nr 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6: dot. Części nr 4, poz. 8, 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dot. Części nr 5, poz. 17, 19, 23, 24, 28. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: dot. Części nr 5, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści szew o grubości 2/0 USP, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9: dot. Części nr 5, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10: dot. Części nr 5, poz. 22. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 22 do osobnej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11: dot. Części nr 6. Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12: dot. Części nr 11. Czy Zamawiający dopuści nić plecioną, syntetyczną, z kwasu glikolowego, powlekaną, o okresie podtrzymywania tkanki 14-21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13: dot. Części nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 1, igłę o długości 6,4 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14: dot. Części 3, poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 10 igłę kosmetyczną o smukłym ostrzu przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15: dot. Części 3, poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 11 igłę odwrótnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16: dot. Części 3 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 12 igłę o długości 60 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 05.11.2012 r. termin składania ofert.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO
IM. NMP
W CZĘSTOCHOWIE
LEK. MED. KAZIMIERZ PANKIEWICZ