

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (034) 367-36-7456
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 20 listopada 2014 r.

Znak sprawy: DAZ.26.100.2014

L.dz. 2690/14

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zakładu Radioterapii w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 3

Zamawiający informuje, iż w dniu **17.11.2014 r.** wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi i zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną niezbędną do zasilenia nowego tomografu. Maksymalny, chwilowy pobór mocy: 150kVA, średni pobór mocy 30kVA.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w jakiej odległości od pracowni TK znajduje się rozdzielnia elektryczna z której będzie zasilany tomograf.

Odpowiedź:

Odległość od pracowni do rozdzielni głównej wynosi 60m.

Pytanie Nr 3

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał modernizacji rozdzielni elektrycznej w ramach wykonania prac adaptacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga modernizacji rozdzielni przy pracach adaptacyjnych do nowego TK. Urządzenie będzie zasilane z obecnie wykorzystywanego obwodu.

Pytanie Nr 4

Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju głównej linii zasilającej dla istniejącego tomografu firmy SIEMENS.

Odpowiedź:

Obecny tomograf firmy Siemens zasilany jest kablami YKY 5x50mm² oraz YKY 5x35mm².

Pytanie Nr 5

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów (wraz z wymiarami) pracowni TK, w którym będzie zainstalowany nowy tomograf.

Odpowiedź:

Szczegółowy plan pracowni TK, w której będzie zainstalowany nowy tomograf - w załączeniu do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie Nr 6

Zwracamy się z prośbą o informację, które pomieszczenia muszą być objęte pracami adaptacyjnymi? Czy Zamawiający oczekuje adaptacji wyłącznie pomieszczenia badań oraz sterowni, czy również innych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje objęcia pracami adaptacyjnymi pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tomografu komputerowego tj. 0.06 – Tomograf komputerowy, 0.10 – Sterownia, 0.11 – Ciemnia oraz objęcia pracami adaptacyjnymi pomieszczenia dostosowane do wymagań higieniczno-sanitarnych tj. 0.07 – Kabina, 0.08 – Przygotowalnia pacjenta.

Pytanie Nr 7

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje wyłącznie adaptacji niezbędnej do uruchomienia nowego tomografu czy również innych prac nie związanych bezpośrednio z instalacją nowego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje adaptacji niezbędnej do uruchomienia nowego tomografu.

Pytanie Nr 8

Jeśli Zamawiający oczekuje wykonania również innych prac, nie związanych bezpośrednio z instalacją nowego urządzenia, prosimy o szczegółową specyfikację zakresu wymaganych prac?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga innych prac.

Pytanie Nr 9

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu osłon radiologicznych dla istniejącego tomografu firmy SIEMENS.

Odpowiedź: Projekt osłon radiologicznych do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie Nr 10

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykorzystanie istniejącej stolarki RTG (przy założeniu, że radiochronność istniejącej stolarki będzie wystarczająca) czy będzie wymagać instalacji nowej stolarki RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Specyfikacja SIWZ przewiduje dostawę stacji diagnostycznej. Zwracamy się z prośbą o wskazanie pomieszczenia w którym stacja diagnostyczna będzie zainstalowana.

Odpowiedź:

Dwie nowe stacje będą zainstalowane w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego.

Pytanie Nr 12

Zwracamy się z prośbą o informację w jakiej odległości od pracowni TK znajduje się najbliższy dedykowany punkt dystrybucyjny sieci IT.

Odpowiedź: Odległość nie przekracza 90 m.

Pytanie Nr 13

Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga dostawy jakichkolwiek elementów pasywnych lub aktywnych dla sieci IT?

Odpowiedź:

Niezbędne jest urządzenie sieciowe min. 24x1GB/100MG zarządzalne. Co do sieci nie przewiduje się nowych szaf.

Pytanie Nr 14

Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego standaryzacji sieci IT.

Odpowiedź:

Skrętka kategorii 6A FTP (ekranowana).

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni własnego łącza.

Pytanie Nr 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?

Odpowiedź:

Tak – pod warunkiem braku możliwości dostępu do danych osobowych pacjentów znajdujących się na urządzeniu.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający potwierdza, iż strop na których będzie instalowany skaner TK jest przystosowany do instalacji urządzenia o wadze ok 2,0 ton?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza nośność stropu 10,3 kN/m².

Pytanie Nr 18

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostek typu „split” w adoptowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 19

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących klimatyzatorów w pomieszczeniu badań TK oraz pomieszczeniu technicznym, czy będzie oczekiwał wymiany klimatyzatorów na nowe?

Odpowiedź:

W pomieszczeniu maszynowni należy wymienić klimatyzator na nowy. Pozostałe pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej są klimatyzowane.

Pytanie Nr 20

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż istniejąca instalacja wentylacji jest sprawna i ma wymaganą przez Sanepid wydajność powietrza.

Odpowiedź:

Instalacja wentylacji jest w pełni sprawna i spełnia wymagania Sanepidu.

Pytanie Nr 21

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż odbiór pracowni CT przez Sanepid leży w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 22

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w sytuacji gdy nastąpią opóźnienia w adaptacji pomieszczeń nie wynikające z winy Wykonawcy (np. z uwagi na brak lub opóźnienia decyzji administracyjnych, niezależnych od Wykonawcy jak np. czas narzucony przez Sanepid na rozważenie wniosku i odbiór radiologiczny pomieszczeń).

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji, w sytuacji, gdy nastąpią opóźnienia w adaptacji pomieszczeń nie wynikające z winy Wykonawcy (np. z uwagi na brak lub opóźnienia decyzji administracyjnych, niezależnych od Wykonawcy jak np. czas narzucony przez Sanepid na rozważenie wniosku i odbiór radiologiczny pomieszczeń), z zastrzeżeniem, że wydłużenie terminu pełnego uruchomienia sprzętu wraz z możliwością udzielenia świadczeń zdrowotnych nie przekroczy terminu 15.06.2015 r.

Pytanie Nr 23

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ Zamawiający oczekuje, iż tomograf firmy SIEMENS pozostanie w gestii Zamawiającego. Prosimy o szczegółową informację do którego miejsca ma być przeniesiony stary tomograf po jego deinstalacji.

Odpowiedź:

Tomograf po deinstalacji ma zostać przeniesiony do pomieszczeń magazynowych W.Sz.S. na poziomie „-1” w budynku Radioterapii. Droga transportu będzie się odbywać zewnętrznymi drogami oraz tunelem podziemnym Szpitala (odległość około 250 m).

Pytanie Nr 24

Specyfikacja SIWZ w sekcji VI punkt VI.3 informuje: „Demontaż zainstalowanego w Zakładzie Radioterapii Tomografu Komputerowego w sposób umożliwiający jego dalsze użytkowanie i odsprzedaż; prace adaptacyjne, instalacja urządzenia wraz z niezbędnymi odbiorami instytucji dopuszczających do użytkowania do dnia 15 marca 2015 r”. Prosimy o sprecyzowanie, czy w tym zapisie Zamawiający miał na myśli instalację nowego tomografu we wskazanym terminie (wraz z pracami adaptacyjnymi oraz odbiorami) czy instalację aparatu SIEMENSA w innej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli instalację nowego tomografu komputerowego we wskazanym w SIWZ terminie.

Pytanie Nr 25

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ, Zamawiający oczekuje dostawy nowego urządzenia w 2014 roku, przed zakończeniem prac adaptacyjnych. Zwracamy się prośbą o wskazanie pomieszczeń w których będzie możliwe przechowanie nowego systemu do czasu jego instalacji. Zwracamy uwagę, iż pomieszczenia muszą spełniać następujące parametry:

A. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż +5C.

B. Całkowita powierzchnia magazynowa: min. 60m²

C. Najwyższe drzwi na całej drodze dojazdowej do pomieszczenia magazynowanego: min. 1,1m (2,0m wys.)

D. Minimalna szerokość korytarzy na całej drodze dojazdowej 2,2m (1,1m – przy lokalnych przewężeniach).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pomieszczenia spełniające wymagania zawarte w p. A, B, C, D do składowania części urządzenia, w odległości ok. 200 m od miejsca instalacji. Zamawiający wskazuje pomieszczenia w budynku Radioterapii dla zapakowanych skrzyń lub większych paczek. W przypadku drobniejszych paczek pomieszczenia osobne wskaże w dniu dostawy pracownik Radioterapii.

Pytanie Nr 26

Dotyczy załącznika Nr 3 do SIWZ pkt 153. "Zestaw 3 laserów w kolorze czerwonym z panelem dotykowym umożliwiającym sterowanie laserami"

oraz pkt 151. "System zmotoryzowanych centratorów laserowych o trzech kolorach z własną komputerową stacją umożliwiającą ustawianie pozycji centratorów pozwalających na określenie punktów referencyjnych, kształtu pola i układu MLC"

Czy Zamawiający może potwierdzić że oba parametry należy uważać za tożsame tzn. że każdy wykonawca ma dostarczyć jeden zestaw centratorów laserowych w kolorze czerwonym, z panelem dotykowym umożliwiającym sterowanie, które pozwolą na określenie punktów referencyjnych, kształtu pola i układu MLC?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oba parametry należy uważać za tożsame.

Pytanie Nr 27

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt 22. "Dodatkowy blat z włókna węglowego (2szt.)."

Czy Zamawiający mógłby podać do jakim systemów naświetlania zamierza używać blatów wymaganych w tym punkcie?

Różni producenci akceleratorów wymagają różnych systemów pozycjonowania, co tym samym wymaga zaferowania blatu z włókna kompatybilnego z danym systemem naświetlania.

Odpowiedź:

System naświetlania w Zakładzie Radioterapii to Elekta-Synergy.

Pytanie Nr 28

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt 170. „Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym HIS oraz szpitalnym systemem PACS/RIS wraz z dostawą niezbędnych licencji i oprogramowania.”

Czy Zamawiający może potwierdzić że w ramach integracji z systemem PACS/RIS rozumie połączenie tomografu komputerowego i stacji lekarskich do systemów RIS/PACS pracujących w Zakładzie Radioterapii?

Czy Zamawiający może potwierdzić, że posiada zasoby ludzkie i wiedzę w celu konfiguracji posiadanych systemów RIS/PACS tak aby przyjmowały i wysyłały dane do tomografu komputerowego i stacji lekarskich?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje w ramach integracji otrzymania w pełni funkcjonującego systemu, łączącego się z systemem PACS/RIS w Zakładzie Radioterapii Szpitala, bez konieczności wykonania jakichkolwiek prac ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie posiada sił i środków niezbędnych do wykonania ww. zadań.

Pytanie Nr 29

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt 155. "Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego..."

Czy Zamawiający posiada na terenie Szpitala inne urządzenia emitujące promieniowanie rentgenowskie, wyposażone w interfejs DICOM 3.0, które zapisują dawkę z badania w postaci cyfrowej i które należało by podpiąć do oprogramowania w w/w punkcie? Jeśli tak czy Zamawiający mógłby wymienić modele tych urządzeń?

Odpowiedź:

Urządzenia emitujące promieniowanie rentgenowskie wyposażone w interfejs DICOM 3.0, które zapisują dawkę z badania w postaci cyfrowej to: tomograf komputerowy Siemens Somatom Sensation 40, angiograf Siemens Artis Zee, Rtg Siemens Axiom Aristo, Rtg Siemens Multix Top, Ziehm 8000, Symulator Nucletron.

Pytanie Nr 30

Dotyczy załącznika Nr 3 do SIWZ, pkt 22. „Dodatkowy blat z włókna węglowego (2szt.)”

Czy Zamawiający mógłby zweryfikować liczbę blatów potrzebnych do planowania?

Koszt pojedynczego blatu z włókna węglowego waha się w granicach do 130 do 150 tys. złotych, co znacznie podraża ofertę potencjalnego wykonawcy.

Pragniemy zauważyć że do efektywnego planowania przy użyciu tomografu komputerowego wystarczy jeden blat z włókna węglowego.

Odpowiedź:

Blat z włókna węglowego do planowania leczenia – 1 szt. Blat do badań diagnostycznych - 1 szt.

Pytanie Nr 31

Z uwagi, iż niezbędnym czynnikiem do wystawienia faktury VAT jest wydanie towaru, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy par. 5 ust. 1 pkt. 1 na następującą:

§5

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w dwóch ratach:

1) pierwsza rata, obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 2b płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego z wynikiem pozytywnym. Podpisanie protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego potwierdza wydanie sprzętu Zamawiającemu.

Odpowiedź:

W Załączniku Nr 8 (wzór umowy) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 pkt. 1) uchyla się zapis o następującej treści:

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w dwóch ratach:

1) pierwsza rata, obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 2b płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego z wynikiem pozytywnym;

- 2) **§ 5 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**
1. **Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w dwóch ratach:**
 - 1) **pierwsza rata, obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 2b płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego z wynikiem pozytywnym. Podpisanie protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego potwierdza wydanie sprzętu Zamawiającemu.**

Pytanie Nr 32

Dotyczy wzoru umowy:

§ 7 ust. 1e) - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym prosimy Zamawiającego o modyfikację tego ustępu.

Odpowiedź:

W Załączniku Nr 8 wzoru umowy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7 ust. 1e) uchyla się zapis o następującej treści:
 - e) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń-przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okresu gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji”.
- 2) **§ 7 ust. 1e otrzymuje brzmienie:**
 - e) **Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia lub jego części na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 2 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowy przedmiot zamówienia lub jego części w terminie 7 dni od stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową kartą gwarancyjną.**

Pytanie Nr 33

Dotyczy wzoru umowy:

§8 ust.4 b) - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, podobnie jak naliczenie wysokiej, 10%-owej kary umownej. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego" definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o modyfikację tego ustępu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 34

Załącznik NR 3 DO SIWZ – Tabela – pkt 159

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie zapisów §3 ust. 1 a) (wzór umowy) i nadaje mu brzmienie:
a) Dostawa tomografu komputerowego do siedziby Zamawiającego do dnia 17.12.2014 r.

Informacja o zmianie terminu dostawy tomografu komputerowego do siedziby Zamawiającego do dnia 17.12.2014 r. oraz uchylenie treści cyt. Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku otrzymania prolongaty terminu rozliczenia dotacji dla Szpitala z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu wymienionego w postępowaniu - została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl w dniu 13.11.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE
LEK. MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA-PANKIEWICZ**

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ – pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia – Zestawienie Parametrów Wymaganych”. **Wykonawcy są zobowiązani składać oferty z nowym załącznikiem. Zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia – Zestawienie Parametrów Technicznych” stanowi integralną część SIWZ.**
2. Zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy.
3. Plan pracowni TK

UMOWA NR DAZ.26.100. 204 - wzór umowy

zawarta w dniu 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy:

**WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA**

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

który reprezentuje:

Ilek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz – Dyrektor Szpitala

a

REGON:

NIP:

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

którą reprezentuje:

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu w przedmiocie **Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zakładu Radioterapii w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworach”, zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.**

1. Przedmiotem umowy jest:

- a) zakup fabrycznie nowego tomografu komputerowego, według opisu przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych zawartego w Załączniku Nr 3 do SIWZ, a stanowiącej odpowiednio Załącznik 1 do niniejszej umowy,
- b) demontaż dotychczasowego aparatu TK w sposób umożliwiający jego użytkowanie lub sprzedaż, instalacja fabrycznie nowego tomografu komputerowego dostarczonego Zamawiającemu, adaptacja wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń należących do Zakładu Radioterapii Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ, a stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 2 do umowy, w zakresie niezbędnym do zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury,
- c) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnionej z rzeczoznawcami ds. sanitarno -higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych i innych wymaganych obowiązującymi przepisami, które to jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Pracowni dla tomografu komputerowego, obejmujące następujące branże: projekt technologii medycznej, projekt konstrukcyjno-budowlany, projekt wentylacji-mechanicznej oraz klimatyzacji, projekty: instalacji elektrycznych i uziemienia wraz z instalacjami teletechnicznymi, projekt ochrony radiologicznej oraz uzyskania na własny koszt pozytywnej decyzji odpowiedniego organu dopuszczającego do użytkowania Pracownię Tomografii Komputerowej z upoważnienia Zamawiającego,
- d) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy,

- e) przeprowadzenie przez Wykonawcę, po wykonaniu montażu i uruchomieniu urządzeń - testów odbiorczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. (Dz. U. nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych,
 - f) przeprowadzenie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji aparatu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - g) dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz treścią SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu,
2. a) Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: zł.
(słownie złotych:),
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:zł
(słownie),
z tym że na powyżej wskazaną cenę przedmiotu zamówienia składa się kwota netto zł ze stawką podatku VAT w wysokości% stanowiąca kwotę brutto, a także kwotę netto zł ze stawką podatku VAT ...% stanowiąca kwotę brutto.

w tym:

- b) Cena tomografu komputerowego netto PLN
(słownie złotych:)
Cena tomografu komputerowego bruttoPLN
(słownie złotych:)
ze stawką podatku VAT% w wysokości:)

oraz

- c) **cena ryczałtowa za wykonane prace:** w tym demontaż, roboty adaptacyjne, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego:
netto: PLN, (słownie:)
brutto PLN (słownie:)
ze stawką podatku VAT% w wysokości PLN

W kwocie brutto zawarte są wszelkie opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego.

§2

- 1. Określona w § 1 ust. 2 cena przedmiotu zamówienia nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany wartości przedmiotu zamówienia (umowy) wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:
 - a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
 - b) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa,

§3

- 1. Strony umowy ustalają, że wykonanie umowy odbędzie się w następujących terminach:
 - a) Dostawa tomografu komputerowego do siedziby Zamawiającego do dnia 17.12.2014 r.
 - b) Demontaż zainstalowanego w Zakładzie Radioterapii Tomografu Komputerowego w sposób umożliwiający jego dalsze użytkowanie i odsprzedaż; prace adaptacyjne, instalacja urządzenia wraz z niezbędnymi odbiorami instytucji dopuszczających do użytkowania do dnia 15.03.2015 r.

2. Za wykonanie umowy strony przyjmować będą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 lit. a) – g) umowy wraz z wymaganym zezwoleniem odpowiedniego organu na użytkowanie Pracowni Tomografii Komputerowej.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia po podpisaniu umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu dostawy, adaptacji pomieszczeń, montażu i uruchomienia, uzyskania decyzji dopuszczających do użytkowania, aby wszystkie prace objęte niniejszą umową wykonane zostały w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1.

§4

1. Wykonawca oświadcza, że cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca instalacji u Zamawiającego, obejmuje także wszelkie koszty instalacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta/producentów składników przedmiotu zamówienia oraz wytycznymi pochodzącymi od Zamawiającego, a także koszty szkolenia personelu w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętymi zasadami w Załączniku Nr 1 do umowy oraz § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz koszty adaptacji pomieszczeń, jak również koszty uzyskania decyzji dopuszczającej do użytkowania.
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego, a w szczególności zachować ciągłość udzielanych świadczeń medycznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyte warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwe zabezpieczenie p. pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane realizując przedmiot zamówienia, które spełniają wszelkie wymogi ustawy „Prawo budowlane” (art. 10), a w szczególności posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz winny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi koniecznymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także w związku z czynnościami wykonywanymi przez Wykonawcę, albo osoby lub podmioty trzecie wykonujące czynności związane z montażem przedmiotu zamówienia oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie zamówienia od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należyłą starannością zawodową i gospodarnością, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy, które mają charakter informacji poufnych lub dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), a także chronionych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
8. Strony przyjmują, że szczegółowy zakres adaptacji pomieszczeń oraz warunków instalacji określać będzie harmonogram zaproponowany przez Wykonawcę, a przyjęty po podpisaniu niniejszej umowy przez strony umowy, który będzie zgodny z wytycznymi dotyczącymi montażu od producenta przedmiotu zamówienia oraz zawierać będzie zalecenia i wytyczne Zamawiającego określone w wymaganiach technicznych dotyczących prac adaptacyjnych Załącznik Nr 2 do umowy.
9. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, zawierając z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub projektu jej zmiany. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian.
11. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
12. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
 - 1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
 - 2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
 - 3) termin wykonania robót objętych umową,
 - 4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł.
14. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 12 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do takiej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, niezależnie czy wykonuje je samodzielnie, czy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ponoszą wraz z Wykonawcą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za roboty, które wykonują na podstawie umowy podwykonawstwa.
17. Niezależnie od postanowień ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
18. Zgodnie z art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego, Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
19. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od wykonania umowy. W przypadku gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, w związku z nieuregulowaniem w terminie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy.
20. Zamawiający nie będzie regulował należności podwykonawcy, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części robót z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu.
21. W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z wcześniejszych zapisów niniejszego paragrafu, oprócz uprawnienia, o którym mowa w ust. 17 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§5

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w dwóch ratach:
 - 1) pierwsza rata, obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 2b płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego z wynikiem pozytywnym. Podpisanie protokołu odbioru dostawy tomografu komputerowego potwierdza wydanie sprzętu Zamawiającemu.
 - 2) druga rata, obejmująca wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzenie demontażu istniejącego tomografu komputerowego istniejącego, odbioru robót adaptacyjnych, montażu i uruchomieniu tomografu komputerowego będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie od właściwego organu, o którym mowa w §1 ust. 2c, płatna w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dwóch odrębnych faktur VAT, jedną obejmującą swym zakresem wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 (pierwsza rata), ze wskazaniem, że jest to wynagrodzenie za tomograf komputerowy i drugą obejmującą swym zakresem wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 (druga rata).
 3. Należności wynikające z faktur VAT za dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia zapłacone będą w formie przelewu na podstawie prawidłowych faktur VAT wystawionych po sporządzeniu lub uzyskaniu dokumentów określonych w ust. 1 i 2 oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ, a stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3 do umowy. Należność przekazana będzie na konto bankowe Wykonawcy ujawnione w treści faktury VAT.
 4. Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej naliczane będą w wysokości ustawowej.
 5. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu bez obowiązku zapłaty wynikającej z niej należności.
 6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
-

§6

1. Strony ustalają, że ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia po dokonaniu wcześniejszego odbioru robót adaptacyjnych pomieszczeń dokonane zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.
2. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia uważany będzie za przekazany po podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawcę według następujących zasad:
 - a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin do ich usunięcia,
 - b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad lub usterek nie nadających się usunąć, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady lub stwierdzone usterki nie uniemożliwiają używania przedmiotu zamówienia, albo odstąpić od umowy, gdy używanie przedmiotu umowy jest niemożliwe.
 - c) Wszelkie czynności dokonania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek zawarte będą w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 - d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca Zawiadamia pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym,
 - e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia do czasu ich usunięcia,

§7

1. Wykonawca oświadcza, że udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy instrukcję obsługi w języku polskim, wszelkie dokumenty dot. zasady konserwacji i użytkowania.
Termin gwarancji i rękojmi na tomograf komputerowy wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego określonego w § 6 ust. 1. W okresie gwarancji prowadzony będzie nieodpłatny serwis zamontowanego aparatu. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu:
 - a) Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, liczonych od momentu pisemnego (również faksem) zgłoszenia awarii (usterki) do momentu jej usunięcia,
 - b) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: max 48 godzin. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówienia,
 - c) Wykonawcy zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenia – przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.
 - d) W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.
 - e) Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia lub jego części na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 2 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowy przedmiot zamówienia lub jego części w terminie 7 dni od stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową kartą gwarancyjną.
 - f) Wymagane przeglądy gwarancyjne, okresowe i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd aparatów odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym.
 - g) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie kraju serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane adaptacyjne wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego określonego w § 6 ust. 1, na wykonane roboty budowlane, liczony od momentu zrealizowania i dokonania jego protokolarnego odbioru (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego). W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie nieodpłatnego serwisu zamontowanych urządzeń.

§8

1. W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % netto wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego bez względu na winę Wykonawcy.
4. Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy – i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy co do przesłanki odstąpienia – wtedy, gdy:
 - a. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
 - b. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.:
 - 1) dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innych zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy.
 - 2) Jeżeli w czasie realizacji umowy ulegnie nazwa, forma prawna, adres siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, strony zobowiązane są do powiadomienia siebie nawzajem o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do umowy,
 - 3) w przypadku, gdy zmiana ma charakter nadzwyczajny, niebywały i niezwykle (np. różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemia, operacje wojenne, strajk generalny). Zaistniała sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron umowy.
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
 - 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia.
 - 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,
 - 5) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 6) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznający dotację tj. Ministerstwo Zdrowia na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie.
4. Zmiany umowy, o których mowa w § 9 ust. 1-3 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§10

Zmiany umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są zmiany oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz zakres zmian nie został przewidziany w ogłoszeniu oraz SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zmianami) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie oraz obowiązujące przepisy prawa.

§12

1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
 - a) ze strony Zamawiającego:
Pan Tomasz Stoparek – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Zamawiającego – tel. 603-491-220.
 - b) ze strony Wykonawcy:
....., tel., faks:
 -, tel., faks:

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową została stronie prawidłowo doręczona.
3. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.

§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności

§14

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: