

Częstochowa, dn. 16.06.2014r

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH
I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH DO SSAKÓW,
KARDRIDŻY DO LAPAROSKOPII ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH.**

oznaczenie sprawy DAZ.26.043.2014
L.dz.1751.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy części nr 7

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający dopuści system, w którym połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię nie odbywa w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 8-10

Pytanie nr 2 : Prosimy o informację jakiego systemu były dotąd używane wkłady z każdym ze ssaków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 8,9,10

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, 9, 10 dopuści wkłady workowe z datą ważności umieszczoną na opakowaniu zbiorczym a nie fabrycznie na każdym wkładzie, bo wkład workowy jest wyrobem niesterylnym i normy nie nakładają obowiązku umieszczania dat ważności bezpośrednio na produkcie, natomiast na każdym wkładzie jednorazowym umieszczona jest data produkcji? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie nieodpłatne na czas trwania umowy wymaganej ilości uchwytów i pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkłady workowe z datą ważności umieszczoną na opakowaniu zbiorczym. Zamawiający dopuszcza użyczenie nieodpłatne na czas trwania umowy wymaganej ilości uchwytów i pojemników.

Dotyczy części nr 11

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 wymaga oryginalnych klipsów w kardridżach zawierających 10 klipsów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oryginalne klipsy w kardridżach zawierających 10 klipsów.

Dotyczy części nr 13

Pytanie nr 5: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 13, płynu dializacyjnego bezwapniowego o zawartości HCO₃ = 20 mmol/l. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 1 - PROTEZA TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I ŁĘDŹWIOWEGO

Pytanie nr 6: Czy ze względu na małą liczbę protez ujętych w postępowaniu przetargowym (2 szt), zamawiający zezwoli na dosyłanie instrumentarium łącznie z bankiem implantów na pojedyncze zabiegi po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dosyłanie instrumentarium łącznie z bankiem implantów na pojedyncze zabiegi po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu.

Pytanie nr 7: Prosimy aby zamawiający sprecyzował co dokładnie wchodzi w skład dodatkowej stabilizacji przednio-bocznej śrubami samogwintującymi kompatybilnymi z protezą trzonów kręgowych odcinka piersiowo-łędźwiowego? Czy są to same śruby, czy śruby z płytką ? (ile sztuk zamawiający wymaga, aby wchodziło w skład z jedną protezą trzonu, oraz czy wykonawca może zaproponować swój system kompatybilny z jego protezą oparty na konstrukcji płytki + 4 śruby samogwintujące)

Odpowiedź: Stabilizacja przednio-boczna w odle. Th-L dedykowana do własnej protezy trzon Th i L np. TeleFix, ArcoFix.

Dotyczy części nr 3 - ZESTAW DO STABILIZACJI W ODCINKU ŁĘDŹWIOWYM MIĘDZYWYROSTKOWY

Pytanie nr 8: Czy zamawiający dopuści implant o parametrach :

Implant do dystrykcji międzywyrstkowej po dokonaniu wcześniejszej dekompresji. Implant tytanowy, dostępny w rozmiarach od 8mm do 16mm (stopniowanie co 2mm). Implant sprężysty w kształcie litery M, umożliwiający

tłumienie dużych przeciążeń osiowych. Możliwość implantacji na wielu poziomach, dzięki specjalnemu ułożeniu skrzydeł blokujących. Skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz niewymagające rozchylenia podczas implantacji. Implanty kodowane kolorami, pakowane sterylnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Czy zamawiający zezwoli na dosyłanie pełnego instrumentarium razem z bankiem implantów, jednorazowo przed każdym zabiegiem, po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 4- ZESTAW DO STABILIZACJI W ODCINKU ŁĘDŹWIOWYM MIĘDZYWYROSTKOWY – II

Pytanie nr 10: Czy zamawiający dopuści implant o parametrach:

Cylindryczny implant wykonany z PEEK, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Technika implantacji małonwazyjna - przezskórna. Rozmiary implantu 8 - 16 mm (stopniowane co 2 mm). Możliwość powtarzalnego, kontrolowanego rozkładania/składania implantu „in situ”. Możliwość pewnego zakotwiczenia implantu o sąsiednie wyrostki kolczyste kręgosłupa (tytanowe wąsy). Możliwość implantacji wielopoziomowej. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 6 - ZESTAW DO VERTEBROPLASTYKI

Pytanie nr 11: Czy zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

- zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu
- cement kostny przystosowany do vertebroplastyki, widoczny na zdjęciach radiologicznych
- igły pakowane sterylnie, w komplecie (w 1 opakowaniu): 2 igły bocznie otwarte do podawania cementu, 2 trokary, 2 kaniule, 2 druty Kirschnera
- igły dostępne w rozmiarach 8, 10 i 12 kalibri. Dostępne igły bocznie ścięte oraz z końcem grotowym. -opcjonalnie dostępne igły biopsyjne o średnicach 8 i 10 kalibri. Igły kodowane kolorami. Zestawy igieł wyposażone w igły do podawania cementu bocznie otwarte.
- wymieszany cement jest przepychany z mieszalnika do strzykawek poprzez tłok działający na zasadzie gwintu umożliwiający jego płynny i swobodny przepływ
- strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w parametrach.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz