

Częstochowa, dn. 12.02.2016 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

Wykonanie Pełnej Opieki Serwisowej Przyśpieszaczy Wysokoenergetycznych, Symulatora, Oprogramowania Oncentra Masterplan, Compass oraz Dostawę Źródeł Promieniowania dla Aparatu do Brachyterapii i Pełna Opieka Serwisowa Aparatu do Brachyterapii- dla Zakładu Radioterapii.

Znak sprawy: DAZ.26.112.2015

L.dz. ...³⁵⁴.../16

WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawcę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1: Załącznik nr 5 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), część 2 nr 2 pkt.1 (tabela, pkt.2)

Prosimy o potwierdzenie, że na stacji roboczej TCS do aparatu microselectron mHDR, nie wymagana jest instalacja oprogramowania antywirusowego.

Odpowiedź: Na stacji roboczej TCS do aparatu microselectron mHDR nie wymagana jest instalacja oprogramowania antywirusowego.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 19.02.2016 r., godz. 12.00, termin otwarcia ofert: 19.02.2016 r., godz. 12.15.

Miejsce składania ofert, określone w § 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniosek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz
podpis

kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej