

Częstochowa, dn.28.06.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**dostawa : osprzętu do bronchofiberoskopu
BF 1T30 i BF 1T40 oraz soli ochronnej Calgonit
do zmywarki.**

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/043/1438 /12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2, podpunkt 1) oraz 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 4 ust. 4 do:

- 1) uzupełnienia braków ilościowych – w ciągu 48 godzin od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę za zasadną,
- 2) wymiany towaru wadliwego jakościowego, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę za zasadną”

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 podpunkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen netto”

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 podpunkt 10)

Czy Zamawiający może określić dopuszczalny procent ewentualnego ograniczenia zamówień częściowych w zakresie ilościowym względem zamówienia?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1a) oraz 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych naliczanych w przypadku nieterminowych realizacji zamówień z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1c) oraz 1d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 8

Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego, części nr 1, pozycja 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga, aby szczypce posiadały polerowaną część dystalną spirali dla lepszego przemieszczania się narzędzia w kanale roboczym?

Odpowiedź: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 9

Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego, części nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczka posiadała metalową kuleczkę szczelnie zamykająca tubę przed i po pobraniu wymazu.

Odpowiedź: Dopuszczamy ,ale nie wymagamy.

Pytanie 10-Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 11-Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 2: Czy Zamawiający w paragrafie 4 ustęp 2 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 3 -ch dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia, telefonicznie lub faksem, przez osobę wskazaną w ust. 4. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia, telefonicznie lub faksem, przez osobę wskazaną w ust. 4. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 12-Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy paragraf 4 ustęp 3 zapisu następującej treści: „W sytuacji konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym /na ratunek/ Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.”?

W przypadku akcesoriów endoskopowych nie ma możliwości realizacji zamówień w trybie „na ratunek”, sprzęt jest dostarczany sukcesywnie z możliwością analizy zapotrzebowania. Dodatkowo większość akcesoriów jest sprzętem wielorazowego użytku co daje możliwość ponownego wykorzystania podczas zabiegów.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 13- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany towaru wadliwego jakościowo, na wolny od wad był liczony w dniach roboczych (7 dni roboczych)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 14- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1a):. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%, gdyż kara umowna w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 15-Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1b):. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kary umowne za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki, zostały obniżone do 0,5%, gdyż kary umowne naliczane są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 16-Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1c):. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kary umowne za niezrealizowanie w dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części, zostały obniżone do 0,5%, gdyż kary umowne są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 17-Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1a), 1b) i 1c): Krajowa Izba Odwoławcza, w swoich wyrokach wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność proporcjonalności kary umownej zapisanej w umowie w stosunku do poniesionej straty. Dla przykładu cytujemy poniżej wyrok z dnia 6 września 2011 r.; Sygn. akt KIO 1800/11: *Zamawiający nie wziął w ogóle pod uwagę miarkowania kary umownej w stosunku do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Taki sposób formułowania postanowień umownych w tejże materii "gwarantuje" sądowy spór Wykonawcy z Zamawiającym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (w szczególności o przepis art. 484 ust. 2 kc.) Przykładowo w stosunku do czynności wykonywanych codziennie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy) Zamawiający w ogóle nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez Wykonawcę. Fakt ten sugerowałby, iż celem Zamawiającego nie jest dążenie do należytego wykonania umowy, a samo karanie Wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie do usunięcia usterek, co narusza art. 5 kc, art. 3531 kc w zw. z art. 14 ustawy pzp.*

Czy ze względu na zapis art. 484 § 2 KC, mówiący o tym, że dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (nawet w przypadku, gdy taki zapis znalazł się w podpisanej przez strony umowie), a tak jest w przypadku proponowanych przez Państwa warunków umownych, Zamawiający odstąpi od zapisów o tak wysokich karach w umowie i zamieni je na odpowiadające potencjalnej szkodzie?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 18 Dotyczy Części 6

Czy Zamawiający dopuści sól innej marki niż Calgonit o porównywalnych właściwościach i zastosowaniu? Powoływanie się na określoną markę jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: TAK. § 4 ust.4 SIWZ mówi o dopuszczeniu asortymentu równoważnego.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust.6 uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin wpłaty wadium i składania ofert na dzień **12.07.2012 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień **12.07.2012 r. godz. 10:15.**

Zatwierdził:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek.med. Kazimierz Pankiewicz