

**Zamawiający:**  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:  
**NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH  
I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  
DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI**  
oznaczenie sprawy DAZ.26.018.2015  
L.dz.815/15

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

### **Część Nr 28 - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB).**

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych uwalniających paklitaksel o nieznacznie zmienionych parametrach w zakresie?:

- dawka leku: 2  $\mu\text{g}/\text{mm}^2$  w mieszance substancji pomocniczych polisorbatu i sorbitolu - opatentowana formuła powłoki specjalnie zaprojektowana, aby zminimalizować utratę leku w czasie podczas wprowadzania przez introducer
  - materiał balonu: Pebax/Nylon
  - długości balonu: od 9mm do 40mm ( 5 długości dla średnic 1,5-3,5mm: 9/15/20/30/40mm; dla średnic 4,0-4,5mm : 15/30mm)
  - średnice balonu 1,5-4,5mm
  - *crossing profile* dla balonika 3,0mm – przed zdjęciem osłonki 0,047"
  - ciśnienie nominalne 6 atm
  - *distal shaft* 2,7/2,8F(dla średnic 4,0 i 4,5mm)
  - szaft proksymalny 1,7F dla średnic 1,5-3,0mm 2,0F dla 3,5-4,5mm
- Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego lek antymitotyczny (DEB) o ciśnieniu nominalnym 6 atm oraz ciśnieniu RBP 16 atm dla średnic 2,5-3,5mm oraz 13 atm dla średnicy 4,00mm. Pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Część Nr 19 - Zestawy obłożeniowe**

#### **A. Zestaw do koronarografii**

Pytanie Nr 3: poz. strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – Czy możemy zaproponować Państwu strzykawkę innego producenta, spełniającą określone w SIWZ parametry?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 4: poz. przewodnik diagnostyczny – Prosimy o dopuszczenie przewodnika diagnostycznego o długości 150 cm lub 260 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 5: poz. system oszczędzający środek kontrastowy – Prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, gdyż posiada ją tylko jedna Firma B.BRAUN.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 6: poz. igła Sterican 21 G 0,8 x 50 mm – prosimy o dopuszczenie igły innego producenta spełniającej te parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 7: poz. kleszczyki metalowe proste – prosimy o dopuszczenie długości 16 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

## **B. Zestawy obłożeniowe do implantacji**

Pytanie Nr 8: poz. igły Sterican 0,7 X 50 mm i 0,8 x 50 cm - prosimy o dopuszczenie igieł innego producenta spełniających te parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 9: poz. kompres Molinea 40 x 60 cm – prosimy o dopuszczenie kompresu innego producenta spełniającego te parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 10: poz. opatrunek hemostatyczny – prosimy o wydzielenie tej pozycji lub dopuszczenie równoważnego opatrunku spełniającego wymienione przeznaczenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

## **C. Zestaw do implantacji elektrod**

Pytanie Nr 11: poz. kompres Molinea 40 x 60 cm- prosimy o dopuszczenie kompresu innego producenta spełniającego te parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

Pytanie Nr 12: poz. kleszczyki metalowe proste – prosimy o dopuszczenie długości 16 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje parametry wg SIWZ.

## **Część Nr 22 - Linie do pomiaru ciśnienia**

Pytanie Nr 13: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia płytek i klamer do mocowania przetworników?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kabla do przetworników, pojedynczego, kompatybilnego z monitorami Philips?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15: Prosimy Zamawiającego o podanie do jakiego konkretnie modelu monitora Philips Zamawiający wymaga kabla i ile sztuk?

**Odpowiedź:** kabel 1 szt, jak do każdego monitora Philips (gniazdo zunifikowane).

Pytanie Nr 16: Czy Zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne linii za pomocą kolorowych naklejek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17: Czy Zamawiający dopuści konstrukcję linii do pomiaru ciśnienia nie zawierającą osobnego portu do testowania poprawności działania systemu pomiarowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## **Część Nr 37 - w postępowaniu nie występuje część 37 – pytania dotyczą Części Nr 22**

Pytanie Nr 18: Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość zaoferowania Zamawiającemu wysokiej jakości produktu w bardzo konkurencyjnej cenie, zwracamy się z następującym pytaniem:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworniki amerykańskiego producenta (dawny Abbot) - linia płuczka wyposażona w szpikulec z jednym otworem - wszelkie elementy (linie i kraniki) mają idealnie dobrane średnice co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację zakłóceń rezonansowych oraz wszystkich pęcherzyków powietrza.

Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami nie daje 100% pewności odpowietrzenia linii a jest jedynie wskazaniem na jednego producenta co uniemożliwia złożenie oferty innym Wykonawcom.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19: Prosimy o podanie ilości kabli, płytek oraz imadeł jakie ma zapewnić Wykonawca?

**Odpowiedź:** Wykonawca zapewnia: kabel – 1 szt; płytka 1 szt;

### **Część Nr 29 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji**

Pytanie Nr 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do kontrapulsacji wewnątrzortalnej w rozmiarze 7,5 Fr, 30ml i 40 ml, kompatybilnych z introduktorem 8 F dostarczanym w zestawie w ilości 2 sztuk [1 sztuka z portem bocznym, druga sztuka bez portu bocznego], każdy cewnik do kontrapulsacji posiada specjalną konstrukcję szafu zbrojoną metalowym opłotem, inną niż co-lumen, gwarantująca minimalizację oporu przepływu helu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **SIWZ i projekt umowy**

Pytanie Nr 21: Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 4 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz §7 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. a) oraz b) (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz § 10 ust. 1 pkt. a) (Załącznik nr 7 do SIWZ) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. c) (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz § 10 ust. 1 pkt. b) (Załącznik nr 7 do SIWZ) do 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24: Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §11 ust. 1 pkt. d) (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz §10 ust. 1 pkt. c) (Załącznik nr 7 do SIWZ) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia. Ponadto, kara określona w tym punkcie jest rażąco wysoka

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25: Prosimy Zamawiającego o modyfikację §11 ust. 4 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz §10 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia wykorzystanego asortymentu do 3 dni roboczych od otrzymania raportu/ protokołu zużycia (§5 ust. 13 wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §13 ust. 2 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz §12 ust. 2 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 28: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy §13 ust. 3-6 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz §12 ust. 3-6 (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §5 ust. 5 załącznika nr 6 na: „Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 6 miesięcy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do jego wymiany w ciągu 3 dni roboczych, na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w §6 ust. 1 pkt. 1). W przypadku braku zawiadomienia Zamawiający zobowiązuje się do zużycia w/w asortymentu.”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ust. 2) pkt. 2) załącznika nr 6 oraz §6 ust. 2 pkt. 2) załącznika nr 7 poprzez wydłużenie terminu przewidzianego na wymianę towaru wadliwego jakościowo do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 31: Zwracamy się z prośbą o dodanie do §9 ust. 1 pkt. 2) oraz §8 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 6 zastrzeżenia o treści: „w takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 32: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z §11 ust. 2 załącznika nr 6 oraz §10 ust. 2 załącznika nr 7 słów: „przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

**W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**  
**lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz**