

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto  
Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/ P-8/041/12

Częstochowa, dnia 15 maja 2012 r.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW** **ZAMÓWIENIA** zwana dalej (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

**„Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii”  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

**Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.**

**UWAGA !**  
**PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ**

**§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny**

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

NIP: 573-22-99-604

REGON: 001281053

Telefon: 034 367 36 74, faks: 034 367 36 74

Adres strony internetowej: [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl)

Adres poczty elektronicznej: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

**§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii**” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zwanego dalej „sprzętem” w ilości określonej w **Załączniku Nr 2 do SIWZ** oraz o parametrach technicznych określonych w **Załączniku Nr 5 do SIWZ**.
2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01 stycznia 2012 r.
3. Dostawa sprzętu obejmuje:
  - 1) dokonanie instalacji dostarczonego sprzętu u Zamawiającego,
  - 2) przeprowadzenia szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego sprzętu,
  - 3) dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i serwisowania w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń, certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury, założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń, i kart gwarancyjnych w języku polskim.
4. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji zgodnej z tą jaka została określona w tabelach parametrów technicznych stanowiących **Załącznik Nr 5 do SIWZ**, liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu przez Zamawiającego. Udzielona gwarancja będzie obejmowała cały dostarczony i zainstalowany sprzęt przez Wykonawcę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - **33182200-1** – Urządzenie do stymulacji pracy serca.

**§ 4. TERMIN WYKONANIA:**

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: do **30 dni** roboczych od daty zawarcia umowy.

**§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
**Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.**
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
**Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego dla kardiologii o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.**

**UWAGA:**

Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

**Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.**

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

**Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.**

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1)-4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

3. **W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.**

**§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANI:**

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na **Załączniku Nr 3 do SIWZ (oryginał)**.

- 2) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według **Załącznika Nr 7 do SIWZ (oryginał)**.

- 3) Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych dostaw, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostały wykonane należycie np. referencje.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru na **Załączniku Nr 4 do SIWZ (oryginał)**.

- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji.

3. **Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej specyfikacji.**

- 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), 2) oraz ust. 2 pkt. 1) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:**
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - 2) Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
- 4) Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców** (tzw. konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 SIWZ (lub w § 6 ust. 4 SIWZ – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio współników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
8. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:**
- 1) Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi **Załącznik Nr 1 do SIWZ**.
  - 2) Dokumentu dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. **CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności**. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski.
  - 3) Dokumentu (katalogu/folderu/ prospektu/instrukcji lub informacji od producenta sprzętu – w języku polskim z określeniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli „Parametry techniczne” stanowiącej **Załącznik Nr 5 do SIWZ**.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. **Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**

- 1) Wypełniony druk „**OFERTY**”, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący **Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał)**.
- 2) Formularz cenowy, stanowiący **Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał)**.
- 3) Parametry techniczne, stanowiące **Załącznik Nr 5 do SIWZ (oryginał)**.
- 4) Zestawienie parametrów ocenianych, stanowiące **Załącznik Nr 6 do SIWZ (oryginał)**.

**§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem ust. 4. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty, winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.
3. **Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.**
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa  
faks: (34) 367-36-74**
7. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
8. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.
9. **Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są:**  
**w sprawach formalno-prawnych:**  
p. Grażyna Kukuła - Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, tel. i faks: (034) 347-36-74  
**w sprawach merytorycznych:**  
lek. med. Sławomir Foremny tel. (34) 367-34-56  
p. Andrzej Misztela – tel. (034) 367-38-29
10. Czas pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 –

**§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Połowa terminu składania ofert upływa w dniu 27. 06.2012 r.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w ust. 2.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

#### **§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi **30 dni**.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” – stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ – bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
6. **Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczętą pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.**
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
11. W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzuceni wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:  
**„Postępowanie Nr P-8/041/12. Oferta przetargowa na „Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118. Proszę nie otwierać przed .....”** ,

oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Białska 104/118  
42-200 Częstochowa  
Kancelaria, nr pokoju 356 (II piętro)**

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

## **§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Oferty należy składać do dnia **2 lipca 2012 r. do godz. 10:00** na adres:  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa  
Kancelaria, nr pokoju 356 (II piętro)**
2. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja Przetargowa zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 lipca 2012 r. o godz. 10:15** w pokoju 310 w siedzibie Zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji poda Wykonawcom do wiadomości: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
7. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z treścią złożonych ofert w godz. 9:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznego pod nr: (34) 367-36-74 .

## **§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowiąc będzie formularz cenowy – Załącznik do oferty, według następujących zasad:

- 1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę;
  - 2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**;
  - 3) cena netto musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia;
  - 4) brak wypełnienia i określenia ceny w formularzu cenowym i w druku OFERTA spowoduje odrzucenie oferty;
  - 5) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie jednostkowej netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;
  - 6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
  - 7) zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty;
  - 8) przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obejmującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

**§ 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:**

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

Lp.	Kryterium	waga w %
1	Cena brutto	70%
2	Parametry techniczne	30%

2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

**1) Kryterium „Cena brutto”**

Obliczana będzie według wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times 70\%$$

**2) Kryterium - „Parametry techniczne”**

Określone według wzoru:

$$P = \frac{\text{Ilość punktów małych uzyskanych w ofercie ocenianej}}{\text{Maksymalna ilość punktów małych do uzyskania (100)}} \times 100 \times 30\%$$

3. Ocena końcowa kryterium:  
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i i parametry techniczne odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego (suma punktów za „cenę brutto” i „parametry techniczne”).
4. **Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**



#### 5. **Aukcja elektroniczna:**

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. Wykonawca w toku aukcji „poprawia” swoją ofertę złożoną przed aukcją. Warunki przeprowadzania aukcji zostaną przekazane w zaproszeniu zgodnie z art. 91b ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 6. **Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:**

- 1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP ([www.soldea.pl](http://www.soldea.pl)).
- 2) Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.
- 3) Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
- 4) Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.
- 5) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego: **drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w oświadczeniu rejestracyjnym).**
- 6) Wykonawcy potwierdzają faksem fakt otrzymania zaproszeń drogą elektroniczną niezwłocznie po ich otrzymania na numer faksu: **(34) 367-36-74** lub adres e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl).
- 7) **Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą EPP.**
  - a) komputer klasy PC, system operacyjny: Windows 2000/XP/VISTA/7,
  - b) sprawne łącze internetowe,
  - c) dostęp do Internetu bez pośrednictwa serwera Proxy,
  - d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy, FireFox, Google Chrome,
  - e) zainstalowany program Java (bezpłatny, Sun Microsystem Inc.) oraz aplet Java pobierany ze strony Operatora [www.soldea.pl](http://www.soldea.pl) w trakcie przygotowania stanowiska do aukcji.
  - f) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

#### 7. **UWAGA: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego.**

**POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM UDZIAŁU W AUKCJI.**

**Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego waha się w granicach 3-8 dni.**

8. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją.
9. Adres strony na której będzie prowadzona aukcja: <http://www.soldea.pl> .

#### 10. **UWAGA:**

Zwyczajny Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony druk „OFERTY” (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i formularza cenowego (Załącznik Nr 2 do SIWZ), uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.

11. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji elektronicznej lub, gdy po przeprowadzeniu aukcji nie ulegnie zmianie wybór najkorzystniejszej oferty, wiążąca jest ocena dokonana w § 14 ust. 2 niniejszej specyfikacji.

### **§ 15. UDZIELENIE ZAMÓWIOENIA:**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ([www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne) i w swojej siedzibie na „Tablicy Ogłoszeń”.
4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

**§ 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawca będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć do Działu Zamówień Publicznych (pokój 310-II piętro) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię) celem przygotowania umowy.

**§ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ALBO ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

Wzór umowy stanowi [Załącznik Nr 9 do SIWZ](#).

**§ 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

**§ 20. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7. **Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91a ustawy Prawo zamówień publicznych.**
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:**

- Zał. Nr 1 - Druk „OFERTA” .
- Zał. Nr 2 - Formularz cenowy.
- Zał. Nr 3 – Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zał. Nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zał. Nr 5 - Parametry techniczne.
- Zał. Nr 6 - Zestawienie parametrów ocenianych.
- Zał. Nr 7– Wykaz dostaw, spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ.
- Zał. Nr 8 - Zobowiązanie – jeżeli dotyczy.
- Zał. Nr 9 – Wzór umowy.

Częstochowa, dnia 15 czerwca 2012 r.

**ZATWIERDZAM**  
**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP**  
**w Częstochowie**  
**Kazimierz Pankiewicz**

.....  
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  
Adres\*: .....  
REGON\*: .....  
NIP\*: .....  
.....  
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym\*  
.....  
numer faksu wraz z numerem kierunkowym\*  
.....  
adres e-mail Wykonawcy\*

## **OFERTA**

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**  
**42-200 Częstochowa**  
**ul. Bialska 104/118**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii**” **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

**Cena brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ..... zł  
słownie złotych: .....  
w tym **podatek VAT** w wysokości ... %, tj. : ..... zł  
słownie złotych: .....  
**Cena netto** w wysokości: ..... zł  
słownie złotych: .....

2. **Termin realizacji zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności** zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonaliśmy dostawy spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ. Wykaz tych dostaw sporządzony na Załączniku Nr 7 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
  - 1) .....
  - 2) .....
11. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
 

.....

.....

.....

.....

.....

**13. Wskazujemy dane niezbędne do aukcji elektronicznej:**

- 1) **Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login- hasło, umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.**

.....

.....
  - 2) **Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej za jego poufność.**

.....

.....
- Nr telefonu:** .....
- 3) **Oświadczam, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.**

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

\* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.



**FORMULARZ CENOWY**

Przedmiot zamówienia: **Aparat do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz. 3 x 4)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość podatku VAT (poz. 5 X 6)	Wartość brutto (poz. 5+7)	Nazwa handlowa	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aparat do elektrofizjologii .	<b>1</b>							
<b>suma:</b>									

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*





.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Zamawiającego)

**OŚWIADCZENIE**  
**z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii”  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”**

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*

UWAGA:  
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, składa co najmniej jeden ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej w imieniu swoim i pozostałych Wykonawców.

.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Zamawiającego)

**OŚWIADCZENIE**  
**z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii”  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”**

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*

UWAGA:  
*W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.*

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Przedmiot zamówienia:** Aparat do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii.  
**Sztuk:** 1 sztuka  
**Producent :** .....  
**Nazwa - model/typ:** .....  
**Kraj pochodzenia:** .....  
**Rok produkcji:** ..... (2012 rok)

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

Lp.	OPIS PARAMETRU/WARUNEK	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ	OCENA Punkty
<b>POMPA DO IRYGACJI</b>				
1.	WSPÓŁPRACA Z ELEKTRODAMI ABLACYJNYMI/RÓŻNYCH PRODUCENTÓW ( OMÓWIĆ )	TAK		
2.	WSPÓŁPRACA Z GENERATORAMI PRĄDU/ RÓŻNYCH PRODUCENTÓW( OMÓWIĆ )	TAK		
3.	WYKRYWALNOŚĆ PĘCHERZYKA POWIETRZA PRZEZ DETEKTOR/ MAKSYMALNIE 2µl	TAK		
4.	PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU/ MINIMUM OD 1 DO 40 ml/min	TAK		
5.	KROK REGULACJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU/ MINIMUM OD 1 DO 40 ml/min	TAK		
6.	KROK REGULACJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU CO NAJWYŻEJ 1ml/min	TAK		
7.	KONTROLA CAŁKOWITEJ OBJĘTOŚĆ IRYGACJI/ ŚLEDZENIE WYŚWIETLANIE	TAK		
8.	ZASILANIE/ 230V +/- 10%	TAK		
<b>GENERATOR</b>				
9.	MOC/CO NAJMNIEJ 1-150W	TAK		
10.	WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI ELEKTROFIZJOLOGICZNYMI RÓŻNYCH PRODUCENTÓW	TAK		
11.	WSPÓŁPRACA Z ELEKTRODAMI/ -BARD - BIOSENSE-WEBSTER - MEDTRONIC - ST JUDE MEDICAL - BIOTRONIK	TAK		
12.	MONITOROWANIE PARAMETRÓW ABLACJI/ CIĄGŁE, W CZASIE RZECZYWISTYM	TAK		
13.	TEMPERATURA NOMINALNA/MINIMUM DO 80°C	TAK		
14.	KROK REGULACJI TEMPERATURY/ CO NAJWYŻEJ 1°C	TAK		
15.	REJESTRACJA POTENCJAŁÓW WEWNĄTRZSERCOWYCH Z PIERŚCIENI DYSTALNYCH W TRAKCIE TRWANIA APLIKACJI PRĄDU RF	TAK		
16.	PARAMETRY PROGRAMOWALNE ODCINAJĄCE ŻĄDANĄ APLIKACJĘ / - ENERGIA - TEMPERATURA - OPORNOŚĆ	TAK		

17.	MODUŁ STERUJĄCY GENERATORA / STEROWANIE Z ODLEGŁOŚCI MOCĄ , TEMPERATURĄ , IMPEDANCJĄ I CZASEM	TAK		
18.	TRYBY KONTROLI/ - MOCY - TEMPERATURY	TAK		
19.	ZASILANIE 230V +/-10%	TAK		
<b>JEDNOSTKA CENTRALNA</b>				
20.	ZASILANIE / 230V +/-10%	TAK		
21.	SYSTEM ELEKTROFIZJOLOGICZNY ZINTEGROWANY / ZAWARTOŚĆ: -KOMPUTER STERUJĄCY -WZMACNIACZ ELEKTROFIZJOLOGICZNY -STYMULATOR WIELOFUNKCYJNY -DRUKARKA LASEROWA -BIURKO(A) JEZDNE	TAK		
22.	JEDNOSTKA CENTRALNA/ KOMPUTER STERUJĄCY	TAK		
23.	KOMPUTER STERUJĄCY/ RAM: MIN 2GB DYSK TWARDY: MIN 160GB NAPĘD DVD DYSK ZEWNĘTRZNY 1TB	TAK		
24.	OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE / ZGODNE Z ZALECENIEM PRODUCENTA	TAK		
25.	ZAPIS DANYCH / BEZPOŚREDNIO NA DYSKU TWARDYM	TAK		
26.	DYSK TWARDY / POZWALAJĄCY NA WIELOKROTNY ZAPIS I KASOWANIE DANYCH	TAK		
27.	ARCHIWIZACJA BADAŃ / - DYSK ZEWNĘTRZNY 1TB -NA DYSKU DVD -Z POZIOMU OPROGRAMOWANIA DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH	TAK		
28.	STEROWANIE SYSTEMU / KLAWIARURA I MYSZ	TAK		
29.	KONFIGURACJA SYSTEMU / ZAPEWNIONA WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI DO TRÓJWYMIAROWEJ ANALIZY I MAPOWANIA SERCA	TAK		
30.	BIURKO JEZDNE POD ZESTAW APARATURY / 1 LUB 2 DOWYBORU PRZEZ ZAMAWIJĄCEGO ZALEŻNIE OD WYMOGÓW INSTALACJI	TAK		
31.	DRUKARKA LASEROWA / Z ZAPASOWYM TONEREM	TAK		
32.	TRANSFORMATORY SEPARUJĄCE / 1 LUB 2 ZALEŻNIE OD WYMOGÓW SYSTEMU	TAK		
33.	MONITORY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI / PRZEKĄTNA MIN 21" ROZDZIELCZOŚĆ MIN 1200X1600 PIKSELI	TAK		
34.	IŁOŚĆ MONITORÓW / 4 szt.	TAK		
35.	WSPÓŁPRACA Z DOSTĘPNYMI NA RYNKU POLSKIM GENERATORAMI PRĄDU RF I POMPAMI DO IRYGACJI	TAK		
36.	WSPÓŁPRACA Z RAMENIEM C PHILIPS PULSERA	OKREŚLIĆ		
<b>OPROGRAMOWANIE</b>				
37.	OPRACOWANIE SYGNAŁU / - ODBIÓR - ZAPAMIĘTANIE	TAK		

	- PRZEGLĄD DANYCH - ANALIZA DANYCH - PRZEGLĄD WYDARZEŃ - KONTROLA PARAMETRÓW ABLACJI			
38.	PRZEBIEGI EKG I SYGNAŁY WEWNĄTRZSERCOWE /PREZENTACJA W CZASIE RZECZYWISTYM	TAK		
39.	POST PROCESSING SYGNAŁÓW ZAREJESTROWANYCH / - PRZEGLĄDANIE - ANALIZA	TAK		
40.	WYDARZENIA: - ZAPIS - WPROWADZENIA KOMENTARZA	TAK		
41.	ELASTYCZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA / WYKONYWANIE WIELU ZADAŃ JEDNOCZEŚNIE ( KAŻDA KOMBINACJA AKWIZYCJI SYGNAŁÓW WEWNĄTRZSERCOWYCH, ZAPISU, PRZEBIEGÓW W CZASIE RZECZYWISTYM I W TRYBIE HOLTERA, ANALIZY DANYCH Z BADANIA	TAK		
42.	PREZENTACJA BIEŻĄCEGO RYTMU PACJENTA / CO NAJMNIEJ 2 KANAŁY	TAK		
43.	PODSTAWA CZASU W CZASIE RZECZYWISTYM / CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE 25-400MM/S	TAK		
44.	PODSTAWA CZASU WYDRUKU / CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE 25-400MM/S	TAK		
45.	PARAMETRY ABLACJI / GROMADZONE AUTOMATYCZNIE	TAK		
46.	PREZENTACJA PARAMETRÓW ABLACJI / GRAFICZNA I CYFROWA	TAK		
47.	FLUOROSKOPIA / AKWIZYCJA I PRZECHOWANIE OBRAZU SKOLEROWANEJ Z ZAPISEM EKG	TAK		
48.	KONFIGURACJA KANAŁÓW / CO NAJMNIEJ 6 MOŻLIWOŚCI SZABLONÓW	TAK		
49.	USTAWIENIE PARAMETRÓW W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH WEWNĄTRZSERCOWYCH / NIEZALEŻNE	TAK		
50.	WYBÓR KANAŁU STYMULACJI / BEZPOŚREDNIO Z EKRANU BEZ INGERENCJI W MENU	TAK		
51.	DEFINIOWANIE KANAŁÓW BIPOLARNYCH / ODBIORCZY / STYMULACYJNY WYBÓR Z POZIOMU EKRANU	TAK		
52.	TWORZENIE STRON KANAŁÓW / - EKG - IC WEWNĄTRZSERCOWYCH - HALLO - ABLACJA	TAK		
53.	REJESTRACJA SYGNAŁU UNIPOLARNEGO / DOWOLNY KANAŁ	TAK		
54.	PROTOKÓŁ BADANIA / KONFIGURACJA	TAK		
55.	AUTOMATYCZNA DETEKcja APLIKACJI RF	TAK		
56.	AUTOMATYCZNA AKWIZYCJA PARAMETRÓW APLIKACJI RF	TAK		
57.	AUTOMATYCZNA DETEKcja IMPULSÓW STYMULATORA	TAK		
58.	TWORZENIE KOMENTARZY W CZASIE RZECZYWISTYM	TAK		
59.	MOŻLIWOŚĆ ANALIZY PRZEBIEGÓW EKG	TAK		
60.	WYKONYWANIE POMIARÓW ODSTĘPÓW	TAK		

61.	TRYB WYŚWIETLANIA SYNCHRONICZNEGO	TAK		
62.	PREZENTACJA ZAPISÓW JAK HOLTER	TAK		
63.	WYDRUK RAPORTÓW, WYKRESÓW, WZORCÓW POBUDZEŃ I INNYCH DANYCH W CZASIE PRZEGLĄDANIA I ANALIZY BADANIA	TAK		
64.	TWORZENIE WŁASNYCH RAPORTÓW BADAŃ	TAK		
65.	WYŚWIETLANIE I MIERZENIE AMPLITUDY MIN. 2 KANAŁÓW CIŚNIEŃ	TAK		
<b>WZMACNIACZ</b>				
66.	KANAŁY EKG / MIN 12	TAK		
67.	INWAZYJNE KANAŁY CIŚNIENIA / MIN 4	TAK		
68.	KANAŁY STYMULACJI / MIN 4	TAK		
69.	KANAŁY WEWNĄTRZSERCOWE BIPOLARNE / MIN 50	TAK		
70.	UPGRADE WZMACNIACZA / MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA ILOŚCI KANAŁÓW WEWNĄTRZSERCOWYCH BIPOLARNYCH W PRZYSZŁOŚCI	TAK		
71.	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA / MIN 1 kHz	TAK		
72.	PARAMETRY KANAŁU WEWNĄTRZSERCOWEGO / O NIEZALEŻNIE USTAWIANYCH PARAMETRACH : - WZMOCNIENIA - KOLORU - FILTROWANIA - CZĘSTOTLIWOŚCI	TAK		
73.	FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY / MIN 0,05-200Hz	TAK		
74.	FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY / MIN 10-500Hz	TAK		
75.	FILTR WYCINAJĄCY / 50Hz I 60Hz	TAK		
76.	ZABEZPIECZENIE PRZED DEFIBRYLACJĄ	TAK		
77.	PRZETWORNIK AC / MIN 12BIT OKREŚLENIE PRZY DANEJ CZĘSTOŚCI PRÓBKOWANIA	TAK		MAX 60 pkt. POZOSTAŁE PROPORCJONALNIE
78.	TRANSLACJA AC / JEDNOKROTNA	TAK		
79.	OBRÓBKA SYSTEMÓW UNIPOLARNYCH	TAK/NIE	OPIS	TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
<b>STYMULATOR</b>				
80.	INTEGRACJA Z SYSTEMEM REJESTRUJĄCYM ZE STEROWANIEM Z EKRANU DOTYKOWEGO SYSTEMU	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
81.	OBSŁUGA / ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO , KLAWIATURY LUB MYSZY SYSTEMOWEJ ZALEŻNIE OD WYBORU OPERATORA	TAK		
82.	ZASILANIE / 230V +/-15%	TAK		
83.	ZASILANIE ZAPASOWE / CZAS PRACY CO NAJMNIEJ 2 GODZINY	TAK		
84.	KANAŁY STYMULACJI / NIEZALEŻNE , CO NAJMNIEJ 2	TAK		
85.	TRYBY STYMULACJI / -SZTYWNY -HAMOWANY IMPULSEM WŁASNYM -WYZWALANY IMPULSEM DODATKOWYM	TAK		
86.	AMPLITUDA IMPULSU STYMULACJI / CO NAJMNIEJ 0,1mA-20mA ZE SKOKIEM 0,1mA	TAK		
87.	CZAS TRWANIA IMPULSU / ZAKRES CO NAJMNIEJ 0,1ms-10,0ms	TAK		
88.	FABRYCZNE PROTOKOŁY INDUKCJI IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH / CO NAJMNIEJ 6	TAK		

89.	DEFINIOWALNE PROTOKOŁY INDUKCJI IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH / CO NAJMNIJ 10	TAK		
90.	CZAS TRWANIA IMPULSU BODŹCA S1 / CO NAJMNIJ 180ms-9990ms	TAK		
91.	CZAS TRWANIA IMPULSU BURST / CO NAJMNIJ 30ms-999m	TAK		
92.	LICZBA NIEZALEŻNYCH DODATKOWYCH BODŹCÓW STYMULACYJNYCH / CO NAJMNIJ 5	TAK		
93.	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY IMPULSÓW STYMULUJĄCYCH / Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI	TAK		
<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>				
94.	ELEKTRODY 4 POLOWE O STAŁEJ KRZYWIŹNIE 10szt.	TAK		
95.	ELEKTRODY 10 POLOWE O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE 10 szt.	TAK		
96.	ELEKTRODY ABLACYJNE 4mm i 8mm do wyboru 10 szt.	TAK		
97.	KABLE DO ELEKTROD 30 szt.	TAK		
<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>				
98.	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,	PODAĆ		
99.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2012	TAK		
100.	Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych.	TAK		
101.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.	TAK		
102.	Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.	TAK		
103.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK		
104.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat,	TAK		
105.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.	TAK		
106.	Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń.	TAK		
107.	Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów,	TAK		
108.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego	TAK		
109.	Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury.	TAK		
110.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	TAK		

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .....

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

**Przedmiot zamówienia: Aparat do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii**

### WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	PARAMETRY OCENIANE	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAC	OCENA Punkty
<b>WZMACNIACZ</b>				
1.	PRZETWORNIK AC / MIN 12BIT OKREŚLENIE PRZY DANEJ CZĘSTOŚCI PRÓBKOWANIA	TAK		MAX 60 pkt. POZOSTAŁE PROPORCJONALNIE*
2.	TRANSLACJA AC / JEDNOKROTNA	TAK		
3.	OBRÓBKA SYSTEMÓW UNIPOLARNYCH	TAK/NIE	OPIS	TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
<b>STYMULATOR</b>				
4.	INTEGRACJA Z SYSTEMEM REJESTRUJĄCYM ZE STEROWANIEM Z EKRANU DOTYKOWEGO SYSTEMU	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
<b>Maksymalna ilość punktów do uzyskania:</b>				<b>100 pkt</b>

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli parametrów technicznych.

**\* WG. WZORU**

$$X = \frac{N_{1,2,\dots} \times 60 \text{ pkt}}{N_{\text{MAX}}}$$

Gdzie: X- liczba otrzymanych punktów  
 $N_{1,2,\dots}$  - ilość bitów w proponowanych przez oferenta  
 $N_{\text{MAX}}$  – zaoferowana maksymalna ilość bitów

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*

.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Zamawiającego)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**  
spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2)  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii”  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”**

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych dostaw.

Lp.	Przedmiot zamówienia (dostawa)	Wartość wykonanych dostaw (PLN) wg umowy	Data wykonania (podać datę zakończenia dzień/m-c/rok)	Nazwa odbiorcy (nazwa, adres, telefon)

*(powtórzyć tabelę w razie konieczności)*

Do wszystkich podanych w wykazie pozycji proszę załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy*

## **ZOBOWIĄZANIE\***

**Nazwa Podmiotu:** .....

**Adres:** .....

**Telefonu do kontaktów:** .....

**Faks do kontaktu:** .....

Działając na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy:

.....  
Nazwa Wykonawcy

.....  
Nazwa Wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie\*\*

- wiedzy i doświadczenia,**
- potencjału technicznego,**
- osób zdolnych do wykonania zamówienia,**
- zdolności finansowych,**

**na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia**

Proszę wskazać formę zaangażowania w wykonywanie zamówienia (np. bezpośredni udział w realizacji części zamówienia – podwykonawstwo, doradztwo, nadzór, szkolenia, konsultacje, przekazanie know-how): .....

.....

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej  
oddającej do dyspozycji zasoby*

\*) wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy

\*\*) wybrać właściwe (zaznaczyć znakiem „X”)

**UMOWA Nr P-8/..... – wzór umowy**

zawarta w dniu ..... 2012 r. w ....., pomiędzy:

**WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY**  
**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa**

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej „Zamawiającym”

który reprezentuje:

**Kazimierz Pankiewicz - Dyrektor Szpitala**

a

REGON: .....

NIP: .....

zwanym dalej „Wykonawcą”

którą reprezentuje:

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest **„Zakup aparatu do elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii”** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określony został w tabeli zawierającej parametry techniczne, a stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta poznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują).

**§2**

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu cenowym załączonym do niniejszej umowy (**Załącznik Nr 2**) i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników, i inne, jeśli występują).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto ..... PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę **brutto** ..... **PLN** (słownie: .....

**§3**

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie **30 dni** roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

#### §4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.
4. Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.
5. Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje obsługi i serwisowania w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń, certyfikaty dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury, założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń, i kart gwarancyjnych w języku polskim) zostanie stwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

#### §5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
2. W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

#### §6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym sporządzonym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji **3** napraw sprzętu, nie wynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, niewynikającej z winy Zamawiającego, dostarczy nowy sprzęt w terminie **10** dni od dnia stwierdzenia w/w awarii.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji **3 takich samych** napraw tego samego sprzętu (elementu systemu), nie wynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie **10** dni od dnia stwierdzenia w/w awarii.

#### §7

1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.
2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.
3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

## §8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.
3. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad w ciągu **10** dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

## §9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

## §10

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT na kwotę umowną określoną w § 2 ust. 3 umowy.
2. Na fakturze VAT Wykonawca jest zobowiązany powołać się na numer niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po całkowitym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzytelności Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego i wyczerpaniu trybu określonego w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiegokolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem
7. Faktura niezgodna z postanowieniami § 10 ust. 6, niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## §11

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy.
3. W przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia 5 dniowego czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 2 umowy.

5. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

## §12

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie **10** dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5 ze skutkami określonymi w § 10 ust. 4 umowy.
3. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:
  - 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
  - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
  - 3) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług za przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności ceny brutto oferty.
6. Zmiany umowy o których mowa w § 12 ust. 2 –5 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.

## §13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
  - 1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
  - 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

## §14

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

## §15

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr ... do niniejszej umowy.

## §16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 <b>Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala</b>	Nr edycji: 1 Strona 1 i 2

**W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
  - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
  - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
  - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
  - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
  - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
  - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
    - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
    - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
    - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
    - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
  - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
  - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
  - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
  - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
    - bez wycieków oleju,
    - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
  - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
  - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
  - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

**Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.**

**Wykonawca:**

**Zlecający:**

Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	Artur Piekacz
Data:		Data:	
Podpis		Podpis	