



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04

fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 24-07-2019r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA APARATU „ANGIO-OCT” DLA ODDZIAŁU OKULISTYKI

oznaczenie sprawy: DEZ.26.072.2019

L.dz. 2886 /19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

1. Ad.1. Czy Zamawiający dopuści aparat o źródle światła o długości 880 nm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o źródle światła o długości fali 880 nm.

2. Ad.2. Czy Zamawiający wymaga możliwości obrazowania w trybie angiografii fluoresceinowej w zakresie kątowym min. 135 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga możliwości obrazowania w trybie angiografii fluoresceinowej w zakresie kątowym min. 135 stopni.

3. Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści aparat o rozdzielczości osiowej cyfrowej wynoszącej 3,9µm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o rozdzielczości osiowej cyfrowej wynoszącej 3,9 µm.

4. Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości skanu 8,3 / 11 / 16,6 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o szerokości skanu 8,3 / 11 / 16,6 mm.

5. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści aparat o możliwości wykonywania pomiarów grubości rogówki oraz pomiarów kątów przesączania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o takich możliwościach wykonywania pomiarów.

6. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści aparat o możliwości wykonywania skanu przedniego odcinka oka o rozmiarze 16,6mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o możliwości wykonywania skanu przedniego odcinka oka o rozmiarze 16,6mm.

7. Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści aparat o możliwości wykonywania konfokalnych skanów źródłem światła o długości fali 815nm, angiografii fluoresceinowej FA oraz autofluorescencji FAF?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o możliwości wykonywania konfokalnych skanów źródłem światła o długości fali 815nm.

8. Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści aparat z normatywną bazą pacjentów dotyczącą grubości siatkówki, grubości włókien nerwowych RNFL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ.

9. Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści aparat o ergonomicznej budowie głowicy z zewnętrznym ekranem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści taki aparat

10. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści aparat z wewnętrznym fiksatorem z możliwością zmiany położenia punktu fiksacyjnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści taki aparat.

11. Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści aparat z manualną regulacją podbródka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ.

12. Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną analizą grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego podczas wykonania jednego skanowania 3D?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ.

13. Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych B-skanów, filmów z badania angiografii fluoresceinowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ.

14. Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach skanu 3D na siatkówce 9 mm x 9 mm x 8 mm? dopuści dekalinę o temperaturze wrzenia 141-143°C, lepkości 2,57- 2,61 cSt (5 mPas)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o wymiarach skanu 3D na siatkówce 9 mm x 9 mm x 8 mm.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający zachowuje wyznaczony termin składania i otwarcia ofert.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie
Zbigniew Bajkowski