

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 04...-02-2016r.

**Znak sprawy: DAZ.26.003.2016**

L.dz. 281.../16

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych chirurgicznych obłożeń pola operacyjnego do wybranych zabiegów operacyjnych.


## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

### Część nr 1

**Pytanie 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 2 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Część nr 2

**Pytanie 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 niżej opisanego zestawu?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, z otworem 18 x 16 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 3

**Pytanie 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m<sup>2</sup>


Gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 4

**Pytanie 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Część nr 5

**Pytanie 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 5 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 2 ręczniki do rąk
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami, perforowana końcówka
- 1 osłona na nogę 36 x 65 cm
- 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm





Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m<sup>2</sup>

Gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Część nr 2**

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do cięcia cesarskiego z serwetą dla noworodka w rozmiarze 90 x 100 cm i z czterema ręcznikami? Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej torba na zbiórkę płynów z lejkiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Część nr 3**

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do laparoskopii z serwetą do laparoskopii z otworem w okolicy jamy brzusznej w rozmiarze 28 x 32 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Część nr 4**

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do laparoskopii (pozycja ginekologiczna) z serwetą do laparoskopii z otworem w okolicy jamy brzusznej w rozmiarze 28 x 32 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Część nr 1**

Pytanie 9: czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gram. min. 55 g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności min. 200 cm H<sub>2</sub>O z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Część nr 2**

Pytanie 10: czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gram. 55 g/m<sup>2</sup> bez wzmocnień w strefie krytycznej i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny bez folii chirurgicznej (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## LUB

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 3

Pytanie 11: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej

o gram. 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Część nr 4

Pytanie 12: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej

o gram. 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 1; 2; 3; 4

#### WYMAGANIA

Pytanie 13: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów pakowanych w opakowania wyposażone w jedną 2-częściową etykietę samoprzylepną zawierającą nr katalogowy, nr LOT, datę ważności, logo producenta i kod EAN, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania określone w formularzu asortymentowo-cenowym dla części 1,2,3,4,5 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. tj. wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu co najmniej 2 jednakowe etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### Część nr 2

Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 2 serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x140 cm, wykonanej z mocnej folii PE warstwy chłonnej wykonanej z dwuwarstwowego, chłonnego laminatu. Serweta złożona z dużym wywinięciem, ułatwiającym sprawną i łatwą aplikację.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15: Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w części nr 2 ręczników w rozmiarze 30x35 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 2 serwety dla noworodka w rozmiarze 70x80 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 2 serwety do serwety do cięcia cesarskiego w rozmiarze 200x300 cm, z otworem w 25x30cm, z folią chirurgiczną i torbą do przechwytywania płynów. Serweta dwuwarstwowa z laminatu o gr min 61g/m<sup>2</sup> wzmocniona w strefie krytycznej trójwarstwowym laminatem o gramaturze min 105g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Część nr 1**

Pytanie 18: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Część nr 2**

Pytanie 19: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,



z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>

1x taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Część nr 3**

Pytanie 20: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 cm x 260 cm

Serweta z włókniny, typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>., z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica, 70 cm x 120 cm

Wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>., z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 cm x 50 cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 cm x 250 cm

Ośłona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu.

Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 17cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii.

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



#### **Część nr 4**

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 cm x 260 cm

Serweta z włókniny, typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z przyklepniętym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 cm x 120 cm

Wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z podwójnie wywinieciem brzegiem

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 cm x 50 cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 cm x 250 cm

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przyklepcem

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Część nr 5**

**Pytanie 22:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w

polunekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łata chłonna wykonana z włókniny i

laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>



Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

Pytanie 23 Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	240x150
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20

Materiał obłożenia zgodny z normą EN 13795, na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; na opakowaniu wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 24 Część 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)	Kształt otworu
serweta z workiem, folią chirurgiczną	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	320x180	PROST.



podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20	

Materiał obłożenia zgodny z normą EN 13795, na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; na opakowaniu wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 25 Część 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłuższ.(cm)	Kształt otworu	Wielkość otworów (dłższ;średnica)
serweta z otworem trapez i przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H2O	300x180	TRAPEZ	28x20x19
kieszonka na płyny z kształtką	1	PE - 2K	42x35		
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20		

Materiał obłożenia zgodny z normą EN 13795, na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; na opakowaniu wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 26 Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:



Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz.(cm)	Kształt otworu	Wielkość otworów (dłxsz;średnica)
serwetaw kształcie litery T z otworem 30 cm x 34 cm, klejonym i zintegrowanymi nogawicami	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	260x240	PROST.	30x34
kieszka na płyny z kształtką	2	PE - 2K	42x35		
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20		

Materiał obłożenia zgodny z normą EN 13795, na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; na opakowaniu wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 27 Część 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz.(cm)	Kształt otworu	Wielkość otworów (dłxsz;średnica)
serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ; laminat dwuwarstwowy; nieprzemakalność 250 cm H <sub>2</sub> O	75x37		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		



serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20		

Materiał obłożenia zgodny z normą EN 13795, na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności, dane producenta; na opakowaniu wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania?

Dodatkowo do zestawu zostanie wyceniona integralnie zapakowana sterylna, foliowa osłona na kamerę 13x244cm z kartonikiem i taśmą klejącą, dostarczona wraz z zestawem w jednym opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytania 28 dotyczące umowy:

**1.** Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostały dodane słowa „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 8 ust. 4 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 7 ust. 4 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2.** Zważywszy na treść § 8 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ilości przedmiotu zamówienia zostały oszacowane według potrzeb Zamawiającego na okres 12 miesięcy.**

**3.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany punkt 11) o następującej (lub podobnej) treści: „dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie punktu o powyższej treści nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**




### **Pytanie 29:**

Zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem czy w części nr 2 w pozycji nr 1 dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następujących parametrach:

serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O

Skład :



- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o min. gram. 40 g/m<sup>2</sup>.
- 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikami,
- 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup>o min. wym. 90x100cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego niniejszymi wyjaśnieniami, Wykonawca winien to zaznaczyć w swojej ofercie tj. w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym oraz potwierdzić w dokumentach wymaganych w §6 ust. 9 pkt. 1) SIWZ.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.



Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: ...<sup>10</sup>...-02-2016r. do godz. 10:00.  
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: ..<sup>10</sup>...-02-2016r. o godz. 10:15.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wnioski. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

*lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz*

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego