

Częstochowa, dn. 06.02.2014r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**DOSTAWĘ GAZU MEDYCZNEGO MIESZANINA
PODTLENKU AZOTU 50% / TLENU 50%
W BUTLACH ALUMINIOWYCH O POJ.10L
ORAZ USTNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/ **097** / 343 /13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 91 ust. 1 oraz 91 a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia że:

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
wartość brutto: 53.797,75zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta uznana za ważną, nieodrzucona, spełniająca warunki zawarte w SIWZ. W przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100%), uzyskała największą liczbę punktów.

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Wykonawca	Wartość brutto /zł/	Punktacja	
			Wartość 100%	Razem
513	Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków	53.638,70zł	na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP	
515	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków	53.797,75zł	100,00	100,00

3. Odrzucił ofertę Wykonawcy Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta Wykonawcy Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, art. 87 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

1. Ustnik zawarty w ofercie Wykonawcy Air Liquide Polska Sp. z o.o., jest niezgodny z wymaganiami określonymi w pkt.3 ust.1 §3 SIWZ, ponieważ nie posiada zaworu wydechowego.

2. Zawór dozujący zawarty w ofercie jest niezgodny z wymaganiami określonymi w pkt.4 ust.1 §3 SIWZ, ponieważ nie zawiera zaworu wydechowego jednorazowego użytku oraz jest niezgodny z wymaganiami określonymi w pkt.5 ust.1 §3 SIWZ, gdyż przy konserwacji wymaga rozłożenia na części.

4. Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy Pzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzących przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi i Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

DYREKTOR
Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz