



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 37 53,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 15.05.2013r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
I PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII**

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/030/989/13

**WYJAŚNIENIA
do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Do części nr 13

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 13 cewników diagnostycznych o poniższych parametrach: średnica wewnętrzna dla 6F 0,056" i dla 5F 0,045" – 0,047", długości 100, 110 i 125cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Do wzoru umowy.

Pytanie nr 2 – W § 6 ust. 2 pkt. 1 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 2 dni „robocze”?

Odpowiedź: **Zamawiający doprecyzowuje § 6 ust. 2 pkt. 1 umowy – „2 dni robocze”.**

Pytanie nr 3 – W § 6 ust. 2 pkt. 2 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni „robocze”?

Odpowiedź: **Zamawiający doprecyzowuje § 6 ust. 2 pkt. 2 umowy – „3 dni robocze”.**

Pytanie nr 4 – W § 8 ust. 1 pkt. 8) umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że na końcu zdania dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia umownego”?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5 – W § 9 ust. 5 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 2 dni „robocze”?

Odpowiedź: **Zamawiający doprecyzowuje § 9 ust. 5 umowy – „2 dni robocze”.**

Pytanie nr 6 – W § 11 ust. 1a umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że o każdy dzień „roboczy zwłoki”?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7 – W § 11 ust. 1b umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że o każdy dzień „roboczy zwłoki”?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8 – W § 11 ust. 1c umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że o każdy dzień „roboczy zwłoki”?

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – W § 11 ust. 2 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni „roboczych”?

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - W § 11 ust. 2 umowy - czy możliwa jest rezygnacja przez Zamawiającego z prawa potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – W § 11 ust. 4 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 4 umowy?”

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 - W § 11 umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 5 o treści: „5. łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.”?

Odpowiedź: **TAK.** Zamawiający wyraża zgodę.

Do części nr 29

Pytanie nr 13 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik ablacyjny o możliwym zagięciu końcówki 180 stopni oraz mający 3 wielkości krzywizn do wyboru oraz posiadających blokadę krzywizny pozycji dźwigni cewnika?

Odpowiedź: **TAK.** Zamawiający dopuszcza.

Do części nr 12

Pytanie nr 14 – Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące o średnicy wewnętrznej 0,058 dla 5F? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Do części nr 1

Pytanie nr 15 - Czy w zakresie zadania nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów z zawartością Paklitakselu wynoszącą 0,4µg/mm² o zakresie długości stentów od 9mm do 36mm i profilu szafu proksymalnego 2F i dystalnego 2,6 F?

Odpowiedź: **NIE.** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Do części nr 4

Pytanie nr 16 - Czy w zakresie zadania nr 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów dowieńcowych do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych o profilu przejścia 0,38” dla stentu 3mm i zakresie długości stentów:

- od 9mm do 19mm i zakresie średnic od 2,00mm do 2,25mm,
- od 9mm do 23mm i zakresie średnic od 2,50mm do 2,75mm,
- od 9mm do 38mm i zakresie średnic 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Do części nr 19

Pytanie nr 17 - Czy w zakresie Pakietu nr 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika do aspiracji skrzeplin kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F o trójstopniowej sztywności szafu z zastosowaniem zbrojenia ścian cewnika dostępnego w zakresie średnicy zewnętrznej wynoszącej 5.1F, średnicy wewnętrznej kanału cewnika wynoszącej 0,045”, pozostałe wymogi określone w SIWZ?

Odpowiedź: **TAK.** Dla cewnika 6.0F.

Do wzoru umowy.

Pytanie nr 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Cena netto pozostanie bez zmian. Brak jest podstaw by zmiana stawki VAT miała wpływać na cenę towaru przed opodatkowaniem.

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 19 - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru w trybie pilnym do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 20 - Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych.”

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 21 - Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 14 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 22 - Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. a) oraz b) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 23 - Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt. c) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia.

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 24 - Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 11 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 25 - Zwracamy się z prośbą o dopisanie w § 6 ust. 2 wzoru umowy „dni robocze”.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje § 6 ust. 2 umowy – „dni robocze”.

Do części nr 5

Pytanie nr 26 – Czy Zamawiający dopuści stenty dowierćcowe do krętych naczyń o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia 0,041" dla stentu 3.0, grubość siatki stentu 0,0032" dla stentu 3.0 mm, proximal shaft nie więcej niż 2,4 F, średnice: od 2,0 mm do 4,0 mm długości: od 8 mm do 38 mm, ciśnienie nominalne 8-10 atm, RBP 16-18 atm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Do części nr 18

Pytanie nr 27 - Czy Zamawiający dopuści linię płuczącą z biuretą wyposażoną w szpikulec z dwoma otworami, co w sposób wystarczający zabezpiecza przed zapowietrzeniem ?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 28 - Czy Zamawiający dopuści konstrukcję przetwornika bez osobnego portu do testowania poprawności działania systemu pomiarowego?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Do części nr 14

A. Zestaw do koronarografii

Pytanie nr 29 - Poz. Chusta angiograficzna - Prosimy o jednoznaczne określenie przeznaczenia otworów w serwecie angiograficznej, co decyduje o ich rozmieszczeniu. W opisie przedmiotu zamówienia są wymienione 3 otwory, czy należy przyjąć, że dwa z nich są przeznaczone do dostępu promieniowego a jeden do dostępu udowego?

Odpowiedź: [Dostęp udowy - 2 szt, dostęp promieniowy prawy – 1 szt.](#)

Pytanie nr 30 - Poz. Strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – Czy możemy zaproponować Państwu strzykawkę innego producenta, spełniającą określone w SIWZ parametry?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 31 - Poz. Prowadnik diagnostyczny – Prosimy o dopuszczenie prowadnika diagnostycznego o długości 150 cm lub 260 cm.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 32 - Poz. System oszczędzający środek kontrastowy – Prosimy o szerszy opis tej pozycji.

Odpowiedź: [System oszczędzający kontrast – bolec do pobierania kontrastu z zastawką gwarantującą jednokierunkowy przepływ \(uniemożliwia cofnięcie się kontrastu\), co pozwala na wykonywanie kilku badań na jednej butelce kontrastu.](#)

Pytanie nr 33 - Poz. Igła Sterican 21 G 0,8 x 50 mm – prosimy o dopuszczenie igły innego producenta spełniającej te parametry.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

B. Zestawy obłożeniowe do implantacji

Pytanie nr 34 - Poz. Igły Sterican 0,7 X 50 mm i 0,8 x 50 cm - prosimy o dopuszczenie igieł innego producenta spełniających te parametry.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 35 - Poz. Kompres Molinea 40 x 60 cm – prosimy o dopuszczenie kompresu innego producenta spełniającego te parametry.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 36 - Poz. Opatrunek hemostatyczny – prosimy o wydzielenie tej pozycji lub dopuszczenie równoważnego opatrunku spełniającego wymienione przeznaczenie.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

C. Zestaw do implantacji elektrod

Pytanie nr 37 - Poz. Kompres Molinea 40 x 60 cm - prosimy o dopuszczenie kompresu innego producenta spełniającego te parametry.

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Do części nr 13

Pytanie nr 38 - Cewniki diagnostyczne. Prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych spełniających wszystkie wymagania SIWZ o dwóch długościach do wyboru Zamawiającego: 80 i 100 cm oraz 110 cm dla krzywizny PIGTAIL.

Odpowiedź: [NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.](#)

Do części nr 20

Pytanie nr 39 - Kuwety do pomiaru ACT. Prosimy o dopuszczenie testów z trzema aktywatorami krzepnięcia jako alternatywy dla oferty, którą może złożyć tylko jedna firma w Polsce. Wraz z próbkami użyczamy aparat na czas trwania kontraktu?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Do części nr 29

Pytanie nr 40 – Cewniki ablacyjne RF. Czy Zamawiający dopuści elektrodę ablacyjną o możliwości zagięcia cewnika 180 stopni i przewodności cieplnej biegunów 2W/cm*K?

Odpowiedź: **NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Do części nr 30

Pytanie nr 41 – Elektrody diagnostyczne 4-polowe o stałej krzywiznie. Czy Zamawiający dopuści oprócz długości 110 cm również elektrodę długości 115 cm? Niewielka różnica w długości nie zmienia znacząco możliwości operowania elektrodą, jest to niewielka zmiana jednak niewątpliwie na korzyść możliwości diagnostycznych operatora.

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Do części nr 31

Pytanie nr 42 – Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiznie. Czy Zamawiający dopuści oprócz długości 110 cm również elektrodę długości 115 cm? Niewielka różnica w długości nie zmienia znacząco możliwości operowania elektrodą, jest to niewielka zmiana jednak niewątpliwie na korzyść możliwości diagnostycznych operatora.

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Do części nr 18

Pytanie nr 43 – Linie do pomiaru ciśnienia. Czy Zamawiający dopuści zestawy do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku o następujących parametrach?

| Parametry techniczne | Zakres |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -25°C do + 70°C |
| Temperatura robocza | 15°C do 40°C |
| Wilgotność robocza | 10% do 90% bez skraplania |
| Ciśnienie atmosferyczne robocze | 400 mmHg do 850 mmHg |
| Zakres ciśnienia | -30 mmHg to 300 mmHg |
| Odporność na nadciśnienie | -400 to 4000 mmHg |
| Oś montażu | Dowolna |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 200 Hz |
| Częstotliwość sygnału transduktora | DC do 5000Hz |
| Napięcie wzbudzenia transduktora | 4 do 8V |
| Przesunięcie fazy | < 5° |
| Impedancja wzbudzenia transduktora w zakresie od dc do 5kHz | >2000 ohmów |
| Impedancja sygnału transduktora w zakresie od dc do 5kHz | <350 ohmów |
| Symetria transduktora | +/-1% |
| Czułość | 5 µV/V/ mmHg (+/- 1%) |
| Nieźródnoważenie | +/- 20 mmHg |
| Dokładność | +/-1 mmHg + +/- 1% (0-50 mmHg) +/-3% (50 – 300 mmHg) |

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Do części nr 25

Pytanie nr 44 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników balonowych uwalniających lek antymiotyczny z ciśn. RBP min 12 atm.

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **24.05.2013r.** na godz. **10:00** Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o **godz. 10:15** w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w SIWZ pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Krzysztof Kłós