



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 36 74; e-mail:szp@data.pl  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 05.07.2013r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego na:

**DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU  
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI  
I PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII**

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/030/ 1793 /13

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
w części nr 26**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

**1.** W wyniku ponownie przeprowadzonego badania i oceny ofert w części nr 26 wybrano ofertę Wykonawcy:

DRG MedTek Spółka z o.o.,  
ul. Wita Stwosza 24  
02-661 Warszawa  
część nr 26 – wartość brutto: 69.660,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta uznana za ważną, spełniająca warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przyjętym kryterium oceny( cena 80%; jakość 20%), oferta uzyskała w części nr 26 największą liczbę punktów.

**2.** Zbiorcze zestawienie ofert, punktacja przedstawia poniższa tabela.

Część	Wykonawca	Wartość /zł/	Wartość 80%	Jakość 20%	Razem
26	Balton Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 7 m 14; 04-496 Warszawa	48.600,00	oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP		
26	DRG MedTek Spółka z o.o. ul. Wita Stwosza 24; 02-661 Warszawa	69.660,00	80,00	20,00	100,00

**3.** W Części Nr 26 odrzucono ofertę Wykonawcy Balton Sp. z o.o. . Oferta w tej części nie jest zgodna z SIWZ. Zamawiający wymagał dla cewników balonowych do kontra pulsacji – specjalnej konstrukcji co-lumen cewnika, minimalizującej opory przepływu helu. Wykonawca zaoferował konstrukcje co-axial. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej „(...) obowiązkiem wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom zamawiającego wyartykułowanym w siwz. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią siwz ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO 2480/10).

W związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

**5.**Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje , iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy PZP.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzących przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi i Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
Jarosław Madowicz

.....  
Zatwierdził