

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę:
**OPRZYRZĄDOWANIA DO DIATERMII, PIŁ, SSAKÓW
I INNEGO SPRZĘTU POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**
Znak sprawy: DAZ.26.006.2015

L.dz.: 260/15

WYJAŚNIENIA SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1

Dot. Części Nr 4 - Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych – doposażenie
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie światłowodu wysokiej jakości 4,8 mm lub 6,0 mm grubości?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dot. Części Nr 5 - Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych – doposażenie
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie optyki o dł. 347 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy Części Nr 2, punkt 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu do elektrod monopolarnych, rozbierny, dł. części roboczej bez końcówki i rękojeści 320mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy Części Nr 4, punkt 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie światłowodu autoklawowalnego do źródła światła firmy Stryker średnica 4,8 mm x 3 m?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy Części Nr 5, punkt 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki laparoskopowej autoklawowalnej średnica 10 mm, 0 stopni z uniwersalnym okularzem, długość robocza 330 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Części Nr 7:
Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 5mm i długości 3 metrów jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Części Nr 3, pozycja 1
Prosimy o uściślenie do jakiego histeroskopu będzie używana optyka oraz podanie wymaganej długości.

Odpowiedź:

Długość części roboczej 300mm.

Pytanie 8

Dotyczy Części Nr 2, pozycja 1
Prosimy o podanie długości optyki laparoskopowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Części Nr 11

a) pozycja nr 2 - czy Zamawiający dopuści elektrodę do koagulacji nożową, prostą, długą 100mm, dł. całej elektrody 138mm, dł. noża 25mm, przyłączy pin. 4,0 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

b) pozycja nr 5 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 220/95/06,mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

c) pozycja nr 6 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 220/95/1,0mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Części Nr 12

a) pozycja nr 1 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 220/95/1,0mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

b) pozycja nr 2 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 160/35/1,0mm lub 150/35/1,0?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

c) pozycja nr 3 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 180/55/1,0mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

d) pozycja nr 4 – czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne 180/70/1,0mm lub 180/70/0,5mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy Części Nr 4 – Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu światłowód autoklawowalny kompatybilny ze źródłem światła Stryker o średnicy 4,8mm i długości 3m, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy Części Nr 5 – Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych

Czy Zamawiający dopuści do przetargu optykę o długości roboczej 344mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego, a w przypadku laparoskopu taka różnica w długości jest nieistotna podczas jego użytkowania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Części Nr 5 – Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych

Czy Zamawiający dopuści do przetargu optykę o długości roboczej 312mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego, a w przypadku laparoskopu taka różnica w długości jest nieistotna podczas

jego użytkowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Części Nr 5

Czy zamawiający dopuści optykę 10mm, 0 stopni z uniwersalnym okulem oraz długości roboczej 330mm jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Części nr 8.

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazową elektrodę neutralną silikonową, dużą, o wymiarach 30 cm x 17 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Części nr 9.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę do koagulacji igłową, krótką, dł. igły 22mm, średnica igły 0,7mm, trzonek 4mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę do konizacji pętlową trójkątną, wymiary pętli 10x25 mm, prosta, długość całej elektrody 143 mm, śr. drutu pętli 0,4 mm, przyłączy pin 4,0 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę do konizacji pętlową trójkątną, wymiary pętli 15x25 mm, prosta, długość całej elektrody 143 mm, śr. drutu pętli 0,4 mm, przyłączy pin 4,0 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę do konizacji pętlową trójkątną, wymiary pętli 20x25 mm, prosta, długość całej elektrody 143 mm, śr. drutu pętli 0,4 mm, przyłączy pin 4,0 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dotyczy Części nr 10.

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pęsetę bipolarną izolowaną, złącze listwowe podwójne, długość 160mm, końcówka 1mm?

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza liczba 35 w opisie 155-165/35/1,0mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Liczba 35 w opisie 155-165/35/1,0mm oznacza długość części roboczej.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pęsetę bipolarną izolowaną, złącze listwowe podwójne, długość 195mm, końcówka 1mm?

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza liczba 35 w opisie 175-195/55/1,0mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Części nr 11

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazowy kabel elektrody monopolarnej laparoskopowej dł. 3m lub 5m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia pin 4 mm?

Odpowiedź:

Dopuszczamy 5m.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę do koagulacji nożową, prostą długą 100 mm, dł. całej elektrody 155 mm, dł. noża 25 mm, przyłączy pin 4,0 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pesetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne, długość 195mm, końcówka 1mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pesetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne, długość 220 mm, końcówka 1mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pesetę bipolarną izolowaną, przyłączy listwowe podwójne, długość 220 mm, końcówka 1mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Części nr 13

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel bipolarny do laparoskopu Storz, oznaczony innym kodem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy Części Nr 6* -Oprzężenie do zabiegów histeroskopowych i artroskopowych– doposażenie
Czy Zamawiający dopuści światłowód autoklawowalny o średnicy 4,5 mm i długości 230 cm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Aesculap?

Stawianie wymogów dotyczących zawężonych dopuszczalnych parametrów nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów co jest niezgodne prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Dotyczy Części Nr 6* - Oprzężenie do zabiegów histeroskopowych i artroskopowych– doposażenie
Czy Zamawiający dopuści światłowód autoklawowalny o średnicy 5 mm i długości 230 cm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Aesculap?

Stawianie wymogów dotyczących zawężonych dopuszczalnych parametrów nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów co jest niezgodne prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy Części Nr 7* - Oprzężenie do zabiegów laparoskopowych – doposażenie,
Czy Zamawiający dopuści światłowód autoklawowalny o średnicy 4,5 mm i długości 230 cm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Richard Wolf oraz Stryker?

Stawianie wymogów dotyczących zawężonych dopuszczalnych parametrów nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów co jest niezgodne prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dotyczy Części Nr 7* - Oprzężenie do zabiegów laparoskopowych – doposażenie,
Czy Zamawiający dopuści światłowód autoklawowalny o średnicy 5 mm i długości 230 cm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Richard Wolf oraz Stryker?

Stawianie wymogów dotyczących zawężonych dopuszczalnych parametrów nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów, co jest niezgodne prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Formularza Oferty w zakresie dostawy dla części 3;4;5;6;7

Czy w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, wyrazi zgodę w Częściach 3; 4; 5; 6; 7 na zmianę terminu realizacji dostawy do 21 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

dotyczy wzoru umowy

W związku z art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) prosimy o wykreślenie z umowy § 7 pkt. 5 „*W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową (...)*”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

dotyczy §7 ust. 6 Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, a w konsekwencji dopuści zgodę na cesję wierzytelności przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

Zgoda w powyższym zakresie jest korzystna dla Zamawiającego i znacząco wpłynęłaby na wzrost konkurencyjności, a szersze uprawnienia Wykonawców mogłyby przyczynić się do większej liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

dotyczy §7 ust. 8 i 9 Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia postanowień określonych w §7 ust. 8 i 9 Umowy?

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody na wyłączenie wskazanego postanowienia jest obiektywnie uzasadnione oraz wpływa pozytywnie na praktykę obrotu gospodarczego. Kary umowne za naruszenie szeroko pojętego zakazu cesji wierzytelności, w sytuacji nienależytego wypełniania zobowiązań umownych przez Zamawiającego są bezpodstawne oraz godzą w prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. Rygor kar umownych wpływający na ewentualne dochodzenie wierzytelności wyłącznie na drodze sądowej jest znacznym utrudnieniem dla Wykonawcy oraz w związku z art. 353¹ k.c. może wpływać na naruszenie zasad współżycia społecznego. Ze względu na powyższe Zamawiający powinien wyłączyć instytucję kar umownych za naruszenie zakazu cesji wierzytelności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

dotyczy §8 ust. 1 pkt 7) Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

W jakim zakresie Zamawiający może zmniejszyć całkowity przedmiot zamówienia? Prosimy o procentowe określenie lub wskazanie konkretnej ilości/wartości zamówienia, które zostanie zrealizowane.

Uzasadnienie:

Powyższe informacje są niezbędne dla oceny wartości postępowania oraz obliczenia możliwego zysku Wykonawców. Dysponowanie wiedzą w tym zakresie znacząco ułatwi Wykonawcy podjęcie decyzji o złożeniu lub niezłożeniu oferty. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt.: KIO 809/14 stwierdzono: „nie można zaakceptować postanowień umowy dających Zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w § 8 ust. 1 pkt 7 i 10 , § 10 ust. 4 wzoru umowy, które otrzymują brzmienie:

1) -§ 8 ust. 1 pkt 7 -„dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części, jednak ograniczenie nie przekroczy 20% wartości brutto umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.”

2) -§ 8 ust. 1 pkt 10- „dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego, co nie narusza pkt 7”.

3) -§ 10 ust. 4 – „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 7)”.

Pytanie 29

dotyczy §10 ust. 1 lit. a) i b) Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu liczenia kar umownych w następujący sposób: „za każdy dzień zwłoki”?

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione, gdyż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania, które są przez niego niezawinione. Praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że zdarzają się sytuacje powodujące chwilową niemożliwość wykonania zobowiązania, która jest niezależna od Wykonawcy. Każdy przypadek powinien być zatem rozpatrywany przez Zamawiającego indywidualnie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

dotyczy §10 ust. 1 lit. a) i b) Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych w następujący sposób:

„w wysokości 0,1% wartości zamówienia częściowego”?

Uzasadnienie:

Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kar umownych jest nadmiernie wygórowana. Praktyka obrotu gospodarczego oraz zastosowanie metody porównawczej wskazuje wyraźnie, że kary nie mogą stanowić źródła dochodu Zamawiającego. W związku z powyższym wysokość kar umownych powinna zostać zmniejszona.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

dotyczy §10 ust. 1 lit. c) Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia w następujący sposób:

„za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanego zamówienia częściowego”?

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione, gdyż Wykonawca w przypadku niezrealizowania danej dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem nie powinien być zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy. Ze względu na cel instytucji kar umownych oraz fakt, że Zamawiający nie powinien z nich czynić źródła swojego dochodu wyrażenie zgody we wskazanym zakresie jest konieczne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

dotyczy wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, z 1% na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

dotyczy wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2, i ust. 3 pkt 1) 2) z 1% na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **20.02.2015** r. na godz. **10:00** Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. **10:15** w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w § 12 SIWZ pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

LEK. MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ

.....

podpis

kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej