



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/095/3681/13

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **DOSTAWA ZESTAWU DO CIĘCIA I KOAGULACJI Z MODUŁEM PREPAROWANIA I ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ DO 7MM W SYSTEMIE LAPAROSKOPOWYM ORAZ POMPY ARTROSKOPOWO - HISTEROSKOPOWO - LAPAROSKOPOWEJ.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia do zapytań złożonych przez Wykonawców zainteresowanych postępowaniem.

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 1 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści pompę do dwóch trybów pracy – laparoscopia i histeroscopia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści system aktywowania trybów pompy na podstawie zamontowanych drenów? Pompa rozpoznaje automatycznie rodzaj założonych drenów i dobiera odpowiedni tryb pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej : przepływu, ciśnienia płukania i odsysania?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści sterowanie pracą pompy na podstawie przycisków zabezpieczonych przed zalaniem na panelu czołowym urządzenia? Dostępne jest również sterowanie przełącznikiem nożnym.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści dreny wielorazowe do trybów pracy laparoscopia i histeroscopia – dla każdego po 2 szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy Części Nr 2: Pompa ssąco - płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści rurkę ssąco – płuczającą o średnicy 5 mm i długości 36 cm ?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 09 stycznia 2014 r. o godz. 10:00, nie ulega zmianie.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia 2014 r. o godz. 10:15

Z poważaniem

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

JAROSŁAW MADOWICZ