



Częstochowa, dn. 09.08.2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

**DOSTAWA SZĘŚCIU MONITORÓW DIAGNOSTYCZNYCH I DWÓCH KART GRAFICZNYCH
DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.**

Znak sprawy: DEZ.26.075.2019

L.dz. 3121 /19

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy wymagań technicznych, poz. nr 37 - czy zamawiający dopuści kartę graficzną wyposażoną w 3 porty mini DisplayPort oraz dołączone przejściówki:

2 szt. - mini DisplayPort / DisplayPort

1 szt. - mini DisplayPort / DVI-D

Takie rozwiązanie pozwoli na wyświetlanie obrazu w 10 bit co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszelkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 nr 51 poz. 265)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zgodnie z zapisami art. 12a ustawy PZP.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **13.08.2019** r., godz. **09.00**, termin otwarcia ofert: **13.08.2019** r., godz. **09.30**.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny W Częstochowie

Zbigniew Bajkowski

.....
podpis

kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej