

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

oznaczenie sprawy DAZ.26.067.2015

L.dz. 2175/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 – dot. Część Nr 5- PROTEZY TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA SZYJNEGO – materiał PEEK

Zamawiający wymaga protezy mogącej zastąpić 1-4 trzonów szyjnych, czy w takim przypadku proteza wykonana z PEEK, rozprężana in situ do zakresu 70mm spełnia wymagania zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – dot. Część Nr 5- PROTEZY TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA SZYJNEGO – materiał PEEK

Czy zamawiający zezwoli na dosyłanie narzędzi wraz z implantami po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy na 48 h przed planowanym zabiegiem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – dot. Część Nr 5- PROTEZY TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA SZYJNEGO – materiał PEEK

W przypadku braku zgody na dosyłanie narzędzi wraz z implantami po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy, czy zamawiający zezwoli na zmniejszenie depozytu implantów na bloku operacyjnym? Ilość 60 szt w przypadku gdzie np. komplet rozmiarów stanowi jedynie 7 sztuk implantów wydaje się zupełnie niepotrzebny. Czy zamawiający zezwoli, zatem do ustanowienia banku implantów protezy trzonu w liczbie np. 8-9 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ustanowienie banku implantów protezy trzonu w liczbie 9 szt.

Pytanie 4 – Dot.- Wzoru umowy

I. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II. Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. W/w zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Jarosław Drobnikowski