

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto
Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/044/13

Częstochowa, dnia 07.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

**na dostawę:
odczynników i testów do diagnostyki laboratoryjnej;
oraz
odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
i systemu integrującego analizatory
w trybie
przetargu nieograniczonego**

**o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12.10. 2012 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271)**

**Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

**UWAGA:
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ**

§ 1. ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. 034 367-36-74
faks: 034 367-36-74
adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl.
e-mail: szp@data.pl
NIP: 573-22-99-604

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271), zwaną dalej „Ustawą PZP”.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) w części Nr 1 - odczynników do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
2) w części Nr 2 - odczynników i testów do badań diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
3) w części Nr 3 - odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
4) w części Nr 4 - odczynniki do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 4 analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Oddziału Patologii Noworodka, Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa

5) w części Nr 5 - odczynniki do badań cytoenzymatycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według załącznika Nr 1 do SIWZ części od Nr 1 do nr 5.

3. Przedmiot zamówienia określa kod CPV: 33.69.65.00-0

§ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia przez okres 12 miesięcy- dotyczy części Nr 1,2,3,5.
2. Termin realizacji zamówienia przez okres 24 miesięcy- dotyczy części Nr 4.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z formułą [spełnia – nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ) (oryginał).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ) (oryginał);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo **informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej** – zawartą w formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

„Grupa Kapitałowa” – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007 r., poz. 331, z późn. zm.).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w:

a) § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) § 6 ust. 2 pkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust.2 pkt. 1), § 6 ust.3 oraz ust. 5 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących odpowiednio współników konsorcjum powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) Opisu przedmiotu zamówienia dla oferowanego asortymentu dla części od Nr 1 do Nr 5 np.: karty katalogowe, materiały informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, instrukcje, opisy - zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w części Nr 1, części Nr 2, części Nr 3 (tabela 1) części Nr 4 (tabela 1 i 2) , części Nr 5, z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

2) Opisu przedmiotu zamówienia dla oferowanego analizatora w części od Nr 3 i 4 oraz dla systemu integrującego analizatory parametrów krytycznych w części Nr 4 tj. firmowych materiałów informacyjnych np. katalogów, folderów, instrukcji potwierdzających spełnienie opisanych parametrów/wymagań w części Nr 3 (tabela 3) i części Nr 4 (tabela 4,5,6) , z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

3) Dokumentów wymaganych przez polskie prawo na podstawie których, oferowany analizator w części Nr 3 (tabela 2) i w części 4 (tabela 3) jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4) Oświadczenia Wykonawcy, o dopuszczeniu zaoferowanego asortymentu do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,(treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ)(oryginał).

5) Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany asortyment posiada kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie lub że, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nie jest wymagana dla oferowanego asortymentu (treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 2 do SIWZ) (oryginał).

9. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- 1)** Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał).
- 2)** Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe, stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).
- 3)** Wypełnione tabele z parametrami i wymaganiami Załącznik Nr 1 do SIWZ część Nr 4 i 5 (oryginał).
- 4)** Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- 1.** Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- 2.** W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
- 3.** Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

faks: (34) 367-37-53, e-mail: szp@data.pl

7. Przesyłanie korespondencji na inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

8. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

9. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

w zakresie przedmiotu zamówienia :

Beata Kamińska - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 34 367-35-65, godz. 8.00-14.00.

w procedurze przetargowej:

Małgorzata Nowak - Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego

tel. i faks: 34 367-37-53. godz. 7.00-14.35.

w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Artur Piekacz – tel. 34 367-34-52.

§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07-06-2013 r.**

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz tym, którzy zgłoszą pisemny wniosek o wyjaśnienie treści, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ i tym, którzy zgłosili pisemny wniosek o wyjaśnienie treści oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium: 7 100,00 zł , w tym :

- dla części Nr 1 - 70,00 zł
- dla części Nr 2 - 130,00 zł
- dla części Nr 3 - 1 800,00 zł
- dla części Nr 4 - 5 000,00 zł
- dla części Nr 5 - 100,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a)** pieniądzu;
- b)** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c)** gwarancjach bankowych;
- d)** gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie:

BRE Bank Oddział w Częstochowie

nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

4. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w pokoju 356 – w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

5. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertą pozostaje nią związany przez **60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

5. Wszelkie uzupełnienia, wyjaśnienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

9. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystać z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, formularze asortymentowo-cenowe) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

14. Wykonawca wskaże w ofercie, na którą część zamówienia składa ofertę.

15. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Wykonawcy, oraz napis:

„Postępowanie Nr P-8/044/13 na dostawę: odczynników i testów do diagnostyki laboratoryjnej oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i systemu integrującego analizatory– część Nr(wpisuje Wykonawca).nie otwierać przed dniem 2013r. godz. ”, (wpisuje Wykonawca).

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118 KANCELARIA - pokój 356, w terminie **do dnia 01-07-2013r. do godz. 10:00.**

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 01-07-2013r. o godz. 10:15** w Dziale Zamówień Publicznych (pokój 310 A) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Białskiej 104/118, w Częstochowie
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Opis sposobu obliczania ceny został podany w formularzu asortymentowo-cenowym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Podstawą do ustalenia ceny oferty jest pełny zakres zamówienia, określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ .
4. Przedstawione w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą podstawą do wyliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
5. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
6. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Kryterium wyboru oferty **najkorzystniejszej** będzie:

- **cena brutto dla każdej części – 100%**

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

§ 16. AUKCJA ELEKTRONICZNA:

1. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny.
2. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktacja będzie przeliczana do 8 miejsca po przecinku. Oferta w toku aukcji jest składana w wartości brutto podobnie jak w fazie przed aukcją. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia aukcji „poprawioną” w wyniku

udziału w aukcji ofercie - formularz asortymentowo-cenowy (z cenami jednostkowymi), jako skan w formacie PDF oraz w formacie xls, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - na adres: szp@data.pl. Cena oferty musi być taka sama jak ostateczna cena zaproponowana w aukcji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się podanie do kilku miejsc po przecinku jedynie ceny jednostkowej. Zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym/ofercie mogą dotyczyć jedynie cen „poprawianych” w wyniku udziału w aukcji. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Warunki przeprowadzania aukcji zostaną przekazane w zaproszeniu zgodnie z art. 91 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).

2) Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.

3) Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

4) Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.

5) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego: drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w oświadczeniu rejestracyjnym).

6) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń, Wykonawcy potwierdzą Zamawiającemu niezwłocznie faksem na numer: (34) 367-37-53 lub adresem e-mail: szp@data.pl, bez względu na decyzję o udziale w aukcji.

5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą EPP:

a) komputer klasy PC, system operacyjny: Windows 2000/XP/VISTA/7,

b) stabilny dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera Proxy,

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy, FireFox, Google Chrome,

d) zainstalowany program Java (bezpłatny),

e) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem,

f) wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące ww. warunków Wykonawca znajdzie na stronie www.soldea.pl w dziale „Platforma przetargowa” oraz w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do elektronicznego składania ofert.

6. UWAGA:

Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego.

POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM UDZIAŁU W AUKCJI. Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego waha się w granicach 3-5 dni.

7. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją.

8. Adres strony na której będzie prowadzona aukcja: <http://www.soldea.pl> .

§ 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www.szpitalparkitka.com oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 a uPzp.

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający prześle umowę do podpisu Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy). Istnieje możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisem pkt. 11 formularza oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

§ 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§ 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której treść stanowi **Załącznik Nr 5 ,6 do SIWZ.**

§ 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” .

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 232);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

§ 22. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- według Załącznika Nr 1 do SIWZ części od Nr 1 do Nr 5.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo- cenowy + wymagania i parametry techniczne
- Załącznik Nr 2 - Druk oferta
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik Nr 5,6 - Umowa - wzór

Częstochowa, dnia 07.06.2013 r.

ZATWIERDZAM
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek.med. Bronisław Morawiecki

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 1 - Odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 12 miesięcy

Lp.	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Barwnik May Grunwalda op.= 500 ml				op.	80				
2.	Barwnik Giemzy op.= 500 ml				op.	60				
3.	Odczynnik Pandy'ego op.= 100 ml				op.	4				
4.	Odczynnik Nonne-Apelta op.= 100 ml				op.	4				
5.	Barwnik do retikulocytów op.= 50 ml				op.	4				
6.	Bufor fosforanowy pH 7,2 op.= 1000 ml				op.	20				
7.	Sudan III, roztwór alkoh. op.= 50 ml				op.	4				
8.	Odczynnik Lugola op.= 100 ml				op.	4				
9.	Odczynnik Samsona op.= 100 ml				op.	4				
							Razem:			

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 2 - Odczynniki i testy do badań diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 12 miesięcy

Lp.	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do wykrywania w kale antygenu Giardia lamblia – metodą ELISA z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych(do zestawu należy dołączyć materiał kontrolny pozytywny)				Oznaczenie	600				
2.	Test do wykrywania hemoglobiny w kale met. immunochromatograficzną (bez diety).Test swoisty dla hemoglobiny ludzkiej, czułość testu 10 ng/ml, czas odczytu do 10 min.				Oznaczenie	800				
3.	Test lateksowy, płytkowy RF do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi – RF, wraz z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami reakcyjnymi, jednorazowymi mieszadełkami.				Oznaczenie	2000				
4.	Test lateksowy RF Waaler oparty na met. hemaglutynacji do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi, wraz z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami reakcyjnymi, jednorazowymi mieszadełkami.				Oznaczenie	1600				
5.	Zestaw do oznaczania mukoproteidów z wzorcem na 100 oznaczeń, metoda wg Winzlera.				Oznaczenie	200				
Razem:										

.....
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 3- Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii z dzierżawą anlizatora do badań immunochemicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 12 miesięcy

Tabela 1 - odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość oznaczeń w skali 12 miesięcy	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TSH	2 500									
2.	FT4	500									
3.	HCGβ	1 200									
4.	Troponina T - wysokoczuła	13 000									
5.	Witamina B 12	2 500									
6.	IgE	1 200									
7.	Przeciwciała do receptora TSH	500									
8.	Białko S 100	500									
Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonywania oznaczeń ujętych w tabeli poz. 1-8. Harmonogram kontroli: 1 x w tygodniu dla parametrów z wyjątkiem troponiny. Troponina: 3 x w tygodniu.											
9.											
itd.											
Razem tabela 1:											

Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonywania oznaczeń ujętych w tabeli poz. 1-8.

Harmonogram kontroli: 1 x w tygodniu dla parametrów z wyjątkiem troponiny.

Troponina: 3 x w tygodniu.

Tabela 2 - dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunochemicznych

Lp	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Automatyczny analizator do badań immunochemicznych				szt.	1		12			
Razem tabela 2:											

Ogółem wartość dla części Nr 3 (tabela 1 + tabela 2) :

Wartośćnetto (słownie :)

Wartośćbrutto (słownie :)

.....
 Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

Tabela 3 - Parametry techniczne automatycznego analizatora do badań immunochemicznych

Lp.	Parametry i funkcje graniczne	Wymagana odpowiedź TAK
1.	Nazwa aparatu: Producent: Model/Typ: Rok produkcji	
2.	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe 2013 r.	
3.	Metoda badań: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja	
4.	Analizator pracujący w systemie „Random Access”	
5.	Odczynniki w postaci płynnej, gotowe do użycia	
6.	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/godzinę	
7.	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut	
8.	Podłączenie aparatu do sieci komputerowej funkcjonującej w Laboratorium na koszt Wykonawcy	
9.	Analizator wykorzystujący jednorazowe kuwety pomiarowe i jednorazowe końcówki do pobrania materiału	
10.	Detektor wykrywania skrzepu w materiale badanym	
11.	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora	
12.	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników	
13.	Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator	
14.	Zapewnienie identyfikacji próbek poprzez odczyt kodów paskowych	
15.	Czas oznaczania Troponiny (wysoko czuła, spełniająca zalecenia: 99 percentyl, CV≤ 10 %) poniżej 10 minut	
16.	Wyposażenie w UPS, drukarkę z zapasowym tonerem	
17.	Oprogramowanie analizatora z modułem kontroli jakości	
18.	Wykonawca dostarczy potrzebne urządzenia i oprogramowanie do instalacji w Laboratorium systemu informatycznego na nie mniej niż 13 stanowisk pracy w systemie LSI i dokona wdrożenia systemu. System ma być zintegrowany z systemem Ruchu Chorych w szpitalu. W okresie przejściowym dopuszcza się dostęp do danych o wynikach przez serwer intranetowy(jego dostarczenie leży po stronie Wykonawcy), z zapewnieniem kontroli dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Integracja systemu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Serwer intranetowy w przypadku braku integracji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.	
19.	Wykonawca zapewni 1 raz w roku bezpłatny przegląd LSI i pokryje koszty naprawy ewentualnych usterek sprzętu w trakcie trwania dzierżawy.	
Pozostałe wymagania		
20.	Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy	
21.	Pełna techniczna gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych.	
22.	Bezpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.	
23.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych.	
24.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni , dostawca podstawia urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową.	
25.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie.	

26.	Szkolenie personelu medycznego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	
27.	Założenie paszportu technicznego	

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

....., dnia.....

.....
Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 4- Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 4 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo-zasadowej (1 szt.- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ,1 szt.-Oddział Patologii Noworodka, 1szt.-Oddział Chorób Płuc,1 szt.- Oddział Położnictwa) oraz dzierżawa Systemu Integrującego wszystkie analizatory w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK.7 na okres 24 miesięcy

Tabela 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Patologii Noworodka

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość oznaczeń w skali 24 miesięcy	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odczynniki do badań równowagi kwasowo zasadowej:											
1.		22 000									
2.											
itd.											
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej , kapilary oraz zatyczki do kapilar (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl) wymagane do 22 000 oznaczeń:											
3.											
itd.											
Razem tabela 1:											

Ilość oznaczeń określonych w tabeli 1 obejmuje pomiary kontrolne. Pomiary kontrolne codziennie na 1 poziomie zamiennie.

Tabela 2 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość oznaczeń w skali 24 miesięcy	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odczynniki do badań równowagi kwasowo zasadowej:											
1.		10 000									
2.											
itd.											
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej , kapilary oraz zatyczki do kapilar (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl) wymagane do 10 000 oznaczeń:											
3.											
itd.											
Razem tabela 2:											

Ilość oznaczeń określonych w tabeli 2 obejmuje pomiary kontrolne. Zamawiający deklaruje prowadzenie pomiarów kontrolnych codziennie na 1 poziomie zamiennie.

Tabela 3 - Dzierżawa 4 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo-zasadowej (1 szt.- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ,1 szt.-Oddział Patologii Noworodka, 1szt.-Oddział Chorób Płuc,1 szt.- Oddział Położnictwa) oraz dzierżawa Systemu Integrującego wszystkie analizatory w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7

Lp	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu/systemu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Patologii Noworodka				szt.	2		24			
2.	Analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa				szt.	2		24			
3.	System integrujący analizatory				szt.	1		24			
Razem tabela 3:											

Ogółem wartość dla części Nr 4 (tabela 1 + tabela 2+tabela 3) :

Wartośćnetto (słownie :)

Wartośćbrutto (słownie :)

.....
 Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

Tabela 4- parametry, funkcje graniczne i wymagania dla 2 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo – zasadowej (1 szt.-Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,1 szt. – Oddział Patologii Noworodka)

Lp.	Parametry i funkcje graniczne	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE
1.	Nazwa aparatu: Producent: Model/Typ: Rok produkcji	
2.	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2013.	
3.	Parametry mierzone: pH, pO ₂ , pCO ₂ ,/ Na, K, Ca,/ COHb, MetHb, O ₂ Hb, glukoza, mleczażny, bilirubina	
4.	Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów	
5.	Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim	
6.	Wszystkie elektrody bezobsługowe	
7.	Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych	
8.	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	
9.	Wbudowana drukarka	
10.	Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego z możliwością programowania czasowego.	
11.	System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego.	
12.	Odczynniki i kalibratory w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane pojedynczo, zależnie od zużycia	
13.	Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 4	
14.	Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni	
15.	Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli	
16.	Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami (zatyczki wyłapujące skrzep)	
17.	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej na koszt Wykonawcy	
18.	Czytnik kodów kreskowych	
19.	Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania	
20.	Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w kwartale (4x w roku) uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań.	
21.	Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wew. oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl)odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar.	
	Pozostałe wymagania	
22.	Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy	
23.	Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy .	
24.	Pełna techniczna gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, napraw, części zamiennych.	
25.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych.	
26.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni , dostawca podstawia urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z objętymi przedmiotową umową.	

27.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
28.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	
29.	Założenie paszportu technicznego	

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Tabela 5 - parametry, funkcje graniczne i wymagania dla 2 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo - zasadowej (1szt.- dla Oddziału Chorób Płuc i 1 szt. dla Oddziału Położnictwa)

Lp.	Parametry i funkcje graniczne	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE
1.	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2013. Nazwa aparatu: Producent: Model/Typ: Rok produkcji	
2.	Parametry mierzone: pH, pO ₂ , pCO ₂ , Na, K	
3.	Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary	
4.	Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim	
5.	Wszystkie elektrody bezobsługowe	
6.	Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych	
7.	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	
8.	Wbudowana drukarka	
9.	Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego z możliwością programowania czasowego.	
10.	System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego.	
11.	Odczynniki i kalibratory w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane pojedynczo, zależnie od zużycia	
12.	Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 5	
13.	Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni	
14.	Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli	
15.	Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniami skrzepami (zatyczki wyłapujące skrzep)	
16.	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej na koszt Wykonawcy	
17.	Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania	
18.	Czytnik kodów kreskowych	
19.	Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w kwartale (4x w roku) uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań.	
20.	Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewn. oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl)odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar.	
	Pozostałe wymagania	
21.	Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy	
22.	Bezpłatne przeglądy serwisowe co pół roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.	
23.	Pełna techniczna gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług napraw, części zamiennych.	
	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych.	
24.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni , dostawca podstawia urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikiem objętymi przedmiotową umową.	
25.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	

26.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	
27.	Założenie paszportu technicznego	

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

Tabela 6 - wymagania dla Systemu Integrującego wszystkie analizatory do badań równowagi kwasowo - zasadowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK

Lp.	Wymagania dla oprogramowania	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE
1.	Podłączenie analizatorów usytuowanych w odległych miejscach szpitala	
2.	Tworzenie i blokowanie kont wszystkich użytkowników mających dostęp do analizatorów	
3.	Podgląd analizatorów na ekranie głównym	
4.	Podgląd alarmów i ostrzeżeń dotyczących poszczególnych analizatorów na ekranie głównym	
5.	Wybór analizatora w celu dokładnej analizy jego statusu	
6.	„Przejęcie” ekranu analizatora w celu zdalnego zlecenia czynności kontrolnych lub konserwacyjnych	
7.	Podgląd wszystkich przeprowadzonych czynności związanych z pracą podłączonych analizatorów, wystąpienia błędów i niepoprawności ich pracy	
8.	Ocenę przeprowadzonych pomiarów kontrolnych oraz zlecenie nowych	
9.	Podgląd uzyskanych wyników pacjentów oraz ich transmisja z analizatorów do systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu.	
10.	Dzięki temu oprogramowaniu osoba zarządzająca aparatami diagnostycznymi w szpitalu uzyskuje dostęp nie tylko do wyników uzyskanych przez podłączone analizatory, lecz również możliwość nadzorowania poprawnej pracy, kontroli jakości oraz przeprowadzania zdalnie okresowych czynności konserwacyjnych	
11.	Wykonawca zapewni w czasie trwania dzierżawy bezpłatny serwis Systemu Integrującego wszystkie analizatory parametrów krytycznych	
12.	Wykonawca dostarczy niezbędny zestaw komputerowy spełniający wymagania funkcjonalne opisanego systemu	

Uwaga : Nie spełnienie któregośkolwiek wymaganego warunku opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 5 - odczynniki dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 12 miesięcy

Lp.	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do wykrywania reakcji peroksydazy w leukocytach (POX) op.= 15 oznaczeń				op.	8				
2.	Zestaw do wykrywania reakcji Schiffa z kwasem nadjodowym w leukocytach (PAS) op.= 15 oznaczeń				op.	8				
3.	Zestaw do wykrywania reakcji esterazy z octanem alfa-naftyli w leukocytach (Esteraza nieswoista) op.= 15 oznaczeń				op.	8				
Razem:										

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dodatkowe odczynniki konieczne do wykonania badania, jeśli nie stanowią składowych zestawu odczynnikowego, a wymaga tego procedura.

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZZnak sprawy: **P-8/044/13**

.....

....., dnia

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

Województwo:

NIP: , REGON:

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:.....

Adres e-mail Wykonawcy:.....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:.....

Nr telefonu.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę: **odczynników i testów do diagnostyki laboratoryjnej oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i systemu integrującego** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie według Załącznika Nr 1 do SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po cenie:

Część Nr 1zł netto Vat %zł brutto	Słownie:..... Słownie :
Część Nr 2zł netto Vat %zł brutto	Słownie:..... Słownie :
Część Nr 3zł netto Vat %zł brutto	Słownie:..... Słownie :
Część Nr 4zł netto Vat %zł brutto	Słownie:..... Słownie :
Część Nr 5zł netto Vat %zł brutto	Słownie:..... Słownie :

2. Termin realizacji zamówienia:

- 1)** Termin realizacji zamówienia przez okres 12 miesięcy- dotyczy części Nr 1,2,3,5.
- 2)** Termin realizacji zamówienia przez okres 24 miesięcy- dotyczy części Nr 4.

3. Terminy przydatności do użycia/ważności :

1) dla odczynników termin przydatności do użycia..... miesięcy (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

2) dla materiałów eksploatacyjnych termin przydatności do użycia..... miesięcy (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

4. Termin płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części 1 poz.,
- w części 2 poz.,
- w części 3 (tabela 1) poz.,
- w części 4 (tabela 1 i 2) poz.,
- w części 5 poz.,

posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy* - **oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych.**

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części 1 poz.,
- w części 2 poz.,
- w części 3 (tabela 1) poz.,
- w części 4 (tabela 1 i 2) poz.,
- w części 5 poz.,

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - **jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu**

6. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części 1 poz.,
- w części 2 poz.,
- w części 3 (tabela 1) poz.,
- w części 4 (tabela 1 i 2) poz.,
- w części 5 poz.,

jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy*

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części 1 poz.,
- w części 2 poz.,
- w części 3 (tabela 1) poz.,
- w części 4 (tabela 1 i 2) poz.,
- w części 5 poz.,

nie jest substancją niebezpieczną i nie wymagana jest karta charakterystyk*

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

1) Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej**

2) Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

11. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/**

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/**

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/**

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska 104/118, w Częstochowie)**.

12. Informuję/-my**, że nie zamierzamy/zamierzamy** powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:
w zakresie:

13. Oświadczam/-y**, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

14. Wskazuję/-my** dane niezbędne do aukcji elektronicznej:

1) adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login-hasło, umożliwiający zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP

.....

2) imię i nazwisko oraz tel. osoby/-ób upoważnionej/-ch do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej/-ych za jego poufność.

..... tel.

..... tel.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

Oferta wraz załącznikami zawiera..... ponumerowanych i parafowanych stron.

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

** niewłaściwe/niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759, z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

UWAGA:

*W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.
Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.*

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759, z późn. zm.) z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271).

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Znak sprawy: P-8/044/13**

**UMOWA NR P-8/...../13- wzór umowy
dla Części Nr 1,2,5**

zawarta w dniu 2013r., w Częstochowie, pomiędzy:
**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,**
KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:
Dyrektor -,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a
firmą:.....,
KRS:....., REGON:, NIP:
którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa :

- 1) odczynników do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dotyczy części Nr 1,
- 2) odczynników i testów do badań diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dotyczy części Nr 2,
- 3) odczynniki do badań cytoenzymatycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej- dotyczy części Nr 5 - w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (stanowiący formularz asortymentowo-cenowy dla części Nr 1,2,5).

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy tj. od dnia przez okres 12 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: nettozł(słownie:.....), brutto zł (słownie:.....).

§4

1. Dostawy odczynników i testów wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku modyfikacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z dostarczonymi świadectwami.

6. Dostawy przedmiotu umowy loco magazynu Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/367 36 29,34/ 367 33 23, 34/ 367 36 70.

8. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest :tel..... .

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

- 1)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
- 2)** dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,
- 3)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w § 4 ust.6,
- 4)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do :

- 1)** wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),
- 2)** uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

§7

Terminy przydatności do użycia/ważności dla odczynników i testów miesiący (minimum 6 miesiący) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

§8

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych netto zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem stawki VAT.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 6 ust. 2 pkt.1),pkt.2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

7. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 8, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 7 i 8 niniejszego paragrafu.

12. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2) dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen brutto,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie przedmiot zamówienia lub na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia – czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

- 6)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
 - 7)** skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
 - 8)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy,
 - 9)** dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
 - 10)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
- 2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
- 3.** Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§10

- 1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
- 1)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
 - 2)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3)** za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,
 - 4)** za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
- 2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
- 3.** W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

- 1.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
- a)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,
 - b)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
 - c)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

§13

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§14

- 1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
- 2.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
- 3.** Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 4.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UMOWA NR P-8/...../13- wzór umowy
dla Części Nr 3 i 4

zawarta w dniu 2013r., w Częstochowie, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:

Dyrektor -,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

firmą:.....,

KRS:....., REGON:, NIP:

którą reprezentuje:

.....

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

1) dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych (nazwa aparatu):....., typ/model, producent: dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (stanowiący formularz asortymentowo- cenowy dla części Nr 1 w SIWZ).

2) dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów do badań równowagi kwasowo-zasadowej (nazwa aparatu):....., typ/model, producent: dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Oddziału Patologii Noworodka, Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa z dzierżawą Systemu Integrującego wszystkie analizatory (nazwa oprogramowania) w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (stanowiący formularz asortymentowo- cenowy dla części Nr 2 w SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa w zakresie dostaw obowiązuje:

1) od daty zawarcia umowy tj. od dnia przez okres 12 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie według potrzeb Zamawiającego- dotyczy części Nr 3,

2) od daty zawarcia umowy tj. od dnia przez okres 24 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie według potrzeb Zamawiającego – dotyczy części Nr 4.

2. Umowa w zakresie dzierżawy obowiązuje:

1) przez okres 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich dostawę i instalację – dotyczy części Nr 3,

2) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich dostawę i instalację – dotyczy części Nr 4.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto zł(słownie:.....),
brutto zł (słownie:.....) w tym :

1) dla części Nr 1:

a) za dostawę odczynników do badań z zakresu immunochemii:

.....zł brutto (słownie : zł)

b) za dzierżawę analizatora do badań immunochemicznych:

czynsz dzierżawny za 12 miesiące :

.....zł brutto (słownie : zł)

2) dla części Nr 2:

a) za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo-zasadowej :

.....zł brutto (słownie : zł)

b) za dzierżawę 4 analizatorów do badań równowagi kwasowo-zasadowej i systemu integrującego analizatory:

czynsz dzierżawny za 24 miesiące :

.....zł brutto (słownie :zł)

§4

1. Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku modyfikacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy , wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia ,zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z dostarczonymi świadectwami.

6. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Terminy przydatności do użycia dla testów miesięcy(minimum 6 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: tel.

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na swój koszt dostarczy, zainstaluje oraz skalibruje:

1)analizator do badań immunochemicznych (nazwa aparatu):.....,typ/model ,producent: w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy- dotyczy części Nr 3 ,

2. analizatory do badań równowagi kwasowo - zasadowej 4 szt – dotyczy części Nr 4.:

a) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model ,producent: dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

b) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model ,producent: dla Oddziału Patologii Noworodka w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

c) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model ,producent: dla Oddziału Chorób Płuc w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

d) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/modelproducent: dla Oddziału Położnictwa w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

3. Wykonawca w ramach dzierżawy:

1) zainstaluje i wdroży System Integrujący wszystkie analizatory parametrów krytycznych w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 4.

2) zintegruje system z systemem Ruchu Chorych w szpitalu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 4,

3) dostarczy serwer intranetowy w przypadku braku integracji systemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 4,

4) dostarczy niezbędny zestaw komputerowy spełniający wymagania funkcjonalne opisanego systemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 4,

5) podłączy na własny koszt analizatory do Laboratoryjnej sieci informatycznej w terminie do 14 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach dzierżawy analizatora dostarczy potrzebne urządzenia i oprogramowanie do instalacji w Laboratorium systemu informatycznego na nie mniej niż 13 stanowisk pracy w systemie LSI i dokona wdrożenia systemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 3.

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków z analizatora określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zwanego dalej urządzeniem w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

6. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z instrukcją obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sporządzoną w języku polskim i załączeniem paszportów technicznych.

7. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca w ramach wartości brutto określonej § 3 zapewni dla analizatora do badań immunochemicznych oraz dla analizatorów do badań równowagi kwasowo- zasadowej :

1) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych umowy,

2) bezpłatne przeglądy serwisowe:

a) zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy- dotyczy części Nr 3

b) raz w roku lub według zaleceń producenta , obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy – dotyczy analizatorów do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Patologii Noworodka(część Nr 4),

c) co pół roku lub według zaleceń producenta , obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy - dotyczy analizatorów do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa (część Nr 4),

3) czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa urządzenia max. do 2 dni roboczych.

4) w przypadku naprawy przekraczającej 2 dni , Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi objętymi przedmiotową umową,

5) w przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy urządzenie podlega wymianie.

9. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

10. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

11. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

12. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać analizatora do użytkowania osobom trzecim ani ich podziewać.

13. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

14. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

- 1)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
- 2)** dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,
- 3)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w § 4 ust.6,
- 4)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony:

1) analizator do badań immunochemicznych (nazwa aparatu):.....,typ/model,producent: dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest fabrycznie nowy i wolny od wad-dotyczy części Nr 3,

2) analizatory do badań równowagi kwasowo - zasadowej 4 szt – dotyczy części Nr 4:

a) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model,producent: dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

b) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model,producent: dla Oddziału Patologii Noworodka jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

c) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model,producent: dla Oddziału Chorób Płuc jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

d) analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej (nazwa aparatu):.....,typ/model,producent: dla Oddziału Położnictwa jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

3. W przypadku dostarczenia odczynników, materiałów eksploatacyjnych z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do :

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny , płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust. 3 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wiarygodności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej

nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2) dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen brutto,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy.

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, w zakresie dostaw odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw określonej w § 3 ust.3 pkt.1) lit.a) i pkt.2) lit.a),

10) dopuszcza się odstępniem od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

3. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy /przekazania/ instalacji i wdrożenia systemu/ podłączeniu Laboratoryjnej Sieci Informatycznej w terminach określonych w § 5 ust. 1,2,3,4,5 karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt.3) umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdą godzinę opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości umownej dzierżawy brutto oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie analizatora w wysokości 0,2% wartości umownej dzierżawy brutto.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 3 pkt. 1),2) – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych – dotyczy części Nr 4.

§13

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.


§14

- 1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
- 2.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
- 3.** Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 4.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 2 do umowy

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.