

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA**  
**ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI**  
DAZ.26.046.2014  
L.dz. 1963/14

**ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o wynikach przedmiotowego postępowania.

**1.** W prowadzonym postępowaniu, oferty złożyli Wykonawcy:

- 1) BIALMED SP. Z O.O., UL. MARII KONOPNICKIEJ 11A, 12-230 BIAŁA PISKA
- 2) PRZEDSIĘBIORSTWO NOVAX SP. Z O.O., PLAC WOLNOŚCI 7, 83-004 BYDGOSZCZ
- 3) MEDIA-MED. SP. Z O.O., UL. LUBIAŃSKA 34, 31-476 KRAKÓW
- 4) HENRY KRUSE SP. Z O.O., BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. KOLEJOWA 3, 55-040 KOBIERZYCE

**2.** Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 ustawy PZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Tabela poniżej zawiera zestawienie wszystkich złożonych ofert, przyznaną punktację, wybrane oferty, oferty odrzucone oraz unieważnienia części postępowania. Oferty najkorzystniejsze uzyskały 100,00 punktów, zgodnie z przyjętym w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena -100%.

Część	Wykonawca	Cena /zł/	Punktacja	Odrzucenie / Unieważnienie
1	HENRY KRUSE SP. Z O.O.	1 – 2 404,73	100,000	-
1	BIALMED SP. Z O.O.	1 – 2 527,20	95,153	-
2	BIALMED SP. Z O.O.	2 – 28 436,83	100,000	-
2	PRZEDSIĘBIORSTWO NOVAX SP. Z O.O.	2 – 23 554,80	ODRZUCENIE	ODRZUCENIE
2	MEDIA-MED SP. Z O.O.	2 – 32 486,40	ODRZUCENIE	ODRZUCENIE
2	HENRY KRUSE SP. Z O.O.	2 – 33 590,42	84,657	-
3	NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY		UNIEWAŻNIENIE	UNIEWAŻNIENIE
4	BIALMED SP. Z O.O.	4 – 5 184,00	ODRZUCENIE UNIEWAŻNIENIE	ODRZUCENIE UNIEWAŻNIENIE

Uzasadnienie wyboru dla każdej z części: Wybrana oferta została uznana za ważną, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przyjętym kryterium oceny ofert – cena 100% - uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,000.

### **3. Zamawiający odrzuca:**

**1)** ofertę złożoną w Części Nr 2 przez Wykonawcę: MEDIA-MED. SP. Z O.O., UL. LUBIAŃSKA 34, 31-476 KRAKÓW. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: Wykonawca nie uzupełnił wymaganych zapisem SIWZ próbek. Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**2)** ofertę złożoną w Części Nr 2 przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO NOVAX SP. Z O.O., PLAC WOLNOŚCI 7, 83-004 BYDGOSZCZ. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: W toku merytorycznej oceny ofert, stwierdzono w ofercie Wykonawcy brak potwierdzenia wymaganych w SIWZ parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Na podst. art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwano ww. Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane zapisem SIWZ parametry przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał potwierdzenia możliwości używania oferowanego preparatu w myjkach ultradźwiękowych, do mycia narzędzi, instrumentów medycznych (również manualnego) oraz o szerokiej kompatybilności materiałowej i czasie działania do 3 min. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty, nie potwierdzające spełnienia wymagań SIWZ. Z przedstawionych przez Wykonawcę NOVAX SP. Z O.O. dokumentów (karta techniczna preparatu Labomat E) wynika, że preparatem do mycia ręcznego jest detergent enzymatyczny INSTRU ZYM, taka informacja zawarta jest także w dokumentach (tabeli) przesłanych w ramach uzupełnienia dokumentów (firmy Pentax).

Z przesłanego oświadczenia wynika jednakże, że preparat może być używany do mycia ręcznego jak i w myjkach ultradźwiękowych. Wskazana jest także w karcie technicznej temperatura, w której powinien odbywać się proces oczyszczania i mycia: 35-40 st. Celsjusza (niższa temperatura może powodować pienienie). Przy myciu manualnym uzyskiwanie podanej temperatury wody będzie wymagało dodatkowych nakładów pracy personelu medycznego Zamawiającego tzn. jej podgrzewania i mierzenia temperatury, co spowoduje wydłużenie czasu przygotowania instrumentów medycznych do użycia. Wobec powyższego oferta Wykonawcy NOVAX SP. Z O.O. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i podlega odrzuceniu jako oferta niezgodna z zapisami SIWZ. Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**3)** ofertę złożoną w Części Nr 4 przez Wykonawcę: BIALMED SP. Z O.O., UL. MARIII KONOPNICKIEJ 11A, 12-230 BIAŁA PISKA. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: W toku merytorycznej oceny ofert, stwierdzono w ofercie Wykonawcy brak potwierdzenia wymaganych w SIWZ parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Na podst. art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwano ww. Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane zapisem SIWZ parametry przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego prątkobójcze działanie oferowanego preparatu w czasie 15 min. – zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokument, w którym brak informacji o prątkobójczym działaniu oferowanego preparatu w czasie 15 min. Wobec powyższego oferta ww. Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i podlega odrzuceniu jako oferta niezgodna

z zapisami SIWZ. Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**4.** W Części Nr 3 i 4 Zamawiający unieważnia postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**5.** Umowa z wybranymi w poszczególnych częściach Wykonawcami może być zawarta zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do złożenia oferty na asortyment ujęty w częściach unieważnionych w przedmiotowym postępowaniu. Postępowanie na ten asortyment Zamawiający ogłosi w najbliższym czasie.

**ZATWIERDZIŁ**  
**DYREKTOR**  
**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
**IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY**  
**W CZĘSTOCHOWIE**  
**LEK.MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA-PANKIEWICZ**