



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Zamawiający:

Częstochowa, dnia 15.07.2019r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. i faks: 34/ 367-37-53

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA OPTYCZNYCH ZESTAWÓW BRONCHOFIBEROSKOPOWYCH DO BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO PRZY UL.BIALSKIEJ 104/118.

Znak sprawy: **DEZ.26.066.2019**

L.dz. 2732/19

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Dot. załącznika nr 6, opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane pkt 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2018 roku?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący Opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane w pkt.46 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/ 2019.”

Pytanie 2

Dot. załącznika nr 6, opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane pkt 47

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną awarię do 72 godzin w dni robocze oraz wydłużenie czasu usunięcia usterki do 7 dni roboczych. Podkreślamy, że Zamawiający otrzyma sprzęt zastępczy na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z pkt 48 tabeli.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący Opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane w pkt.47 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.7 dni roboczych.”

Pytanie 3

Dot. załącznika nr 6, opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane pkt 47

Prosimy o potwierdzenie, że termin na usunięcie usterki liczony będzie przez Zamawiającego od momentu jej zdiagnozowania bądź dostarczenia aparatu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji - kurierem na koszt Wykonawcy).

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dot. załącznika nr 6, opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane pkt 48

Czy zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dot. załącznika nr 6, opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane pkt 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący Opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane w pkt.50 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

"Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat."

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Zamawiający od momentu wydania sprzętu i potwierdzenia odebrania na mocy protokołu zdawczo – odbiorczego odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.”

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji w Załączniku Nr 7 do SIWZ stanowiącym Wzór umowy w § 4 dodaje się ust. 6, o treści:

"Zamawiający od momentu wydania sprzętu i potwierdzenia odebrania na mocy protokołu zdawczo – odbiorczego odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania."

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 6 ust. 3

Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem (...)”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 7 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób: „Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym, jednak zawsze w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.”

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 7 do SIWZ stanowiący Wzór umowy w § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

"Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym, jednak zawsze w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych."

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 20 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.”

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 7 do SIWZ stanowiący Wzór umowy w § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.”

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji Załącznik Nr 7 do SIWZ stanowiący Wzór umowy w § 9 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę , po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy. Z chwilą uiszczenia całej należności przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o następującej treści: „Zgoda na przelew wierzytelności nie jest wymagana w przypadku, gdy zwłoka w płatności przekroczy 30 dni od terminu wskazanego na fakturze. Postanowienia ust. 4 zostają wyłączone.”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 11

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,2% oraz z 20% na 10%.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 11

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dostarczenie urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych np. naprawy wyłącza możliwość stosowania kar umownych.

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem że urządzenie zastępcze będzie miało parametry co najwyżej takie jak urządzenie uszkodzone.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy § 14 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych, jednak z obowiązkiem rozliczenia wszelkich istniejących zobowiązań.”

Odpowiedź: NIE, Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **18.07.2019 r.** termin składania i otwarcia.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

W załączeniu:

- 1) zmieniony Załącznik Nr 6 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane.
- 2) zmieniony Załącznik Nr 7 do SIWZ- Wzór umowy.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
ZBIGNIEW BAJKOWSKI

.....
Kierownik Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: **Optyczne zestawy bronchofiberoskopowe:** Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Białskiej 104/118 – 2 zestawy – dla dzieci i dorosłych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów
	Producent	Podać	
	Nazwa – model/typ	Podać	
	Kraj pochodzenia	Podać	
	Rok produkcji fabrycznie nowe	Podać/TAK	
PODSTAWOWE WYMAGANIA			
BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZT.			
1.	Średnica wziernika roboczego max 3,5mm	Tak	
2.	Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 1,1 mm	Tak	
3.	Długość robocza 590mm-600mm	Tak	
4.	Długość całkowita max 900 mm	Tak	
5.	Kąt widzenia min 90°	Tak	
6.	System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii	Tak	
7.	Oznaczenie położenia dioptrii na okularze	Tak	
8.	Głębokość ostrości 3-50 mm	Tak	
9.	Dioptrie: +3 ~ -8 dptr.	Tak	
10.	Zamontowane na stałe przyłączy ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji	Tak	
11.	Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni	Tak	
12.	Dźwignia regulacji wyginania kąтового z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (góra/dół)	Tak	
13.	Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń	Tak	
14.	Wlot kanału biopsyjnego typu LUER	Tak	
15.	Koniec dystalny endoskopu wyposażony w min 2 światłowody	Tak	
16.	Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	
17.	Walizka wyposażona w ruchomy uchwyt do przenoszenia oraz w 2 zamki typu zatrzask, zamykane kluczem	Tak	
18.	Certyfikowany medycznie, manometryczny tester szczelności endoskopu z ręczną pompą	Tak	
19.	Pełna współpraca z oferowanym źródłem światła	Tak	
BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZT.			
20.	Średnica wziernika roboczego max 6,2mm	Tak	
21.	Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 3,0 mm	Tak	
22.	Długość robocza 590mm-600mm	Tak	
23.	Długość całkowita max 900 mm	Tak	
24.	Kąt widzenia min 90°	Tak	
25.	System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii	Tak	
26.	Oznaczenie położenia dioptrii na okularze	Tak	
27.	Głębokość ostrości 3-50 mm	Tak	
28.	Dioptrie: +3 ~ -8 dptr.	Tak	

29.	Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji	Tak	
30.	Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni	Tak	
31.	Dźwignia regulacji wyginania kąтового z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (górze/dół)	Tak	
32.	Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń	Tak	
33.	Wlot kanału biopsyjnego typu LUER	Tak	
34.	Bronchofiberoskop przystosowany do wykonywania zabiegów elektrochirurgicznych	Tak	
35.	Koniec dystalny endoskopu wyposażony w min 2 światłowody	Tak	
36.	Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	
37.	Walizka wyposażona w ruchomy uchwyt do przenoszenia oraz w 2 zamki typu zatrask, zamykane kluczem	Tak	
38.	Certyfikowany medycznie, manometryczny tester szczelności endoskopu z ręczną pompą	Tak	
39.	Pełna współpraca z oferowanym źródłem światła	Tak	
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – 2 SZT.			
40.	Częstotliwość 50/60Hz	TAK	
41.	Płynna regulacja natężenia światła	TAK	
42.	Elastyczny uchwyt do przenoszenia	TAK	
43.	Waga max 6 kg	TAK	
44.	Czas świecenia lampy min. 50 godz.	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
45.	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,	Tak	
46.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/ 2019	Tak	
47.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.7 dni roboczych.	Tak	
48.	Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.	Tak	
49.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	Tak	
50.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat,	Tak	
51.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.	Tak	
52.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności.	Tak	
53.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.	Tak	
54.	Szkolenie personelu technicznego	Tak	
55.	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia	Tak	
56.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji	Tak	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

....., dnia 2019 r.

.....
*Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

UMOWA NR DEZ.26.066.2019

/wzór/

zawarta w dniu-.....-**2019** r., w Częstochowie,
pomiędzy;

**WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,**

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje:

Dyrektor – Zbigniew Bajkowski,

a:

KRS:, NIP:, REGON:,

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którego reprezentuje:

.....,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA OPTYCZNYCH ZESTAWÓW BRONCHOFIBEROSKOPOWYCH DO BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO PRZY UL.BIALSKIEJ 104/118 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,** zwanego dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.
- Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w tabeli zawierającej parametry techniczne pn. „Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane” będącej załącznikiem Nr 6 do SIWZ a, stanowiącej [Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy](#).
- Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.).
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175), o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio [Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy](#).

§2

- Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym [Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy](#) i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów akceptacyjnych i specjalistycznych, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).
- Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: brutto zł (słownie:)

§3

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie **do 6 tygodni od daty podpisania umowy**.
2. Szkolenie pracowników medycznych Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie się w terminie nie dłuższym niż **2** dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu odbędzie się w terminie nie dłuższym niż **2** dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.
4. Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.
5. Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym dokumenty wymienione w Załączniku Nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy), instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury (po odbytym szkoleniu), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń), oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, a stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”- zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Zamawiający od momentu wydania sprzętu i potwierdzenia odebrania na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
2. W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez serwis producenta sprzętu.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: **miesięcznej gwarancji** na dostarczony sprzęt (*zgodnie z treścią oferty Wykonawcy*).
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego samego istotnego elementu/podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego, wraz z nową gwarancją obejmującą ten sam okres co wskazany w § 6 ust. 1 umowy, na dostarczony sprzęt.
6. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: P. , tel.

§7

1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze, w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. Podstawienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.
2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym, jednak zawsze w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.
3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.
3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

1. Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.
2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:
 - c) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
 - d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

§10

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych

podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z dostarczonym towarem:
 - 1) oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5, lub
 - 1.1.1. dokument określający rodzaj, ilość i cenę jednostkową dostarczonego sprzętu wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.
7. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Zapisy ust. 6.1) niniejszego paragrafu, w zakresie dostarczenia faktury i kopii faktury VAT, nie mają zastosowania w przypadku przesłania przez Wykonawcę faktury elektronicznej na adres: ID Zamawiającego: 573 22 99 604

§11

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 umowy.
 - 3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto części (której dotyczy) za każdy przypadek, za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.
4. Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 lub jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
 - 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian,
 - 4) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację tj. Województwo Śląskie.
3. Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
 - 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3 paragrafu 12.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§ 15

1. Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi [Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy](#).
2. Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW stanowi [Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy](#).
3. Oświadczenie o mechanizmie podzielonej płatności stanowi [Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy](#).

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY