



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 14.09.2012r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**DOSTAWA APARATÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
DLA WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE**

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/080/2101/12

WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Niniejsze wyjaśnienia, o treści podanej poniżej, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1 – dotyczy Części Nr 1,

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy Części Nr 1,

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej wyposażone w materac w osłonie o wymiarach 200 x 88 x 10, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dotyczy Części Nr 1,

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne z regulacją wysokości w zakresie 390-830, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy Części Nr 1,

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z górną szufladą wyposażoną we wkład z podziałem na 3 części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy Części Nr 1,

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji na zgłoszenia awarii max. 3 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6,

Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie części nr 3 na dwa pakiety – ssaki i pulsoksymetry? Rozdzielenie to pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości oferentów, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez możliwości wyświetlania krzywej pletyzmograficznej? Oferowane urządzenie dodatkowo posiada możliwość pomiaru temperatury oraz pozwala na 12 h monitorowania przy zasilaniu akumulatorowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiaru tętna od 30 do 250 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiarowym NIBP od 15 do 270 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dotyczy Części Nr 3,

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu.”

Odpowiedź: Oznacza to gradację ważności alarmów.

Pytanie 11 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z alarmami dźwiękowymi, wizualnymi i graficznymi oraz fizjologicznymi, technicznymi i wspólnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez złącza do podłączenia do stacji centralnego nadzoru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez uchwytu do mocowania urządzenia na szynie lub statywie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o podciśnieniu od 0 do 84 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 40 l/min? Nadmieniamy, iż nasz ssak posiada możliwość precyzyjnego doboru wydajności ssania, co pozwala na dostosowania siły ssania do potrzeb personelu medycznego w tym także na poziomie 30-35 l/min. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu nie przekraczający 45 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny posiadający wielostopniowe tj. trzystopniowe zabezpieczenie ssaka przed przelaniem pompy w postaci filtrów przeciw-bakteryjnych lub hydrofobowych jak również zastawek przeciw-przelewowych w miejsce wymaganego zbiornika zabezpieczającego 0,25-0,5 litra? Trzystopniowe zabezpieczenie ssaka daje pełną gwarancję użytkowania zarówno dla personelu jak i potencjalnego pacjenta, jak również eliminują konieczność stosowania dodatkowego zbiornika zabezpieczającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny umieszczony na wózku jezdnym z pięcioramienną podstawą nie wymagającą blokowania kół.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny o budowie blokowej umieszczonej na 4 kołach, w tym 2 z blokadą? Oferowany ssak posiada wyłącznik nożny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczy Części Nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez włącznika nożnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 – dotyczy Części Nr 2, poz. 46

Czy Zamawiający wymaga w zamówieniu 1 szt. Nebulizatora do trzech Respiratorów czy 1 szt. Nebulizatora do każdego respiratora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 szt. nebulizatora do 3 szt. respiratorów.

Pytanie 22 - Dotyczy Części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Ssaka z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego, z pompą wysokoobrotową, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, niewymagająca konserwacji. Głośność 45 dB. Dwa zbiorniki 2 litrowe wielorazowe z poliwęglanu na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z podziałką i drenami połączeniowymi do sterylizacji w temperaturze do 134°C dla każdego ze ssaków. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 - Dotyczy Części nr 3– Ssak 2 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 3 ssaków do osobnej części?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 24.09.2012r. termin składania ofert.

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

KAZIMIERZ PANKIEWICZ