

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118  
tel. i faks: (034) 367-36-74  
e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dnia 20 sierpnia 2014 r.

**Znak sprawy: DAZ.26.061.2014**

**L.dz.1783/14**

## **WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa narzędzi wielorazowego użytku do mikrochirurgii oka dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 1**

Zamawiający informuje, iż w dniu **07 i 08 sierpnia 2014 r.** wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi i zmienia zapisy SIWZ.

#### **Pytanie Nr 1**

ad. Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:

Nożyczki typu TROUTMAN, rogówkowe, prawe, 10 cm

Nożyczki typu TROUTMAN, rogówkowe, lewe, 10 cm



#### **Odpowiedz:**

Zamawiający zmienia zapis w poz. 1 - Części 1 „Formularza asortymentowo-cenowym” (Załącznik Nr 2 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie „Nożyczki rogówkowe typu Castroviejo lub typu Troutman, zakrzywione prawe i lewe, długość narzędzia 90-110 mm, długość branszy 6-8 mm

#### **Pytanie Nr 2**

ad. Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:

Nożyczki typu CASTROVIEJO, rogówkowe, delikatne, prawe, 10,5 cm

Nożyczki typu CASTROVIEJO, rogówkowe, delikatne, lewe, 10,5 cm



#### **Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ i dopuszcza również:

Nożyczki typu CASTROVIEJO, rogówkowe, delikatne, prawe, 10,5 cm

Nożyczki typu CASTROVIEJO, rogówkowe, delikatne, lewe, 10,5 cm

#### **Pytanie Nr 3**

Ad. Część 1, poz. 3

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:

Nożyczki typu VANNAS, do kapsulotomii, bardzo delikatne, zakrzywione, 8 cm



**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ i dopuszcza nożyczki typu VANNAS, do kapsulotomii, bardzo delikatne, zakrzywione, 8 cm

**Pytanie Nr 4**

Ad. Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:  
Pęseta tęczówkowa typu BONN, prosta, 1 x 2 zęby

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Nr 5**

Ad. Część 1, poz. 5

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:  
Rozwórka typu WEISS, okienkowata, dla niemowląt

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.




**Pytanie Nr 6**

Ad. Część 1, poz. 6

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:  
Rozwórka typu LIEBERMANN-TENNANT, okienkowata, otwarta, skroniowa

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Nr 7**

Ad. Część 1, poz. 7

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:  
Kaniula typu SIMCOE irygacyjno / aspiracyjna, średnica rurki irygacyjnej / aspiracyjnej 23 Ga / 0,64 mm, każda

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ ale dopuszcza również kaniulę typu SIMCOE irygacyjno / aspiracyjna, średnica rurki irygacyjnej / aspiracyjnej 23 Ga / 0,64 mm, każda.



### **Pytanie Nr 8**

Ad. Część 1, poz. 8

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej:  
Prosimy o wskazanie modelu spośród pozycji od A do E

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający zmienia zapis w poz. 8 - Części 1 „Formularza asortymentowo-cenowym” (Załącznik Nr 2 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie „Imadło typu Barraquer lekko zakrzywione, szczęki do szwów 10,00 mm, długość 130-140 mm bez zatrzasku”.

#### **A**

Imadło do igły typu BARRAQUER, zakrzywione, bez zatrzasku, uchwyt 10,0 mm, długość całkowita 140 mm



#### **B**

Imadło do igły typu BARRAQUER, zakrzywione, z zatrzaskiem, uchwyt 10,0 mm, długość całkowita 140 mm



#### **C**

Imadło do igły typu BARRAQUER, oryginalny model, zakrzywione, bez zatrzasku, uchwyt 10,0 mm, długość całkowita 130 mm



#### **D**

Imadło do igły typu BARRAQUER, z mocnymi szczękami, zakrzywione, bez zatrzasku, uchwyt 10,0 mm, długość całkowita 140 mm



#### **E**

Imadło do igły typu BARRAQUER, z mocnymi szczękami, zakrzywione, z zatrzaskiem, uchwyt 10,0 mm, długość całkowita 140 mm



### **Pytanie Nr 9**

Ad. Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej :  
Prosimy o wskazanie modelu spośród pozycji od A do D

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

#### **A**

Pęseta do kapsuloreksji, nie wypukła, bardzo delikatna



#### **B**

Pęseta do kapsuloreksji typu H-R KOCH, średnica części roboczej 2,0 mm, długość 13,0 mm; znaczniki na górnej krawędzi części roboczej



**C**

Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna



**D**

Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna, nowy model




**Pytanie Nr 10**

Ad. Część 2, poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej : Czoper typu NEUMANN o potrójnym kącie wygięcia.

**Odpowiedz:** TAK.



**Pytanie Nr 11**

Ad. Część 3, poz. 1



Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej :

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wskazanie jednego z dwu modeli

Pęseta do witrektomii, prosta, końcówka chwytna bardzo delikatna, 0,2 x 0,05 mm, tytanowa rękojeść 6 mm, kolor niebieski, 23 Ga / 0,6 mm

Pęseta do witrektomii, prosta, końcówka chwytna bardzo delikatna, 0,2 x 0,05 mm, tytanowa rękojeść 8 mm, kolor niebieski, 23 Ga / 0,6 mm



### **Pytanie Nr 12**

Ad. Część 3, poz. 2



Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie opisane i przedstawione na rysunku poniżej :

Prosimy o wskazanie jednego z dwu modeli

Pęseta do witrektomii, prosta, końcówka chwytna bardzo delikatna, 0,2 x 0,05 mm, tytanowa rękojeść 6 mm, kolor niebieski, 25 Ga / 0,5 mm

Pęseta do witrektomii, prosta, końcówka chwytna bardzo delikatna, 0,2 x 0,05 mm, tytanowa rękojeść 8 mm, kolor niebieski, 25 Ga / 0,5 mm

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



### **Pytanie Nr 13** (ad. Część 1, Kryteria poz.3)

Czy Zamawiający akceptuje lokalizację autoryzowanego serwisu poza obszarem Polski, tzn. w Niemczech gdzie mieści się siedziba producenta narzędzi.

**Odpowiedz:** TAK - przy określeniu terminu naprawy-reklamacji.

### **Pytanie Nr 14** (ad. Część 1, Kryteria poz.4)

Czy Zamawiający ma na uwadze wykonanie regeneracji narzędzi na koszt własny, poza warunkami określonymi dla świadczeń gwarancyjnych

**Odpowiedz:** TAK - po gwarancji.

### **Pytanie Nr 15** (ad. Część 1, Kryteria poz.5)

Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancyjnym naprawy lub wymiany narzędzia na koszt dostawcy, którego wady eksploatacyjne wykraczają poza zakres wad wynikających z tytułu wad materiałowych oraz wad wykonania.

**Odpowiedz:** TAK.

### **Pytanie Nr 16** (ad. Część 1, Załącznik nr 8)

Czy wobec kilkudniowego terminu przedstawienia oferty oraz dobrej znajomości narzędzi firmy Geuder Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia wraz z ofertą próbki każdego z narzędzi.

**Odpowiedz:** NIE.

### **Pytanie Nr 17** (ad. Część 2, Kryteria poz.3)

Czy Zamawiający akceptuje lokalizację autoryzowanego serwisu poza obszarem Polski, tzn. w Niemczech gdzie mieści się siedziba producenta narzędzi.

**Odpowiedz:** TAK.

### **Pytanie Nr 18** (ad. Część 2, Kryteria poz.4)

Czy Zamawiający ma na uwadze wykonanie regeneracji narzędzi na koszt własny, poza warunkami określonymi dla świadczeń gwarancyjnych

**Odpowiedz:** TAK.

### **Pytanie Nr 19** (ad. Część 2, Kryteria poz.5)

Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancyjnym naprawy lub wymiany narzędzia na koszt dostawcy, którego wady eksploatacyjne wykraczają poza zakres wad wynikających z tytułu wad materiałowych oraz wad wykonania.

**Odpowiedz:** TAK.

### **Pytanie Nr 20** (ad. Część 2, Załącznik nr 8)

Czy wobec kilkudniowego terminu przedstawienia oferty oraz dobrej znajomości narzędzi firmy Geuder Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia wraz z ofertą próbki każdego z narzędzi.

**Odpowiedz:** NIE.

### **Pytanie Nr 21** (ad. Część 3, Kryteria poz.3)

Czy Zamawiający akceptuje lokalizację autoryzowanego serwisu poza obszarem Polski, tzn. w Niemczech gdzie mieści się siedziba producenta narzędzi.

**Odpowiedz:** TAK.

**Pytanie Nr 22** (ad. Część 3, Kryteria poz.4)

Czy Zamawiający ma na uwadze wykonanie regeneracji narzędzi na koszt własny, poza warunkami określonymi dla świadczeń gwarancyjnych.

**Odpowiedz:** TAK.

**Pytanie Nr 23** (ad. Część 3, Kryteria poz.5)

Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancyjnym naprawy lub wymiany narzędzia na koszt dostawcy, którego wady eksploatacyjne wykraczają poza zakres wad wynikających z tytułu wad materiałowych oraz wad wykonania.

**Odpowiedz:** TAK.

**Pytanie Nr 24** (ad. Część 3, Załącznik nr 8)

Czy wobec kilkudniowego terminu przedstawienia oferty oraz dobrej znajomości narzędzi firmy Geuder Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia wraz z ofertą próbki każdego z narzędzi.

**Odpowiedz:** NIE.

**Pytanie Nr 25**

Czy Zamawiający mógłby odstąpić od wymogu dostarczenia próbek – ponieważ w przypadku wyrobów wielorazowego użytku będzie to faktyczny towar handlowy (o znacznej wartości), a ilość wymaganych próbek to połowa całkowitego zapotrzebowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł ocenić na podstawie dołączonego do oferty katalogu.

**Odpowiedz:** NIE.

Chyba, że Zamawiający dopuści możliwość prezentacji próbek przez upoważnioną osobę wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i ich niezwłoczny zwrot w przypadku nie wybrania oferty – lub zafakturowania jako dostarczony towar w przypadku wybrania oferty.

**Odpowiedz:** TAK

**Pytanie Nr 26**

Czy w Części nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki o dł. branszy 11mm ?

**Odpowiedz:** NIE.

**Pytanie Nr 27**

Czy w Części nr 1 poz. 8 Zamawiający dopuści imadło Baraquer o dł. szczęk 11mm ?

**Odpowiedz:** Odpowiedz jak na pytanie 8 powyżej.

**Pytanie Nr 28**

Czy w Części nr 2 Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje ?

**Odpowiedz:** NIE.

**Pytanie Nr 29**

Czy w Części nr 3 poz. 2 Zamawiający dopuści pensetę 27G ?

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 30**

**(część 1 poz.6)**

Czy Zamawiający dopuści rozwórkę typu Libermann 15 mm?

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 31**

**(część 3, poz. 1 i 2)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie penset do ILM typu Katena 23G oraz 25G jak na załączonym obrazku?

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), Zamawiający zmienia zapisy § 9 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu”.

Jednocześnie Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **26 sierpnia 2014 r. na godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych w pokoju 310.

Miejsce składania ofert, określony w § 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

*DYREKTOR*

*Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie*

*lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz*