

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. i faks: 034 367-36-74
mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 18 grudnia 2013 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/094/3497/13

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż lampy RTG, przewodów wysokiego napięcia, komputera do rekonstrukcji obrazu do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu okresowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ.

Pytanie Nr 1:

Prosimy o wykreślenie zapisów §3 ust. 8 jakonaruszający zasadę równego traktowania wykonawców. Zakres zobowiązań i obostrzeń wskazany w §3 ust. 8, jakie będzie musiał przyjąć na siebie wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie w w/w postępowaniu, jednoznacznie wskazuje, iż Zamawiający w zakresie wymaganej od wykonawców zdolności finansowej stawia warunek udziału w postępowaniu polegający na posiadaniu przez wykonawcę zdolności finansowej pozwalającej na samodzielne, oparte wyłącznie na zasobach własnych wykonawcy, sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w ten sposób postawił ukryty warunek udziału w postępowaniu. Postawiony przez Zamawiającego warunek, poprzez sposób jego sformułowania oraz jego treść, narusza zasadę równego traktowania wykonawców, wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp. Różnicowanie pozycji wykonawców wg kryterium źródła, z jakiego pochodzi zapewnione przez nich finansowanie przedmiotu zamówienia nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych okolicznościach dotyczących Postępowania i prowadzi ograniczenia uczciwej konkurencji w stosunku do określonej grupy wykonawców (w szczególności małych i średnich przedsiębiorców).

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz Wyrok z dnia 25.10.2013 r., sygn. akt KIO 2397/13.

Pytanie Nr 2:

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy wprowadzenie do § 3 projektu umowy ustępu 6 o treści: „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy § 3 ust. 9 i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT przez Wykonawcę.”

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz Wyrok z dnia 25.10.2013 r., sygn. akt KIO 2397/13.

Pytanie Nr 4:

Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy dostawy w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 5:

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia na przedmiocie zamówienia obowiązującej do momentu ustanowienia zastawu rejestrowego ?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 6:

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego ?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się podpisać umowę zastawu rejestrowego w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 8:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej wartość brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 9:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy dostawy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową w dniu podpisania umowy.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 11:

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczeń ?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że brak ustanowienia zabezpieczeń spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy dostawy, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru upoważnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 13:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §3 ustęp 7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 1,5 raza odsetki ustawowe, nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych”.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 14:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 15:

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 16:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 15, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy poniższego zapisu:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 17:

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych i zmianę brzmienia §6 ust. 2 „2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 3,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% wartości netto wynagrodzenia,

d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% wartości netto wynagrodzenia.”

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 18:

W celu zachowania równości stron prosi o dodanie do §6 ustępu 2e) i f) o treści:

„2 e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3,

f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 3,”

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz art. 484 K.C.

Pytanie Nr 19:

Prosimy o zmianę zapisów ust. 4 i 5 § 6 i nadanie im brzmienia:

W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Strony mogą niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego - z zastrzeżeniem ust. 5.

Strony ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 20:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów § 3 ustę 5, czy do wystawienia faktury Zamawiający wymaga spełnienia warunku podpisania przez obie strony umowy 4 dokumentów: protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy /wyników testów akceptacyjnych/wyników przeglądu okresowego?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga do wystawienia faktury VAT wszystkich 4 dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5 wzoru umowy tj. protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy /wyników testów akceptacyjnych/ wyników przeglądu okresowego, podpisanych przez obie strony.

Pytanie Nr 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy był sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy?

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 22:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 3 wzoru umowy, gdyż Zamawiający przewidział karę umowną za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy w §6 ust. 2 c).

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania Nr 23:

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** wyodrębnienia kosztu finansowania w formularzu ofertowym (dodatek nr 1 do SIWZ) oraz formularzu asortymentowo - cenowym (dodatek nr 2 do SIWZ), pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu **Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8%** co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Proponuję dopuszczenia zmienionego formularza ofertowego prezentuję poniżej.

„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) **Wartość brutto:** zł

słownie złotych:)

b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: zł

słownie złotych:)

c) **Wartość netto:** zł

słownie złotych:)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto:

Podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto:

słownie:"

W zakresie formularza asortymentowo – cenowego zał. nr 2 do SIWZ prosimy o dopuszczenie dodania do tabeli wiersza Lp. 5 o nazwie: „Koszt finansowania”, w kolumnie - ilość: „12 rat”, w kolumnie – stawka podatku VAT: „Zw.”

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 24:

SIWZ par. 3 pkt. 2.

Prosimy o zmianę zapisu:

Oferowana lampa RTG musi być fabrycznie nowa, w oryginalnym kołpaku. Rok produkcji 2013 r. lub 2014 r. Postępowanie przetargowe odbywa się na przełomie roku 2013/2014. Jeśli przedłużą się terminy ze względów proceduralnych na rok 2014, to warto uwzględnić lampę również z tego rocznika produkcji.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 3 SIWZ i nadaje mu brzmienie: „Oferowana lampa RTG musi być fabrycznie nowa, w oryginalnym kołpaku. Rok produkcji 2013 r. lub 2014 r.

Pytanie Nr 25:

SIWZ par. 4.

Proponujemy zmianę zapisu. Prosimy o ujednoczenie (Sprzeczność z umową – par. 4 ust. 1 mowa o 4 dniach roboczych. Par. 4 ust. 2 przewiduje 5-cio dniowe terminy).

Nowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 4 SIWZ i nadaje mu brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: do **5 dni** roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy”.

Pytanie Nr 26:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Prosimy o zmianę zapisu:

Charakterystyka lampy RTG w oryginalnym kołpaku.

Producent:

Nazwa – model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji – 2013 lub 2014 r.

Postępowanie przetargowe odbywa się na przełomie roku 2013/2014. Jeśli przedłużą się terminy ze względów proceduralnych na rok 2014, to warto uwzględnić lampę również z tego rocznika produkcji.

Odpowiedz:

Anuluje się w całości dotychczasowy Załącznik Nr 2 do SIWZ pn. Formularz Asortymentowo-Cenowy, a w to miejsce wprowadza się nowy zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ pn. Formularz Asortymentowo-Cenowy, który dołączamy do niniejszych wyjaśnień

Załącznik Nr 27:

Wzór umowy par. 1. ust. 2.

Prosimy o dodanie na końcu zdania „...jeżeli dotyczy”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.):

Art. 4 ust. 4. mówi: „Przepisy ustawy stosuje się do części zamiennych i zapasowych przeznaczonych do zastępstwa części i elementów wyrobu, jeżeli te części zamienne i zapasowe nie zostały uwzględnione w ocenie zgodności wyrobu i zmieniają właściwości lub działanie wyrobu w stosunku do zatwierdzonej oceny jego zgodności”.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 1 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jeżeli dotyczy”.

Pytanie Nr 28:

Wzór umowy par. 2 ust. 4

Prosimy, tytułem doprecyzowania o rozszerzenie paragrafu 2 ust. 4 o zapis:

„Wykonawca zastrzega, że wykonanie czynności wskazanych w Raporcie Serwisowym, w szczególności wymiana wskazanych tam elementów w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że Aparat będzie

działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu Aparatu lub dokonanie dodatkowej naprawy. Zdarza się bowiem, że jest więcej niż jedna przyczyna awarii lub nieprawidłowego działania Aparatu, ale wykazanie takiej dodatkowej przyczyny (dodatkowych przyczyn) nie jest możliwe bez uprzedniego usunięcia przyczyny stwierdzonej w trakcie pierwszej diagnostyki uszkodzonego Aparatu. W opisanej powyżej sytuacji Wykonawca nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności ani żadnych dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wykonania kolejnej diagnostyki Aparatu lub dokonania kolejnej naprawy/Aparatu do czasu zawarcia stosownej umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie:
„W przypadku, gdy po zamontowaniu przedmiotu zamówienia, okaże się, że przyczyna awarii była inna, niż stwierdzona przez serwisanta, Zamawiający zwróci przedmiot zamówienia Wykonawcy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. **Wykonawca zastrzega, że wykonanie czynności wskazanych w Raporcie Serwisowym, w szczególności wymiana wskazanych tam elementów w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że Aparat będzie działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu Aparatu lub dokonanie dodatkowej naprawy - w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Wykonawca dokona diagnostyki na swój koszt i przedstawi odrębną ofertę na naprawę aparatu.**

Pytanie Nr 29:

Wzór umowy par. 3 ust. 1, 3, 5.

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie w **§ 3 punktów 1, 3, 5** ponieważ do wystawienia faktury VAT niezbędny będzie moment przekazania własności tj. protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podpisany przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany gdy Wykonawca wywiąże się z przedmiotu umowy tj. dostawy, wykonania testów akceptacyjnych oraz przeglądu okresowego.

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone **protokołem zdawczo-odbiorczym**, podpisanymi przez przedstawicieli obu stron.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 3 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu **protokołu zdawczo – odbiorczego**.
5. **Warunki płatności – 12 równych rat. I** - rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a kolejne do 30 dnia **każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego**. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie **protokołu zdawczo-odbiorczego**.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 3 ust. 1, 3, 5 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie:

- „1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone **protokołem zdawczo-odbiorczym**, podpisanymi przez przedstawicieli obu stron.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 3 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu **protokołu zdawczo – odbiorczego**.
5. **Warunki płatności – 12 równych rat. I** - rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a kolejne do 30 dnia **każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego**. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie **protokołu zdawczo-odbiorczego**”.

Pytanie Nr 30:

Wzór umowy par 3 ust. 11.

Prosimy o usunięcie, ust. 11 jest niedokończony, brakuje części zdania.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 3 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie:
„Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego **do jej zwrotu bez obowiązku zapłaty wynikającej z niej należności**”.

Pytanie Nr 31:

Wzór umowy par. 4 ust. 1.

Celem ujednoczenia prosimy o zmianę „...w terminie do 5 dni roboczych...”. Pytanie 8 (numeracja Zamawiającego 31) łączy się z pytaniem 2 (numeracja Zamawiającego 25).

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 4 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do **5 dni** roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy”.

Pytanie Nr 32:

Wzór umowy par. 4 ust. 6.

Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy par.4 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy **do czasu podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2**”.

Pytanie Nr 33:

Wzór umowy par. 5 ust. 1.

Prosimy o zmianę celem doprecyzowania warunków gwarancji.

W ramach oferowanej ceny Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na lampę z przewodami i 6-cio miesięcznej gwarancji na komputer do rekonstrukcji.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „W ramach oferowanej ceny Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na lampę z przewodami i 6-cio miesięcznej gwarancji na komputer do rekonstrukcji”.

Pytanie Nr 34:

Wzór umowy par. 5 ust. 3.

Prosimy o zmianę celem doprecyzowania warunków gwarancji.

Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju asortymentu umowy z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub awarii. Łączna i całkowita długość gwarancji, uwzględniająca przedłużenia jej okresu, nie może być dłuższa niż 1 miesiąc powyżej okresu podstawowego. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia lub jego części, nie powodują wznowienia biegu gwarancji. Terminy zgłoszenia i usunięcia usterki lub awarii zostaną potwierdzone protokołem/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- 1) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady.
 - b) samoistnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

Odpowiedz:

„Zamawiający zmienia zapisy § 5 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju asortymentu umowy z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub awarii. Łączna i całkowita długość gwarancji, uwzględniająca przedłużenia jej okresu, nie może być dłuższa niż 1 miesiąc powyżej okresu podstawowego. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia lub jego części, nie powodują wznowienia biegu gwarancji. Terminy zgłoszenia i usunięcia usterki lub awarii zostaną potwierdzone protokołem/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- 1) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady.

- b) samoistnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalenie itp.).

Pytanie Nr 35:

Wzór umowy par. 5 ust. 5

Prosimy o zmianę. W dużych organizacjach, biorąc pod uwagę sezon urlopowy oraz zwolnienia lekarskie, niewykonalnym wydaje się przypisanie jednej osoby do jednego aparatu.

Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy do dyspozycji Zamawiającego jest infolinia, tel.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy par.5 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie: „Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy do dyspozycji Zamawiającego jest infolinia, tel.”

Pytanie Nr 36:

Wzór umowy par. 6 ust. 2, c oraz d.

Prosimy o zmianę „...5% wartości netto wynagrodzenia”

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapisy par.6 ust. 2, c oraz d wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i nadaje mu brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż **5%** wartości netto wynagrodzenia,
- d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż **5%** wartości netto wynagrodzenia.

Pytanie Nr 37:

Celem ujednoczenia pytań z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania są elementy dla których nie jest wystawiana deklaracja zgodności tj. kable wysokiego napięcia oraz komputer do rekonstrukcji prosimy o poniższą zmianę Załącznika Nr 6 do SIWZ:

W miejsce

„Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia przedstawiam w ofercie kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby (właściwe zaznaczyć **X**):

Prosimy o wstawienie:

Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia, o ile dotyczy, przedstawiam w ofercie kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby (właściwe zaznaczyć znakiem **X**).

Odpowiedz:

Anuluje się w całości dotychczasowy Załącznik Nr 6 do SIWZ pn. Oświadczenie, a w to miejsce wprowadza się nowy zmodyfikowany Załącznik Nr 6 do SIWZ pn. Oświadczenie, który dołączamy do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dotychczasowy termin składania ofert: 30 grudnia 2013 r. godz. 11:00

Dotychczasowy termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2013 r. godz. 11:15

Nowy termin składania ofert:

31 grudnia 2013 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert:

31 grudnia 2013 r. godz. 10:15

Miejsce składania i otwarcia ofert, określone w § 12 i § 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz

Załączniki:

Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż lampy RTG, przewodów wysokiego napięcia, komputera do rekonstrukcji obrazu do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu okresowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 3 x 4]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość podatku VAT [w zł] (poz. 5 x 6)	Wartość brutto [w zł] (poz. 5 + 7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Lampa RTG do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40.	1 szt.					
2.	Przewody wysokiego napięcia do lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40	1 kpl					
3.	Komputer do rekonstrukcji do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40	1 szt.					
4.	Przegląd okresowy i testy akceptacyjne.	1 kpl					
Ogółem wartość:							

Charakterystyka lampy RTG w oryginalnym kołpaku.

Producent:

Nazwa – model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji – 2013 r. lub 2014 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani (nazwiska i imiona):

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)* :

Wykonawca: (nazwa /firma)

.....

Adres **ul.** **NIP:**
(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

1. odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu na Załączniku N 2 do SIWZ;
2. spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r., poz. 679 z późn. zmian.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia, o ile dotyczy, przedstawiam w ofercie kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby (właściwe zaznaczyć znakiem **X**):

- € Deklarację zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- € Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną*.

*) Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29.ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych.

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*) - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.

UMOWA NR P-8/...../13- wzór umowy

zawarta w dniu 2013 r., w Częstochowie, pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,**

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

Jarosław Madowicz - Dyrektor Naczelny Szpitala

a

.....
REGON:

NIP:

którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. **Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż lampy RTG, przewodów wysokiego napięcia, komputera do rekonstrukcji obrazu do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu okresowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznikiem Nr 2 do SIWZ), stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, **jeżeli dotyczy**.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują).

§2

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu, odbiór zużytej lampy z przewodami wysokiego napięcia, komputera do rekonstrukcji i inne, jeśli występują.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie:
 - 1) **cena brutto oferty:..... zł**
słownie złotych:
 - 2) **podatek VAT w wysokość ...%:** zł
słownie złotych:
 - 3) **cena netto oferty:** zł
słownie złotych:

4. W przypadku, gdy po zamontowaniu przedmiotu zamówienia, okaże się, że przyczyna awarii była inna, niż stwierdzona przez serwisanta, Zamawiający zwróci przedmiot zamówienia Wykonawcy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca zastrzega, że wykonanie czynności wskazanych w Raporcie Serwisowym, w szczególności wymiana wskazanych tam elementów w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że Aparat będzie działał lub będzie działał poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu Aparatu lub dokonanie dodatkowej naprawy - w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Wykonawca dokona diagnostyki na swój koszt i przedstawi odrębną ofertę na naprawę aparatu.

§3

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone **protokołem zdawczo-odbiorczym**, podpisanymi przez przedstawicieli obu stron.
2. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 3 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu **protokołu zdawczo – odbiorczego**.
4. Faktura wskazana w ustępie poprzedzającym winna zawierać numer niniejszej umowy oraz rachunek bankowy na który zostaną dokonane płatności.
5. **Warunki płatności – 12 równych rat. I** - rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a kolejne do 30 dnia **każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego**. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie **protokołu zdawczo-odbiorczego**.
6. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. **Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy**.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca zobowiązuje się iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego przez obie strony / karty pracy/raportu serwisowego.
11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego **do jej zwrotu bez obowiązku zapłaty wynikającej z niej należności**.
12. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do **5 dni roboczych** (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy.

2. Po dokonaniu instalacji części będących przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki testów akceptacyjnych do 5-ch dni roboczych, licząc od daty montażu.
3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 niniejszego paragrafu **spowoduje wstrzymanie płatności**.
4. Data dostawy przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy), który podejmując decyzję o dacie winien wziąć możliwości terminowej realizacji umowy przez Wykonawcę.
5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. **Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.**
7. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: Konserwator Aparatury Medycznej – p. Łukasz Kowalski – tel. (34) 367-38-29.

§5

1. **W ramach oferowanej ceny Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na lampę z przewodami i 6-cio miesięcznej gwarancji na komputer do rekonstrukcji.**
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy/raportu serwisowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy.
3. **Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju asortymentu umowy z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub awarii. Łączna i całkowita długość gwarancji, uwzględniająca przedłużenia jej okresu, nie może być dłuższa niż 1 miesiąc powyżej okresu podstawowego. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia lub jego części, nie powodują wznowienia biegu gwarancji. Terminy zgłoszenia i usunięcia usterki lub awarii zostaną potwierdzone protokołem/ raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancją nie są objęte w szczególności:**
 - 1) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady.
 - b) samoistnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii w ciągu **2** dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zgłoszenia faksowego pod numer usterki lub awarii i zakończenia jej nie później niż w ciągu **5** dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Deklarowane czasy reakcji dotyczą jedynie elementów/części będących przedmiotem tej umowy.
5. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy do dyspozycji Zamawiającego jest **infolinia, tel.**
6. Na przedmiot umowy Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi, której długość jest równa długości gwarancji na poszczególne części będące przedmiotem umowy, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3,
 - b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 3,
 - c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż **5%** wartości netto wynagrodzenia,
 - d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż **5%** wartości netto wynagrodzenia.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego - z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, niezgodnione polubownie przez strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

§8

Umowa, ewentualne Aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY