

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENOWYCH DO TERAPII TLENOWEJ

Znak sprawy: DAZ.26.040.2018

L.dz.: 1836/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści dozownik z zakresem wskazań 0-15l/min?

Proponowany zakres przepływu jest wystarczający do prowadzenia terapii tlenowej w placówkach służby zdrowia. Wymaganie zakresu 0-17l/min wskazuje zdecydowanie na jednego konkretnego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów opisanych w punkcie 3 z danych technicznych? Określenie stopnia nawilżenia w dozowniku uzależnione od zbyt wielu czynników. Wartość nawilżenia jest ściśle powiązana z wartością nastawy przepływu gazu i jego temperaturą, i zmienia się wraz ze zmianą tych parametrów, dlatego nieobiektywnym i niemiarodajnym jest określenie tego parametru w jednostce %. Prosimy o dopuszczenie dozownika tlenowego, który spełnia wszystkie standardy i normy medyczne dotyczące nawilżenia tlenu do zastosowań medycznych i jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC oraz normą EN ISO 13485. Pragniemy ponadto nadmienić, że opis przedmiotu zamówienia w tak szczegółowy i dokładny sposób znacząco ogranicza konkurencję wskazując możliwość wykonania zamówienia przez tylko jednego producenta funkcjonującego na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści dozownik z nawilżaczem bez zaworu bezpieczeństwa?

Dozownik tlenowy montowany do punktu poboru AGA ma za zadanie działać przy zasilaniu stałym ciśnieniem wynoszącym około 5bar zgodnie z regulującymi te wartości normami odpowiednimi dla szpitalnych instalacji gazów medycznych. Poprawnie działająca instalacja zapewnia stałość ciśnienia zasilania dzięki czemu wymóg zaworu bezpieczeństwa w butelce nawilżacza jest zbędny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie dozowników tlenowych mocowanych na szynie, z drenem zasilający o dł. 1,5m, z wtykiem AGA, ciśnienie zasilania 4,5 bar (65,3 psi), zakres ustawień przepływu od 2 do 16L/min, nawilżenie od 0 do 60%, z adapterem do podłączenia jednorazowych pojemników, możliwość sterylizacji wielorazowego pojemnika w tem. 120 lub 134°C, temperatura pracy od 5 do 40°C, waga ok. 950g.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga dozowników montowanych bezpośrednio w punktach poboru tlenu.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Dariusz Kaczmarek