

Częstochowa, dn. 18. 05.2011r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa  
Tel/fax 34/367-36-74

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/025/ 1347 /11

**Wykonawcy  
ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego **na wykonywanie usługi:**

OBSŁUGA SERWISOWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W  
ZAKŁADZIE RADIOTERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.NMP,  
WYMIENIONEGO PONIŻEJ :

- 1)PRZYSPIESZACZ WYSOKOENERGETYCZNY ELEKTA nr ser. 151784
- 2)SYSTEM ARCHIWIZACJI DICOM nr ser. 004
- 3)AUTOMATYCZNA WYCINARKA nr ser. CBC124ALI067X5627
- 4)APARATURA DOZYMETRYCZNA:
  - 4.1.analizator pola Blue Phantom nr ser. 20013632/513 ,
  - 4.2.detektor DOSE1 nr ser. 05-10090 ,
  - 4.3.fantom wodny WP1D nr ser. 9143 ,
  - 4.4.system kontroli codziennej QA Beam Checker nr ser. Z092516
- 5)SYMULATOR TERAPEUTYCZNY NUCLETRON nr ser. M05198995
- 6)SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA PLATO,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11 maja br. Raz jeszcze uprzejmie prosimy o przeanalizowanie udzielonych odpowiedzi :

Ze względu na brak konsekwencji i spójności z odpowiedziami udzielonymi zgodnie z Państwa pismem z dnia 09 maja br. Prosimy o zweryfikowanie odpowiedzi na poniższe pytania:

**Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie , czy pominięcie definicji „ Braku Dostępności Sprzętu ” jako dopisanej do dokumentacji SIWZ należy uznać za omyłkę pisarską a tym samym uznać iż wszystkie zaproponowane definicje zostały dopisane przez Zamawiającego do SIWZ ?

**Odpowiedź :** Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną pismem nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/025/1285/11 z dnia 11 maja br.

**Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie , czy w związku z brakiem jednolitości zapisu Załącznika Nr 8 do SIWZ paragraf 2 ust.5 określonego w odpowiedzi na pytanie 2 oraz pytanie 7 za ostateczne należy uznać brzmienie :

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Minimalnego czasu Użytkowania urządzeń określonych w załączniku nr 7 , pkt.1 i pkt.5 , liczonego odrębnie dla każdego z urządzeń.”

**Odpowiedź : Zamawiający informuje , że w Załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy , paragraf 2 ust.5, otrzymuje ostateczne brzmienie :**

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Minimalnego czasu Użytkowania urządzeń określonych w załączniku nr 7 pkt.1 – 12 dni roboczych , dla pkt.5 – 7 dni roboczych a dla pozostałych urządzeń objętych przedmiotem umowy – 10 dni roboczych , liczonych odrębnie dla każdego urządzenia , łącznie z planowanymi przeglądami .

**Jednocześnie informujemy , że definicja „ Minimalnego Czasu Użytkowania”-** oznacza Czas Użytkowania pomniejszony o :

- 12 dni roboczych dla przyśpieszacza
- 7 dni roboczych dla symulatora
- po 10 dni roboczych dla pozostałych urządzeń objętych przedmiotem umowy. , łącznie z planowanymi przeglądami , w roku obowiązywania umowy.

#### ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy Białskiej 104/118 w związku z koniecznością dokonania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie złożonych w przedmiotowym postępowaniu zapytań, **informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.**

**Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 10 czerwca 2011 r. na godz. 10:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15. w pokoju 310A , w Dziale Zamówień Publicznych.

Miejsce składania ofert określone w § 12 SIWZ, pozostaje bez zmian

**Zatwierdził :**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Grzegorz Kupczak**