

Częstochowa , dn. 28.06.2011 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8-2411 / **049** / 1670 / 11

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „ Materiałów opatrunkowych „ (znak sprawy : **W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 049 / 11**) , realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

W odpowiedzi na zapytania (o poniższej treści) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Zapytania dotyczą Załącznika Nr 16 :

Zapytanie 1

Czy w pakiecie nr 16 /kompresy neurochirurgiczne/ jeśli podane rozmiary mają być w centymetrach, czy Zamawiający miał na myśli kompresy:

Poz.nr1 1,0cmx5,0cm

Poz.nr2 1,5cmx1,5cm

Poz.nr3 2,0cmx6,0cm

Odpowiedź : Tak. Za omyłkę przepraszamy.

Zapytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr1 kompresy neurochirurgiczne w rozmiarze 1,25cmx5,0cm ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 kompresy neurochirurgiczne w rozmiarze 1,0cmx1,0cm lub 2,0cmx2,0cm ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów neurochirurgicznych w rozmiarze 1,0cmx1,0cm.

Zapytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 kompresy neurochirurgiczne w rozmiarze 2,5cmx7,0cm ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:

**Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa
Lek.med. Grzegorz Kupczak**