

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel./faks: 034 367-36-74  
mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dnia 03 lipca 2014 r.

Znak sprawy: DAZ.26.048.2014  
L. dz.1966/14

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

#### **Pytanie 1**

#### **Załącznik nr 3 (po zmianach) do SIWZ – Parametry techniczne**

#### **CZĘŚĆ NR 6 - APARAT DRUKARKA CYFROWA DLA POTRZEB PRACOWNI MAMMOGRAFII**

**(Dotyczy pkt. 2)** Prosimy o zachowanie uczciwej konkurencji i usunięcie nazwy DVB z opisu parametru. Jest to nazwa własna kliszy stosowanej jedynie w drukarkach serii DryView firmy Carestream.

#### **Odpowiedz:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Zmiana dotyczy zapisów § 3 SIWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”).**

#### **Jest:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE w ilości i asortymencie określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem dostarczonych sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia i szkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji zgodnej z tą, jaka została określona w tabeli parametrów technicznych stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ, liczonej od daty protokolarnego odbioru urządzenia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33192100-3, 33195100-4, 33192120-9, 39522510-5

#### **Powinno być:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE w ilości i asortymencie określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem dostarczonych sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia i szkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji zgodnej z tą, jaka została określona w tabeli parametrów technicznych stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ, liczonej od daty protokolarnego odbioru urządzenia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33192100-3, 33195100-4, 33192120-9, 39522510-5.
5. **Ilekcioć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem medycznym.**

#### **Pytanie 2**

**(Dotyczy pkt. 4)** Czy Zamawiający dopuści drukarkę o prędkości wydruku 100 filmów/h dla formatu 20x25cm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 3**

**(Dotyczy pkt. 7)** Czy Zamawiający dopuści drukarkę o  $D_{max} \geq 4,0$  (błony mammograficzne) oraz  $D_{max} \geq 3,0$  (błony ogólnodiagnostyczne).

Prosimy o zachowanie uczciwej konkurencji i usunięcie nazwy DVM+ z opisu parametru. Jest to nazwa własna kliszy stosowanej jedynie w drukarkach serii DryView firmy Carestream.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 4**

**(Dotyczy pkt. 10)** Prosimy o zmianę zapisu na:

Wydruk na standardowych formatach filmów 35x43cm, 28x35cm **lub 26x36cm**, 35x35cm, 25x30cm, 20x25cm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 5**

**(Dotyczy pkt. 11)** Czy Zamawiający dopuści angielski interfejs użytkownika zarządzania przez interfejs przeglądarki internetowej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 6**

**(Dotyczy pkt. 19)** Czy Zamawiający dopuści drukarkę o wymiarach: 89,3cm x 61cm x 63cm (wys. x szer. x gł.)

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 7**

**(Dotyczy pkt. 20)** Czy Zamawiający dopuści drukarkę o wadze 104 kg? Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie jest wolnostojące waga nie powinna mieć dla Zamawiającego istotnego znaczenia.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 08 lipca 2014 r. o godz. 10:00 **nie ulega zmianie**.  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 lipca 2014 r. o godz. 10:15.

*Z poważaniem*

*DYREKTOR*

*Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie*

*lek. med. Barbara Magnuszewska--Pankiewicz*

Do wiadomości:

1. Adresaci.
2. A/a sprawy