

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
SPRZĘTU DO PROWADZENIA TERAPII NERKO-ZASTĘPCZEJ.
Znak sprawy: DAZ.26.084.2015

L.dz. 3230/15

SPROSTOWANIE
do
WYJAŚNIEŃ nr 1 TREŚCI SIWZ

Zamawiający zmienia odpowiedź opublikowaną pismem nr L.dz.3217/15 w dniu 23.09.2015 r., dla pytania nr 2, na następującą treść:

Pyt.2

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 5 – "cytrynian trójsodowy stężony do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego - ampułka 5 ml" miał na myśli produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie miał na myśli asortymentu o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w § 6 ust.12. pkt.3) zaistniała omyłka pisarska:

Jest:

3) Uzupełnione i podpisane tabele z wymaganiami dla sprzętu j.u. i parametrami technicznymi dla aparatu, stanowiące Załącznik Nr 2a do SIWZ ([oryginał](#)).

Winno być:

3) Uzupełnione i podpisane tabele z wymaganiami dla sprzętu j.u. i parametrami technicznymi dla aparatu, stanowiące **Załącznik Nr 3** do SIWZ ([oryginał](#)).

Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyznacza termin składania ofert na dzień **30.09.2015 r. na godz. 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. **10.30** w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w § 12 SIWZ pozostaje bez zmian.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniosek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego