

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
Znak sprawy: DAZ.26.113.2015
L.dz. 3429/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 - Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 - Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3- Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 8:

Proszę o dokładne doprecyzowanie dotyczące wymaganego czasu ładowania do maksymalnej energii (w założeniu do 360 J) oraz do energii 200J.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4- Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 18:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8,4" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych z możliwością dowolnej konfiguracji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5- Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 19:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300 bpm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6- Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

dotyczy pkt 25:

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z możliwością przenoszenia zapisanych danych za pomocą karty pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7- Załącznik nr 5 do SIWZ, Defibrylator, ilość 3 szt.:

Dotyczy pkt 28:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor zasilany z sieci i z wewnętrznego akumulatora. Pojemność akumulatora min.

210 min. monitorowania lub
150 min. stymulacji z 100BPM,100mA lub
200 impulsów 200J lub
100 impulsów 270J lub
150 impulsów 360J.

Czas ładowania około 3 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych? Pozwoli to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9: Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO₂, temp, IBP, EtCO₂? Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie zgodnie z potrzebami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11:

Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający zgodzi się na termin wykonania zamówienia do 4 tygodni od daty zawarcia umowy?

Oferowany sprzęt jest importowany od producenta i każdy jest produkowany pod potrzeby Zamawiającego i oferowany jako nowy.

Pragniemy podkreślić, że określone w SIWZ wymagania techniczne w sposób nieuzasadniony uniemożliwiają zaoferowanie urządzeń równoważnych lub bardziej zaawansowanych technicznie, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych oraz uniemożliwiają zaproponowanie korzystniejszego rozwiązania ekonomicznego.

Proponujemy nowoczesny defibrylator produkcji hiszpańskiej, posiadający wiele niespotykanych rozwiązań w innych defibrylatorach w bardzo korzystnej cenie. Na uwagę zasługuje budowa modułowa Plug&Play (możliwość rozbudowy o moduł NIBP, EtCO₂, temperatury, IBP i inne), wskaźnik poprawności prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta na łyżce defibrylacyjnej, długi czas pracy na akumulatorze (210 min monitorowania lub 150 defibrylacji x 360J), 23 poziomy wyboru energii defibrylacji, kolorowy monitor LCD z podświetleniem LED z trybem wyświetlania w wysokim kontraście (Sun Mode) i wiele innych nowoczesnych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procentowego poziomu kar umownych o których mowa w paragrafie 11 ust 1 pkt 1 – 3 z 0,5% do 0,3% oraz w pkt 4 z 20% na 10% ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 13:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Za pośrednictwem niniejszego wniosku pragniemy bowiem wskazać, że zaoferowanie terminu realizacji zamówienia na poziomie wskazanym w dokumentacji przedmiotowego postępowania (tj. 1 tygodnia), wyklucza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zwracamy uwagę, że dostawy tego rodzaju aparatury co defibrylatory każdorazowo realizowane są przy współudziale zagranicznych kontrahentów. Dodatkowo przy realizacji takiego zamówienia wymagana jest indywidualna konfiguracja parametrów urządzenia do wymagań zamawiającego zapisanych w SIWZ. Ww. okoliczności wymagają zatem zapewnienia wykonawcom optymalnego terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Czy zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator Lifepak 20e, który posiada defibrylację ręczną, AED oraz kardiowersję, dwufazowa fale defibrylacji w zakresie 2 – 360 J, 25 poziomów energii (2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,360), czas ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund, łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne, możliwość używania łyżek do defibrylacji wewnętrznej, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli, z możliwością wyświetlania 2 krzywych dynamicznych na ekranie monitora, zasilanie z sieci 230 V AC oraz wewnętrzny akumulator, z możliwością wykonania 140 defibrylacji z energią 360 J przy w pełni naładowanym akumulatorze, o wadze 6,6 kg wraz z akumulatorem, łyżkami twardeymi i kablami do terapii, z wbudowaną drukarką termiczną, z szybkością wydruku 25 mm/s z dokładnością +-5%, z papierem o wymiarach 50 mm, z możliwością archiwizowania i drukowania wszystkich rejestrowanych danych, ze stymulacją natężenia prądu od 0 do 200 mA, z częstotnością impulsu od 40 do 170 ppm, z trybem pracy stałym i na żądanie, z sygnalizacją wszystkich monitorowanych parametrów, z regulacją granicznych wartości alarmów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy PZP dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **16.11.2015 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.11.2015 r., godz. 10:15.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej