



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604
Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 24.10-2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH; PIELUCHOMAJTEK, PIELUCH,
FARTUCHÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Znak sprawy: DEZ.26.096.2019

L.dz. 31.93./19

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

I.

Pytanie 1: Część 33 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rozmiary L i XL, mankiet dziany z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 2: Część 33 poz. 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach L, XL i XXL, mankiet dziany poliestrowy o długości min. 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby rękaw był podfoliowany w całości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby rękaw był podfoliowany w całości, z zachowaniem pozostałych parametrów.

II.

Pytanie 3: Część 7 poz. 1, 2, 3

Czy zamawiający w Części 7 poz. 1,2,3 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m² (celuloza 55%, poliester 43%, wiskoza 2%), rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Jeśli produkt podoba się Zamawiającemu pod tylko jedną pozycję prosimy o wydzielenie jej do osobnego Pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

III.

Pytania 4: Część 1 poz. 3

1. Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gazy 13 nitkowej, natomiast dopuszcza gazę niejałową, szer. 90 cm x 100 m z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wycenę za opakowane 100 mb z przeliczeniem ilości.

Pytania 5: Część 2 poz. 2

1. Czy zamawiający dopuści kompres gazowy 17 nit. 8 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kompres gazowy 17 nit. 8 warstwowy.

2. Czy zamawiający dopuści kompres gazowy 17 nit. 12 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kompres gazowy 17 nit, 12 warstwowy.

Pytanie 6: Część 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści kompres gazowy 17 nit. 8 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kompres gazowy 17 nit. 8 warstwowy.

Pytanie 7: Część 2 poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 8: Część 5 poz. 1-3

1. Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gazy bez wstępnego prania.

2. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, np. serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folie-papier.

4. Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie papier-folia, bez wycięcia na kciuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojedynczego opakowania papier-folia, bez wycięcia na kciuk.

5. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w poz.1 wymaga wycenę op.=5 szt., a w poz.2 wymaga wycenę op-2 szt. W poz.3 Zamawiający wymaga wycenę 1 sztuki.

Pytania 9: Część 6 poz. 1-3

1. Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m², 4-warstwowy, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o składzie: 50 % wiskoza / 50 % poliester, włókno typu spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Część 7 poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o składzie: 50 % wiskoza / 50 % poliester, włókno typu spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Część 18 poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Część 27 poz. 1-2

1.Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

2.Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała ,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3.Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 12 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga wycenę za opakowanie zawierające 12mb siatki opatrunkowej w stanie nie rozciągniętym.

4.Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 13: Część 33 poz. 1

1.Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL lub uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L i XL z zachowaniem pozostałych parametrów.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, z zachowaniem pozostałych parametrów.

3.Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 14: Część 33 poz. 2

Czy zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią ,posiadają rękaw prosty, zakończony mankietem o szer. minimum 5 cm, , wykonane z nieprzeźiernej włókniny polipropylenowej

typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m²; wzmocnienie 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią, posiadają rękaw prosty, zakończony mankietem o szer. minimum 5 cm, , wykonane z nieprzezierną włókniny polipropylenowej typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m²; wzmocnienie 30 g/m², z zachowaniem pozostałych parametrów.

IV.

Pytanie 15: Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 1 poz. 3 gazy pakowanej a'100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w części nr 1 poz.3 gazę pakowaną a=100mb z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 16: Część 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 4 zestawu zabiegowego do dializ **minimalnie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

Pakiet zabiegowy do dializ jałowy część I (rozpoczęcie) i część II (zakończenie) zapakowane razem jako tzw. „zestaw w zestaw” – część II jako składnik części I dodatkowo zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe w celu zapewnienia sterylności do momentu zakończenia dializy

I .Opakowanie na rozpoczęcie dializy o składzie:

- serweta foliowana chłonna, nieprzemakalna **45**cmx **38**cm– 1 szt.
- rękawica lateksowa bezpudrowa, rozmiar M – 2 szt.
- kompres z w³ókniny 30g/m², 4-warstw, o wym. 7,5cmx7,5cm - 6 szt;
- plaster włókninowy z wycięciem i poduszczką do zabezpieczenia kaniuli o wym. 8cmx **6**cm - 2 szt.
- plaster włókninowy **2**cmx15cm - 4 szt.

II. Opakowanie na zakończenie dializy: o składzie:

- rękawica lateksowa bezpudrowa, rozmiar M - 2 szt.
- rękawica winylowa bezpudrowa, rozmiar L - 1 szt.
- kompres z w³ókniny 30g/m² o wym. 7,5cmx7,5cm - 4 szt.
- przyklepic włókninowy z opatrunkiem 5cm x **7**cm - 2 szt.

Wyżej opisane zestawy stosowane są z powodzeniem i bez żadnych zastrzeżeń w największych Stacjach Dializ w Polsce.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: Część 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie części nr 6 kompresów włókninowych o gramaturze 30g, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

V.

Pytanie 18: Część 33 poz. 2

1.Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z mankietami o długości min.5cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Wyrażenie zgodny na powyższe pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny z mankietami o długości min.5cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 19: Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP , jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak.

VI.

Pytanie 20: Część 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania tupferów w rozmiarze 5,5, x 5,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Część 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 7,5, x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Część 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 11,5, x 11,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23: Część 27 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego składającego się z 71% poliamidu i 29% elastodieniu, 6 metrów stanie luźnym, 25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

VII.

Pytania 24: Część 33 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha o min. gramaturze 20 g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę o możliwość zaoferowania fartucha z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z mankietem poliestrowym z zachowaniem pozostałych parametrów

4. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha tylko w rozmiarze L, XL oraz poliestrowym mankietem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze L, XL oraz poliestrowym mankietem, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 25: Część 33 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha o min. gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha higienicznego z mankietem o długości min. 5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha higienicznego z mankietem o długości min. 5 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego fartucha higienicznego, jednorazowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego fartucha higienicznego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania z mankietem poliestrowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z mankietem poliestrowym, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 26: Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

VIII.

Pytania 27: Część 1 poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową pakowaną po 100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazę opatrunkową pakowaną po 100 mb, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie z przeliczeniem podanych ilości.

Pytania 28: Część 4 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy w opakowaniu typu folia-papier, opakowanie dwudzielne, bez perforacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy z serwetą w rozmiarze 45x37cm (zamiast 50x35cm)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza pakiet zabiegowy z serwetą w rozmiarze 45x37cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

3. Czy Zamawiający dopuści zestaw z plastrem włókninowym z wycięciem i poduszczką do zabezpieczenia kaniuli o wymiarze 8x6cm (zamiast 8x5,8cm)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zestaw z plastrem włókninowym z wycięciem i poduszczką do zabezpieczenia kaniuli o wymiarze 8x6cm, z zachowaniem pozostałych parametrów

Pytania 29: Część 5 poz. 1-2

1. Czy Zamawiający dopuści serwetki pakowane w opakowanie pojedyncze typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza serwetki pakowane w opakowanie pojedyncze typu folia-papier.

2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie z marginesem ułatwiającym uchwycenie papieru i otwarcie opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: Część 14 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści plastry sterylne z opatrunkiem pokryte klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza plastry sterylne z opatrunkiem pokryte klejem akrylowym.

Pytanie 31: Część 15 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści plastry sterylne z opatrunkiem pokryte klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza plastry sterylne z opatrunkiem pokryte klejem akrylowym.

Pytanie 32: Część 21 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy, nieperforowany trzpień w formie krzyżaka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka, z zachowaniem pozostałych parametrów

Pytanie 33: Część 22 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści opaski pod gips nie zmieniające swoich właściwości podczas sterylizacji tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści opaski pod gips pakowane a'12szt z podaniem ceny za opakowanie z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski pod gips w opakowaniu zbiorczym 12szt opasek opakowanych indywidualnie, z podaniem ceny za opakowanie zbiorcze z przeliczeniem podanych ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 34: Część 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 35: Część 27 poz. 1-2

1.Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej oraz z 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 36: Część 28 poz. 1

1.Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy z igłotrzymaczem MayoHegar, metalowy 15cm (zamiast igłotrzymacza typu Derf), z serwetą 50x70cm (w miejsce serwety 45x75cm). Pozostałe składowe zestawu zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunkowy z igłotrzymaczem MayoHegar, metalowy 15cm (zamiast igłotrzymacza typu Derf), z serwetą 50x70cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2.Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier wraz z dodatkowo dołączonymi do zestawu pojemnikiem 120ml na płyn oraz nerką służącą jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 37: Część 33 poz. 1

1.Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza fartuch z mankietem poliestrowym, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2.Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3.Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2 w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fartucha o gramaturze 20g/m2, natomiast dopuszcza fartuch w rozmiarze L i XL, z zachowaniem pozostałych parametrów.

4.Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2 w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30g/m2 w rozmiarze L i XL, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 38: Część 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wykończonymi mankietem poliestrowym o długości 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawami wykończonymi mankietem poliestrowym o długości 5 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

IX.

Pytanie 39: Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów należących do klasy IIa reg.7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 40: Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że oczekuje zaoferowania gazy 17 nitkowej w rozmiarze 0,5m2?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41: Część 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów z gazy spełniającej wymagania normy PN-EN14079:2005?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 42: Część 6 poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów nie wykazujących działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego? Zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5,-10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 43: Część 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów nie wykazujących działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego? Zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5,-10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 44: Część 26 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nieprzemakalnych podkładow ginekologicznych, które wewnątrz wyrobu wyposażone są w izolacyjną folię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nieprzemakalne podkłady ginekologiczne, które wewnątrz wyrobu wyposażone są w izolacyjną folię, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 45: Część 26 poz. 1

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że oczekuje podkładow ginekologicznych niejałowych, które można wysterylizować?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46: Część 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do wklucia centralnego o następującym składzie:

- tupfer kula 17-nitkowy w rozm. 20x20cm- 4 szt.
- kleszczyki plastikowe niebieskie rozm. 14cm – 1 szt.
- ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11- 1 szt.
- igła 18G x 1 ½ - 1 szt.
- igła 21G x 1 ½ - 1 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 75x45cm- 1 szt.
- kompresy gazowe w rozmiarze 7,5x7,5 cm- 6 szt.
- pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm- 1 szt.
- pojemnik dwukomorowy - 1 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego, dwuczęściowa w rozmiarze 75x45 z regulowanym otworem przyklepnym- 1 szt.
- przezroczysty opatrunek foliowy typu. tegaderm w rozm. 10x12cm – 1szt.
- strzykawka plastikowa 2 częściowa 10 ml- 1 szt.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47: Część 31 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z falbankami skierowanymi na zewnątrz? Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 48: Część 32 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia pozytywnej opinii CZMiD? Zamawiający wymagając potwierdzenia jakości wydanej przez niezależny podmiot ma pewność, że zaoferowany wyrób spełnia wszystkie normy dotyczące jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów

X

Pytania 49: Część 2 poz. 1-4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy 20- nitkowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy pakowanego po 2 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy w klasie II i regule 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50: Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy 8-warstwowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 51: Część 2 poz. 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy 8-warstwowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu z gazy niejałowy w rozm. 8 x 18 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: Część 14 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego pokrytego klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 53: Część 14 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego w przeliczeniu na op. po 10 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego w rozm. 5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54: Część 14 poz. 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego w przeliczeniu na op. po 25 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55: Część 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego w rozm. 15 x 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56: Część 14 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra sterylnego z opatrunkiem, włókninowego w rozm. 30 x 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

XI.

Pytania 57: Część 3 poz. 1-11

1. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wymaga zaoferowania pakietów kompresów przewiniętych po 10 szt. paskiem papierowym. Taki sposób przewiązywania faworyzuje jedyne wykonawcę na rynku, firmę Paul Hartmann. Taki opis przedmiotu zamówienia ogranicza krąg

wykonawców, co jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązywane po 10 szt. nitką bawełnianą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompresy przewiązywane po 10 szt. nitką bawełnianą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Norma PN-EN 980 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 15223-1:2012. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie wyrobów z etykietą zgodną z normą PN-EN ISO 15223-1:2012?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobów z etykietą zgodną z normą PN-EN ISO 15223-1:2012, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 58: Część 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwet z gazy 17 nitkowej o gramaturze min. 23g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy 17 nitkowej o gramaturze min. 23g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60: Część 5 poz. 1-3

1. Norma PN-EN 980 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 15223-1:2012 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie wyrobów z etykietą zgodną z normą PN-EN ISO 15223-1:2012?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobów z etykietą zgodną z normą PN-EN ISO 15223-1:2012, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny serwety nie posiadające przeszycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 61: dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Tak.

XII.

Pytanie 62: Część 33 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 33 w pozycji nr 1 fartuch higieniczny jednorazowy o gramaturze min. 24 g/m², z niezachodzącymi na siebie połami, rękawy wykończone dzianym poliestrowym mankietem, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63: Część 33 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 33 w pozycji nr 2 fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony wewnętrznym laminatem o gramaturze 40 g/m², długie rękawy zakończone dzianym poliestrowym mankietem o długości min.

6 cm, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony wewnętrznym laminatem o gramaturze 40 g/m², długie rękawy zakończone dzianym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

XIII.

Pytanie 64: Część 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra włókninowego o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65: Część 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na jedwabiu o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66: Część 11 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie bawełnianej o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67: Część 14 poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra pokrytego klejem akrylowym, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68: Część 14 poz. 2, 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o kanciastych rogach, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69: Część 15 poz. 1- 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca włókninowego pokrytego klejem akrylowym, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70: Część 21 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o zawartości gipsu więcej niż 92% i o początkowym czasie wiązania 100-200 s, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70a: Część 33 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3m x 10 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71: Część 29 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej sterylnej w rozmiarze 56x80 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza folię operacyjną sterylną w rozmiarze 56x80 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

XIV.

Pytanie 72: Część 1

1. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy opatrunkowej pakowanej w opakowania a'100 mb?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy opatrunkowej pakowanej w opakowania a'100 mb, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 73: Część 3

1. Poz. nr 1,5,6,7,8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Poz. nr 4,5,7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów nie przewiniętych paskiem papierowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów nie przewiniętych paskiem papierowym, z zachowaniem pozostałych parametrów.

3. Poz. nr 1,2,3,8,9,10,11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu jednostkowym wyposażonym w jedną, zewnętrzną, samoprzylepną, etykietę zawierającą informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar? Te same informacje dodatkowo nadrukowane są na papierowej stronie opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowym wyposażonym w jedną, zewnętrzną, samoprzylepną, etykietę zawierającą informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar z tymi same informacjami dodatkowo nadrukowanymi na papierowej stronie opakowania jednostkowego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

4. Poz. nr 4,5,6,7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w podwójny blister, zaopatrzonych w dwie oddzielne samoprzylepne etykiety zawierające informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar? Te same informacje dodatkowo nadrukowane są na papierowej stronie zewnętrznego opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych w podwójny blister, zaopatrzonych w dwie oddzielne samoprzylepne etykiety zawierające informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar z tymi samymi informacjami dodatkowo nadrukowanymi na papierowej stronie zewnętrznego opakowania jednostkowego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

5. Poz. nr 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych w opakowania a'20szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych w opakowania a'20szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 74: Część 5

1. Poz. nr 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych w podwójny blister, zaopatrzonych w dwie oddzielne samoprzylepne etykiety zawierające informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar? Te same informacje dodatkowo nadrukowane są na papierowej stronie zewnętrznego opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet pakowanych w podwójny blister, zaopatrzonych w dwie oddzielne samoprzylepne etykiety zawierające informacje tj. data ważności, seria, kod wyrobu, nazwa, ilość sztuk, rozmiar z tymi samymi informacjami dodatkowo nadrukowanymi są na papierowej stronie zewnętrznego opakowania jednostkowego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Poz. nr 1,2 – czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe ze zgrzewem prostym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowanie papierowo-foliowe ze zgrzewem prostym, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 75: Część 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 76: Część 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania zawierającego:

- plaster o wymiarach 19mm x 72mm – 12sztuk
- plaster o wymiarach 25mm x 72mm – 8 sztuk

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania zawierającego: plaster o wymiarach 19mm x 72mm – 12sztuk; plaster o wymiarach 25mm x 72mm – 8 sztuk, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytania 77: Część 21

1. Poz. nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy biodegradowalny rdzeń bez perforacji, o czasie wiązania 4-6 minut w opakowaniu jednostkowym a'2sztuki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy biodegradowalny rdzeń bez perforacji, o czasie wiązania 4-6 minut w opakowaniu jednostkowym a'2sztuki, z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych w rozmiarze 3m x 14cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych w rozmiarze 3m x 14cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 78: Część 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek, które można sterylizować tylko tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

XV.

Pytanie 79: Część 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, w pozycji 1 i 2 gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 i 2 gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 80: Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, w pozycji 3 gazę niejałową pakowaną po 100 mb, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 3 gazę niejałową pakowaną po 100 mb, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 81: Część 2 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 2 pozycji 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82: Część 14

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 14, w pozycji 1 opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 83: Część 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 14, w pozycji 2 opatrunek w rozmiarze 15cm x 8cm. co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 09.10.2019r.


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Starszy Specjalista
mgr Bożena Klimas

Emochyly


RZĄDZĄ PRACOWNIKI