

Częstochowa, dn. 27.10.2015 r.

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:  
**ZAKUP DIATERMII DLA POTRZEB PORADNI  
MENOPAUZY I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ**  
Znak sprawy: DAZ.26.108.2015  
L.dz. 3590/15

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 parametrów, Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej, bez znaczenia na rodzaj (dzielona, niedzielona):

- brak elektrody,
- poprawność przylegania

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 parametrów, Automatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody neutralnej (bez podziału na dzielona, niedzielona)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 parametrów, Dwa gniazda umożliwiające podłączenie do diatermi jednocześnie instrumentów monopolarnych i bipolarnych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 parametrów, Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki okrągłej (jack) lub płaskiej do elektrody neutralnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 parametrów, Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 90 i 100W?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 parametrów, 1 tryb koagulacji monopolarnej: z regulacją mocy do 70W?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 parametrów, Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 80W?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 parametrów, Bez możliwość zmiany głośności sygnałów akustycznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 21 parametrów, Maksymalne wymiary zewnętrzne aparatu: 280x114x320mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego, tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**DYREKTOR**  
**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
**IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**  
**LEK. MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ**

.....  
podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej